



SZPITAL SPECJALISTYCZNY
im. Edmunda Biernackiego w Mielcu
ul. Żeromskiego 22 39-300 Mielec
KRS: 0000002538 NIP 817-17-50-893



centrala 17 78 00 100

tel./fax. 17 78 00 273

<http://www.szpital.mielec.pl>

email: przetargi@szpital.mielec.pl

SzP.ZP.271.111-5.22

Mielec, dnia 21.12.2022r.

Wszyscy uczestnicy postępowania

Dotyczy: zapytanie ofertowe dotyczące zamówienia publicznego o wartości poniżej kwoty 130.000,00 zł na sprzedaż i dostawę drobnego sprzętu medycznego do Szpitala Specjalistycznego im. Edmunda Biernackiego w Mielcu., znak SzP.ZP.271.111.22

Szpital Specjalistyczny im. Edmunda Biernackiego w Mielcu dokonuje sprostowania odpowiedzi na pytania opublikowane dnia 19.12.2022r. znak: SzP.ZP.271.111-1.22

W Odpowiedzi na pytanie z dnia 19.12.2022r. znak SzP.ZP.271.111-1.22 jest:

Pytanie nr 36 dot. Grupa 1, poz. 4:

Czy Zamawiający w grupie nr 1, w pozycji nr 4, dopuści do zaoferowania przyrząd do infuzji z precyzyjnym regulatorem przepływu ze skalą oznaczona do min. 250ml/h, produkowane przez firmę „BBraun” o nazwie własnej „Exadrop”, przy pozostałych wymaganiach bez zmian?

Odpowiedź Zamawiającego:

Zgodnie z Zapytaniem ofertowym

W Odpowiedzi na pytanie z dnia 19.12.2022r. znak SzP.ZP.271.111-1.22 winno być:

Pytanie nr 36 dot. Grupa 1, poz. 4:

Czy Zamawiający w grupie nr 1, w pozycji nr 4, dopuści do zaoferowania przyrząd do infuzji z precyzyjnym regulatorem przepływu ze skalą oznaczona do min. 250ml/h, produkowane przez firmę „BBraun” o nazwie własnej „Exadrop”, przy pozostałych wymaganiach bez zmian?

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający dopuszcza przyrząd do infuzji z precyzyjnym regulatorem przepływu ze skalą oznaczona do min. 250ml/h, pozostałe parametry bez zmian.

W Odpowiedzi na pytanie z dnia 19.12.2022r. znak SzP.ZP.271.111-1.22 jest:

Pytanie nr 37 dot. Grupa 1, poz. 4:

Czy Zamawiający w grupie nr 1, w pozycji nr 4, dopuści do zaoferowania przyrząd do infuzji z precyzyjnym regulatorem przepływu w zakresie do min. 250ml/godz. dla płynów o gęstości 10% i do min. 200ml dla płynów po gęstości 40%. Pozbawiony lateksu oraz szkodliwych ftalanów. Minimalna długość drenu 150cm. Kolor biały?

Odpowiedź Zamawiającego:

Zgodnie z Zapytaniem ofertowym.

W Odpowiedzi na pytanie z dnia 19.12.2022r. znak SzP.ZP.271.111-1.22 winno być:

Pytanie nr 37 dot. Grupa 1, poz. 4:

Czy Zamawiający w grupie nr 1, w pozycji nr 4, dopuści do zaoferowania przyrząd do infuzji z precyzyjnym regulatorem przepływu w zakresie do min. 250ml/godz. dla płynów o gęstości 10% i do min. 200ml dla płynów po gęstości 40%. Pozbawiony lateksu oraz szkodliwych ftalanów. Minimalna długość drenu 150cm. Kolor biały?

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający dopuszcza przyrząd do infuzji z precyzyjnym regulatorem przepływu w zakresie do min. 250ml/godz., pozostałe parametry bez zmian.

W Odpowiedzi na pytanie z dnia 19.12.2022r. znak SzP.ZP.271.111-1.22 jest:

Pytanie nr 39, dot. Grupa 1, poz. 5:

Czy Zamawiający w grupie nr 1, w pozycji nr 5, dopuści do zaferowania przyrząd do infuzji z precyzyjnym regulatorem przepływu w zakresie do min. 250ml/godz.

Odpowiedź Zamawiającego:

Zgodnie z Zapytaniem ofertowym.

W Odpowiedzi na pytanie z dnia 19.12.2022r. znak SzP.ZP.271.111-1.22 winno być:

Pytanie nr 39, dot. Grupa 1, poz. 5:

Czy Zamawiający w grupie nr 1, w pozycji nr 5, dopuści do zaferowania przyrząd do infuzji z precyzyjnym regulatorem przepływu w zakresie do min. 250ml/godz.

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający dopuszcza przyrząd do infuzji z precyzyjnym regulatorem przepływu w zakresie do min. 250ml/godz., pozostałe parametry bez zmian.

W Odpowiedzi na pytanie z dnia 19.12.2022r. znak SzP.ZP.271.111-1.22 jest:

Pytanie nr 40 dot. Grupa 1, poz. 5:

Czy Zamawiający w grupie nr 1, w pozycji nr 5, dopuści do zaferowania przyrząd do infuzji z precyzyjnym regulatorem przepływu w zakresie do min. 250ml/godz. dla płynów o gęstości 10%. Pozbawiony lateksu oraz szkodliwych ftalanów. Minimalna długość drenu 150cm. Kolor bursztynowy?

Odpowiedź Zamawiającego:

Zgodnie z Zapytaniem ofertowym.

W Odpowiedzi na pytanie z dnia 19.12.2022r. znak SzP.ZP.271.111-1.22 winno być:

Pytanie nr 40 dot. Grupa 1, poz. 5:

Czy Zamawiający w grupie nr 1, w pozycji nr 5, dopuści do zaferowania przyrząd do infuzji z precyzyjnym regulatorem przepływu w zakresie do min. 250ml/godz. dla płynów o gęstości 10%. Pozbawiony lateksu oraz szkodliwych ftalanów. Minimalna długość drenu 150cm. Kolor bursztynowy?

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający dopuszcza przyrząd do infuzji z precyzyjnym regulatorem przepływu w zakresie do min. 250ml/godz., pozostałe parametry bez zmian.

W Odpowiedzi na pytanie z dnia 19.12.2022r. znak SzP.ZP.271.111-1.22 jest:

Pytanie nr 46, dot. Grupa 1, poz. 4:

Czy Zamawiający w grupie nr 1, w pozycji nr 4, dopuści do zaferowania przyrząd do infuzji z precyzyjnym regulatorem przepływu ze skalą oznaczona do min. 250ml/h, przy pozostałych wymaganiach bez zmian?

Odpowiedź Zamawiającego:

Zgodnie z Zapytaniem ofertowym.

W Odpowiedzi na pytanie z dnia 19.12.2022r. znak SzP.ZP.271.111-1.22 winno być:

Pytanie nr 46, dot. Grupa 1, poz. 4:

Czy Zamawiający w grupie nr 1, w pozycji nr 4, dopuści do zaferowania przyrząd do infuzji z precyzyjnym regulatorem przepływu ze skalą oznaczona do min. 250ml/h, przy pozostałych wymaganiach bez zmian?

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający dopuszcza przyrząd do infuzji z precyzyjnym regulatorem przepływu ze skalą oznaczona do min. 250ml/h, pozostałe parametry bez zmian.

W Odpowiedzi na pytanie z dnia 19.12.2022r. znak SzP.ZP.271.111-1.22 jest:

Pytanie nr 47, dot. Grupa 1, poz. 5:

Czy Zamawiający w grupie nr 1, w pozycji nr 5, dopuści do zaferowania przyrząd do infuzji z precyzyjnym regulatorem przepływu, bursztynowy, ze skalą oznaczona do min. 250ml/h, przy pozostałych wymaganiach bez zmian?

Odpowiedź Zamawiającego:

Zgodnie z Zapytaniem ofertowym.

W Odpowiedzi na pytanie z dnia 19.12.2022r. znak SzP.ZP.271.111-1.22 winno być:

Pytanie nr 47, dot. Grupa 1, poz. 5:

Czy Zamawiający w grupie nr 1, w pozycji nr 5, dopuści do zaofiarowania przyrząd do infuzji z precyzyjnym regulatorem przepływu, bursztynowy, ze skalą oznaczona do min. 250ml/h, przy pozostałych wymaganiach bez zmian?

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający dopuszcza przyrząd do infuzji z precyzyjnym regulatorem przepływu, bursztynowy, ze skalą oznaczona do min. 250ml/h, pozostałe parametry bez zmian.