



SZPITAL SPECJALISTYCZNY
im. Edmunda Biernackiego w Mielcu
ul. Żeromskiego 22 39-300 Mielec
KRS: 0000002538 NIP 817-17-50-893



centrala 17 78 00 100

tel./fax. 17 78 00 273

<http://www.szpital.mielec.pl>

email: przetargi@szpital.mielec.pl

Mielec, dnia 05.04.2023 r.

SzP.ZP.271.25-1.23

Wszyscy uczestnicy postępowania

Dotyczy: Zapytanie ofertowe dotyczące zamówienia publicznego o wartości poniżej kwoty 130.000,00 zł na sprzedaż i dostawę kontenerów do sterylizacji narzędzi chirurgicznych do Szpitala Specjalistycznego im. Edmunda Biernackiego w Mielcu, znak SzP.ZP.271.25.23

Szpital Specjalistyczny im. Edmunda Biernackiego w Mielcu w odpowiedzi na zadane pytania udziela następujących wyjaśnień:

Pytanie nr 1

Poz. 1: Czy Zamawiający wyraża zgodę na wannę do kontenera 465 x 280 x 135 mm, pozostałe parametry bez zmian.

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający dopuszcza w poz.1 wannę do kontenera 465 x 280 x 135 mm, pozostałe parametry bez zmian.

Pytanie nr 2

Poz. 2: Czy Zamawiający wyraża zgodę na wannę do kontenera 465 x 280 x 135 mm, pozostałe parametry bez zmian.

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający dopuszcza w poz.2 wannę do kontenera 465 x 280 x 135 mm, pozostałe parametry bez zmian.

Pytanie nr 3

Poz. 4: Czy Zamawiający wyraża zgodę na kosz pasujący wymiarami do ww. wanny, pozostałe parametry bez zmian.

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający dopuszcza w poz.4 kosz pasujący wymiarami do ww. wanny, pozostałe parametry bez zmian.

Pytanie nr 4

W związku z w/w postępowaniem prosimy o wyrażenie zgody na zaoferowanie narzędzi o nieznacznie różniących się parametrach, umożliwiając tym samym złożenie ważnej i konkurencyjnej oferty naszej firmie.

1.1Kontenery do sterylizacji narzędzi chirurgicznych do Szpitala Specjalistycznego im. Edmunda Biernackiego w Mielcu.

Lp. 1,2,3 Wanna wraz pokrywą oferowane jako cały kontener o wymiarach 1) 460x290x130 mm lub 2) 460x290x150 mm.

Odpowiedź Zamawiającego:

Zgodnie z zapytaniem ofertowym.

Pytanie nr 5

W związku z w/w postępowaniem prosimy o wyrażenie zgody na zaoferowanie narzędzi o nieznacznie różniących się parametrach, umożliwiając tym samym złożenie ważnej i konkurencyjnej oferty naszej firmie.

1.1Kontenery do sterylizacji narzędzi chirurgicznych do Szpitala Specjalistycznego im. Edmunda Biernackiego w Mielcu.

Lp. 4 Kosz druciany ze stali nierdzewnej o wymiarach 410x250x100 mm.

Odpowiedź Zamawiającego:

Zgodnie z zapytaniem ofertowym.

Pytanie nr 6

Prosimy także o wydłużenie terminu dostawy 12 tygodni od złożenia zamówienia.

Odpowiedź Zamawiającego:

Zgodnie z zapytaniem ofertowym.

Pytanie nr 7

Czy Zamawiający dopuści: 1. Wannę kontenera o wymiarach 475x272x116mm i spełniających pozostałe parametry.

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający dopuszcza wannę kontenera o wymiarach 475x272x116mm i spełniających pozostałe parametry.

Pytanie nr 8

Czy Zamawiający dopuści: 2. Wannę kontenera o wymiarach 475x272x138mm i spełniających pozostałe parametry

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający dopuszcza wannę kontenera o wymiarach 475x272x138mm i spełniających pozostałe parametry.

Pytanie nr 9

Czy Zamawiający dopuści: kosz o wymiarach 405x253x110 i spełniający pozostałe parametry?

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający dopuszcza kosz o wymiarach 405x253x110 i spełniający pozostałe parametry.

Pytanie nr 10

POZ 1. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie Wanna do kontenera o wymiarach 465x280x100 mm lub 465x280x135 mm wykonana ze stopu aluminium z ergonomicznymi uchwytami blokującymi się pod kątem 90 stopni. Wyposażona w uchwyt na tabliczki identyfikacyjne po obu stronach kontenera.

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający w poz.1 dopuszcza: wanna do kontenera o wymiarach 465x280x135 mm wykonaną ze stopu aluminium z ergonomicznymi uchwytami blokującymi się pod kątem 90 stopni. Wyposażona w uchwyt na tabliczki identyfikacyjne po obu stronach kontenera.

Pytanie nr 11

POZ 2. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie Wanna do kontenera o wymiarach 465x280x135 mm lub 465x280x150 mm wykonana ze stopu aluminium z ergonomicznymi uchwytami blokującymi się pod kątem 90 stopni. Wyposażona w uchwyt na tabliczki identyfikacyjne po obu stronach kontenera.

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający w poz.2 dopuszcza Wanna do kontenera o wymiarach 465x280x135 wykonaną ze stopu aluminium z ergonomicznymi uchwytami blokującymi się pod kątem 90 stopni. Wyposażona w uchwyt na tabliczki identyfikacyjne po obu stronach kontenera.

Pytanie nr 12

POZ 4. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie Kosz stalowy perforowany z uchwytami i nóżkami o wymiarach 405x255x70 mm lub 405x255x100 mm wycinany z jednolitego płata nierdzewnej blachy stalowej z obłymi nóżkami stabilizacyjnymi

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający w poz.4 dopuszcza Kosz stalowy perforowany z uchwytami i nóżkami o wymiarach 405x255x100 mm wycinany z jednolitego płata nierdzewnej blachy stalowej z obłymi nóżkami stabilizacyjnymi.

Pytanie nr 13

W celu zapewnienia równego traktowania stron umowy i umożliwienia Wykonawcy sprawdzenia zasadności reklamacji wnosimy o wprowadzenie w § 6 ust 4 projektu umowy 5 dniowego terminu na rozpatrzenie reklamacji oraz zamianę słów z „... od chwili zgłoszenia awarii” na „... od dnia uznania reklamacji”.

Odpowiedź Zamawiającego:

Zgodnie z zapytaniem ofertowym.

Pytanie nr 14

Czy w celu miarkowania kar umownych Zamawiający dokona modyfikacji postanowień projektu przyszłej umowy w zakresie zapisów § 7 ust. 1:

1.Strony ustalają kary umowne mające zastosowanie w następujących przypadkach:

- a) za zwłokę w realizacji przedmiotu umowy Wykonawca zapłaci karę umowną w wysokości 0,1 % wartości brutto zamówienia za każdy dzień zwłoki, jednak nie więcej niż 10% wartości brutto niezrealizowanej części zamówienia
- b) z tytułu niedostarczenia przedmiotu umowy, odstąpienia od umowy lub jej wypowiedzenia z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 10 % wartości brutto niezrealizowanego zamówienia,
- c) Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 0,2 % wartości brutto zamówienia za każdy dzień zwłoki , jednak nie więcej niż 10% wartości brutto zamówienia liczony od upływu terminu określonego w § 6 ust. 5 umowy na usunięcie zgłoszonej awarii aparatury medycznej w ramach udzielonej gwarancji

Odpowiedź Zamawiającego:

Zgodnie z zapytaniem ofertowym.

Pytanie nr 15

Czy Zamawiający uzupełni projekt umowy o zapis, że na podstawie art. 106n ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług udziela Wykonawcy zgody na wystawianie i przysyłanie faktur, duplikatów faktur oraz ich korekt, a także not obciążeniowych i not korygujących w formacie pliku elektronicznego PDF na wskazany przez siebie adres poczty e-mail, ze wskazanych w umowie adresów poczty e-mail Wykonawcy?

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający dopuszcza wystawianie i przysyłanie faktur, duplikatów faktur oraz ich korekt, a także not obciążeniowych i not korygujących w formie pliku elektronicznego PDF na wskazany przez Zamawiającego adres poczty e-mail, wzór umowy zgodnie z SWZ.

Pytanie nr 16

Wnosimy o zmianę zapisu §6 ust 4:

Wykonawca podejmie działania w celu usunięcia wady/usterki w czasie max. 24 godzin od chwili zgłoszenia (pisemnie, faksem lub mailem) awarii (od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy). Czas ten rozumiany jest jako kontakt z użytkownikiem i ustalenie dalszego toku postępowania.

Odpowiedź Zamawiającego:

Zgodnie z zapytaniem ofertowym.

Pytanie nr 17

Czy Zamawiający wymaga, aby Oferent posiadał certyfikat systemu zarządzania jakością ISO 9001:2015 dotyczący sprzedaży wyposażenia i sprzętu medycznego, sprzedaży materiałów eksploatacyjnych i środków do sterylizacji? Zamawiający zyskuje pewność, że oferowane wyroby produkowane są zgodnie z obowiązującymi wymaganiami i normami.

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający dopuszcza, aby Oferent posiadał certyfikat systemu zarządzania jakością ISO 9001:2015 dotyczący sprzedaży wyposażenia i sprzętu medycznego, sprzedaży materiałów eksploatacyjnych i środków do sterylizacji.

Pytanie nr 18

Czy Zamawiający wymaga, aby Oferent posiadał certyfikat systemu zarządzania jakością PN-EN ISO 13485:2016-04 dotyczący produkcji i dystrybucji opakowań, testów oraz wyrobów pomocniczych do kontroli procesów sterylizacji, mycia i dezynfekcji? Zamawiający zyskuje pewność, że oferowane wyroby produkowane są zgodnie z obowiązującymi wymaganiami i normami.

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający dopuszcza, aby Oferent posiadał certyfikat systemu zarządzania jakością PN-EN ISO 13485:2016-04 dotyczący produkcji i dystrybucji opakowań, testów oraz wyrobów pomocniczych do kontroli procesów sterylizacji, mycia i dezynfekcji.

Pytanie nr 19

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę zapisów umowy dotyczących kar:

- par. 7 ust. 1 lit. a, c – czy Zamawiający zgodzi się na naliczanie kar za zwłokę w dostawie/usunięciu wad od niedostarczonego/wadliwego towaru a nie całej partii zamówienia?

- par. 7 ust. 5 – czy Zamawiający zgodzi się na obniżenie poziomu łącznej sumy kar do 20%?

Odpowiedź Zamawiającego:

Zgodnie z zapytaniem ofertowym.

Pytanie nr 20

Waloryzacja

Zwracamy się z wnioskiem o zmianę projektu umowy poprzez uwzględnienie w wynagrodzeniu obowiązkowej klauzuli waloryzacyjnej o treści następującej lub możliwie do niej zbliżonej.

Z uwagi na znaczny okres obowiązywania umowy Wykonawca musi przewidzieć konsekwencję obecnej i zakładanej inflacji na koszty realizacji zamówienia, a w rezultacie będzie zmuszony uwzględnić to ryzyko w cenie oferty, co spowoduje uzyskanie przez Zamawiającego zawyżonych cen. Sytuacji tej można jednak uniknąć poprzez zapewnienie odpowiednich mechanizmów waloryzacyjnych. Dlatego proponujemy odwołanie się do możliwie obiektywnego czynnika, tj. wskaźnika cen towarów i usług konsumpcyjnych publikowanego przez Prezesa GUS. Pierwsza waloryzacja zostałaaby dokonana po 6 miesiącach od zawarcia umowy (w oparciu o comiesięcznie publikowany wskaźnik inflacji za dany miesiąc w porównaniu do analogicznego miesiąca poprzedniego roku), a następnie wynagrodzenie ulegałoby odpowiednim zmianom po każdym kolejnym miesiącu obowiązywania umowy.

Propozycja wnioskowanej zmiany:

Wynagrodzenie Wykonawcy będzie podlegać miesięcznej waloryzacji w oparciu o publikowany przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego wskaźnik ceny towarów i usług konsumpcyjnych w danym miesiącu w porównaniu z analogicznym miesiącem ubiegłego roku (dalej jako „Wskaźnik”)

w następujący sposób:

a) pierwsza waloryzacja zostanie dokonana po 6 miesiącach obowiązywania Umowy w oparciu o wysokość Wskaźnika opublikowanego dla miesiąca odpowiadającemu miesiącowi roku poprzedniego;

b) kolejne waloryzacje będą następować jeden raz w miesiącu w sposób opisany w pkt 1;

c) w przypadku opóźnienia w opublikowaniu Wskaźnika przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego, Wykonawca wystawi faktury korygujące za okres, w którym wynagrodzenie powinno ulec waloryzacji lub dokona odpowiedniego zwiększenia lub zmniejszenia kwoty wskazanej na fakturze wystawionej już po publikacji wskaźnika;

d) waloryzacja nie stanowi zmiany Umowy i nie wymaga jej zmiany (aneksowania), przy czym Wykonawca jest zobowiązany wskazać w treści faktury lub innego dokumentu podstawy obliczenia wysokości zmiany wysokości wynagrodzenia.

Odpowiedź Zamawiającego:

Zgodnie z zapytaniem ofertowym.

Pytanie nr 21**Pozycja 1:**

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie wanny o wymiarach zewnętrznych nieznacznie odbiegających od wymaganych tzn. 475x272x116 mm?

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający dopuszcza zaoferowanie wanny o wymiarach zewnętrznych nieznacznie odbiegających od wymaganych tzn. 475x272x116 mm.

Pytanie nr 22**Pozycja 2:**

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie wanny o wymiarach zewnętrznych nieznacznie odbiegających od wymaganych tzn. 475x272x138 mm?

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający dopuszcza zaoferowanie wanny o wymiarach zewnętrznych nieznacznie odbiegających od wymaganych tzn. 475x272x138 mm.

Pytanie nr 23**Pozycja 4:**

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie wanny o wymiarach zewnętrznych nieznacznie odbiegających od wymaganych tzn. 405x253x110 mm?

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający dopuszcza zaoferowanie wanny o wymiarach zewnętrznych nieznacznie odbiegających od wymaganych tzn. 405x253x110 mm.

Pytanie nr 24**Pozycja 1:**

Czy Zamawiający dopuści wannę do kontenera o wymiarach 465x280x135mm lub 465x280x110mm wykonaną ze stopu aluminium z ergonomicznymi uchwytami blokującymi się pod kątem 90 stopni? Wyposażona w uchwyt na tabliczki identyfikacyjne po obu stronach kontenera.

Odpowiedź Zamawiającego:

Zgodnie z zapytaniem ofertowym.

Pytanie nr 25**Pozycja 2:**

Czy Zamawiający dopuści wannę do kontenera o wymiarach 465x280x135mm wykonaną ze stopu aluminium z ergonomicznymi uchwytami blokującymi się pod kątem 90 stopni? Wyposażona w uchwyt na tabliczki identyfikacyjne po obu stronach kontenera.

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający dopuszcza wannę do kontenera o wymiarach 465x280x135mm wykonaną ze stopu aluminium z ergonomicznymi uchwytami blokującymi się pod kątem 90 stopni. Wyposażona w uchwyt na tabliczki identyfikacyjne po obu stronach kontenera.

Pytanie nr 26**Pozycja 3:**

Czy Zamawiający dopuści pokrywę kontenera wykonaną z grubego aluminium (2 mm grubości) z walidowanymi pięcioma szt. filtrów przeznaczonymi na minimum 6000 cykli sterylizacyjnych (1 filtr minimum 1200 cykli sterylizacji)? Filtr pracujący w systemie otwartym; filtr stanowi barierę mikro-biologiczną. Pokrywy dla ułatwienia kodyfikacji oferowana w minimum 5 kolorach. Zewnętrzna ochrona filtra dla zapewnienia ochrony wykonana ze stopu stali. Zamknięcie kontenera stanowi również uchwyty w celu ułatwienia pewnego zdjęcia z wanny, ręczki wanny stalowe nie pokryte izolacją; kolor srebrny.

Odpowiedź Zamawiającego:

Zgodnie z zapytaniem ofertowym.

Pytanie nr 27**Pozycja 4:**

Czy Zamawiający dopuści kosz stalowy perforowany z uchwytami i nóżkami o wymiarach 410x240x70mm wycinany z jednolitego płata nierdzewnej blachy stalowej z obłymi nóżkami stabilizacyjnymi oraz uchwytami?

Odpowiedź Zamawiającego:

Zgodnie z zapytaniem ofertowym.

Pytanie nr 28**Pytanie 5:**

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na termin realizacji zamówienia do 10 tygodni?

Odpowiedź Zamawiającego:

Zgodnie z zapytaniem ofertowym.