



**SZPITAL SPECJALISTYCZNY**  
**im. Edmunda Biernackiego w Mielcu**  
ul. Żeromskiego 22 39-300 Mielec  
KRS: 0000002538 NIP 817-17-50-893



centrala 17 78 00 100

tel. 17 78 00 146

<http://www.szpital.mielec.pl>

email: [przetargi@szpital.mielec.pl](mailto:przetargi@szpital.mielec.pl)

Mielec, dnia 17.05.2024r.

SzP.ZP.271.37-2.24

### Wszyscy uczestnicy postępowania

*Dotyczy: zapytanie ofertowe dotyczące zamówienia publicznego o wartości poniżej kwoty 130.000,00 zł na sprzedaż i dostawę testów do identyfikacji i lekowrażliwości drobnoustrojów metodą automatyczną i manualną wraz z podłożami do posiewu krwi i innych płynów ustrojowych z dzierżawą analizatorów do Szpitala Specjalistycznego im. Edmunda Biernackiego w Mielcu, znak SzP.ZP.271.37.24*

Szpital Specjalistyczny im. Edmunda Biernackiego w Mielcu przekazuje treść zapytań wraz z wyjaśnieniami:

**Pytanie nr 1, dot. poz.10:**

Pozycja 10. Agar czekoladowy + IsoVitex – Czy Zamawiający dopuści podłoże Agar czekoladowy zawierający IsoVitale X?

**Odpowiedź Zamawiającego:**

Zamawiający dopuszcza podłoże Agar czekoladowy zawierający IsoVitale X.

**Pytanie nr 2:**

Zwracamy się do Zamawiającego z prośbą o podanie ilości wykonywanych testów dla pałeczek Gram ujemnych przy użyciu paneli zawierających rozszerzony zestaw leków (136 studzienek z lekami) (1 op=25 testów)?

**Odpowiedź Zamawiającego:**

1 op = 25 sztuk

**Pytanie nr 3 dot. poz. 21:**

Podłoże z kw. Seleninem sodu w probówkach 9 ml (1op=10 sztuk) – Zwracamy się do Zamawiającego z prośbą o dopuszczenie podłoża z kw. Seleninem sodu w probówkach a 8 ml (1 op a 10 szt).

**Odpowiedź Zamawiającego:**

Zamawiający dopuszcza podłoże z kw. Seleninem sodu w probówkach a 8 ml (1 op a 10 szt).

**Pytanie nr 4 dot. poz. 36:**

Igła motylkowa z zabez. Z wężykiem oraz uchwytem do butelki kompatybilna z butelkami do posiewu krwi (1op=50 sztuk) – Zwracamy się do Zamawiającego z prośbą o możliwość zaoferowania igieł w opakowaniach a 25 sztuk z odpowiednim przeliczeniem tj. z 1 opakowania na 2 opakowania.

**Odpowiedź Zamawiającego:**

Zamawiający dopuszcza zaoferowania igieł w opakowaniach a 25 sztuk z odpowiednim przeliczeniem tj. z 1 opakowania na 2 opakowania.

**Pytanie nr 5:**

Wymagania Zamawiającego. Wymagania dotyczące aparatu i testów do identyfikacji i lekowrażliwości bakterii. Punkt 1 „Dzierżawa automatycznego analizatora bakteriologicznego do identyfikacji i oznaczania lekowrażliwości drobnoustrojów na antybiotyki wraz z komputerem i drukarką” - Czy Zamawiający będzie wymagał dostarczenia dodatkowego komputera? Oferowany analizator do identyfikacji i lekowrażliwości posiada wbudowany komputer w postaci tabletu i możliwość podłączenia drukarki.

**Odpowiedź Zamawiającego:**

Nie

**Pytanie nr 6:**

Wymagania Zamawiającego. Wymagania dotyczące aparatu i testów do identyfikacji i lekowrażliwości bakterii. Punkt 12 „Wynik lekowrażliwości podawany w wartościach MIC i w postaci kategorii S, WZ, R” – Czy zamawiający dopuści aparat podający wynik lekowrażliwości w wartościach MIC i w postaci kategorii S,I,R?

**Odpowiedź Zamawiającego:**

Zamawiający dopuszcza aparat podający wynik lekowrażliwości w wartościach MIC i w postaci kategorii S,I,R

**Pytanie nr 7:**

Wymagania Zamawiającego. Punkt 33 „Asortyment posiada poniższe wymogi d) Testy przechowywane w temperaturze pokojowej.” – Czy Zamawiający uzna za spełniony warunek - Testy przechowywane w temperaturze pokojowej - jeżeli będzie on dotyczył testów do metody automatycznej?

**Odpowiedź Zamawiającego:**

Zamawiający dopuszcza testy przechowywane w temperaturze pokojowej - jeżeli będzie on dotyczył testów do metody automatycznej

**Pytanie nr 8:**

Wymagania Zamawiającego. Cechy aparatu do posiewu krwi i płynów ustrojowych. Punkt 40 „Ilość miejsc w aparacie – 100 – 120” – Czy Zamawiający dopuści aparat o budowie modułowej z możliwością rozbudowy o kolejny moduł, zawierający łącznie 120 miejsc?

**Odpowiedź Zamawiającego:**

Zamawiający dopuszcza aparat o budowie modułowej z możliwością rozbudowy o kolejny moduł, zawierający łącznie 120 miejsc.

**Pytanie nr 9:**

Dotyczy §7 wzoru umowy dostawy oraz § 14 wzoru umowy dzierżawy – prawo opcji. Zwracamy się z prośbą o modyfikację zapisu ust 6 na „Zamawiający może wykonać prawo opcji jednokrotnie i w dowolnym dniu przed upływem „okresu podstawowego” lub w okresie obowiązywania umowy wskutek skorzystania z opcji. Zamawiający złoży Wykonawcy oświadczenie o zastosowaniu prawa opcji. Niezłożenie oświadczenia we wskazanym w zdaniu poprzednim terminie będzie oznaczało, że Zamawiający rezygnuje z zastosowania prawa opcji.”. Pozostawienie dotychczasowego zapisu de facto nie określa na jaki okres Wykonawca podpisuje umowę, dodatkowo skorzystanie z prawa opcji na podstawie oświadczenia Zamawiającego nie daje możliwości Wykonawcy wykazania sprzeciwu na ciągłe przedłużanie umowy.?

**Odpowiedź Zamawiającego:**

Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ

**Pytanie nr 10:**

Dotyczy §6 ust. 4 wzoru umowy dzierżawy. Zwracamy się z prośbą o modyfikację zapisu na „W przypadku trzykrotnej naprawy tego samego elementu przedmiotu dzierżawy Wydzierżawiający wymieni element na nowy, wolny od wad”.

**Odpowiedź Zamawiającego:**

Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ

**Pytanie nr 11:**

Dotyczy §9 ust. 1b wzoru umowy dostawy. Zwracamy się z prośbą o modyfikację zapisu na „w razie zwłoki w usunięciu wad w terminie wyznaczonym dodatkowo kara ulega powiększeniu o dodatkowe 3% wartości brutto reklamowanego towaru, i przysługuje Zamawiającemu za każdy dzień zwłoki licząc od dnia upływu terminu dodatkowego”

**Odpowiedź Zamawiającego:**

Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ

**Pytanie nr 12:**

Dotyczy §5 ust. 5 wzoru umowy dostawy. Z związku z ograniczeniami systemowymi zwracamy się z prośbą o modyfikację zapisu. Wykonawca proponuje wystawianie faktur do każdej zrealizowanej dostawy, na fakturze znajdować się będzie nr zamówienia. Dotychczasowa współpraca między Wykonawcą a Zamawiającym realizowana jest na podstawie faktur wystawianych do każdej dostawy.

**Odpowiedź Zamawiającego:**

Zgodnie z modyfikacją

**Pytanie nr 13:**

Dotyczy §5 ust. 6 wzoru umowy. W związku z ograniczeniami systemowymi zwracamy się z prośbą o odstąpienie od ceny jednostkowej brutto na fakturze w zamian za cenę jednostkową netto. Dodatkowo Zamawiający w formularzu cenowym podaje sposób liczenia od ceny jednostkowej netto, w związku z czym zastosowanie ceny jednostkowej brutto na fakturze powodować będzie rozbieżności pomiędzy formularzem cenowym a fakturą.

**Odpowiedź Zamawiającego:**

Zgodnie z modyfikacją

**Pytanie nr 14:**

Dotyczy §2 ust. 21 wzoru umowy dostawy

Wnosimy o odstąpienie od dostarczenia wydruku z rejestratora temperatury w związku z faktem, że dostawa nie odbywa się do apteki.

Kontrola produktów leczniczych oraz warunków, w jakich odbywał się transport, wynika z Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 27 października 2022 r. w sprawie podstawowych warunków prowadzenia apteki i odnosi się do Prawa Farmaceutycznego, które dotyczy produktów leczniczych, natomiast w zapytaniu ofertowym przedmiotem są wyroby do diagnostyki in vitro oraz wyroby niebędące wyrobem medycznym. Jednocześnie pragnę zauważyć, że Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2017/746 w sprawie wyrobów medycznych do diagnostyki in vitro oraz uchylenia dyrektywy 98/79/WE i decyzji Komisji 2010/227/UE, mówi, że: „Dystrybutorzy zapewniają, aby w czasie, gdy są odpowiedzialni za wyrób, warunki przechowywania lub transportu były zgodne z warunkami określonymi przez producenta.”

**Odpowiedź Zamawiającego:**

Zgodnie z modyfikacją

**Pytanie nr 15:**

Pkt. 47 „wszystkie produkty z certyfikatem CE” warunków zamawiającego „cechy aparatu do posiewu krwi i płynów ustrojowych”.

- a) Prosimy o potwierdzenie, że jako certyfikat CE Zamawiający rozumie Deklarację Zgodności CE wystawioną przez producenta – co jest zgodne z oferowaną klasą wyrobu medycznego.
- b) Prosimy o potwierdzenie, że wymóg ten dotyczy jedynie produktów wymaganych do przeprowadzenia badania posiewu krwi i płynów ustrojowych.

**Odpowiedź Zamawiającego:**

Zamawiający dopuszcza certyfikat CE rozumiany jako Deklarację Zgodności CE wystawioną przez producenta – co jest zgodne z oferowaną klasą wyrobu medycznego. Zamawiający dopuszcza aby wymóg ten dotyczył jedynie produktów wymaganych do przeprowadzenia badania posiewu krwi i płynów ustrojowych.

**Pytanie nr 16:**

„Czy Zamawiający akceptuje poniższe zapisy dotyczące czasu reakcji serwisu:

Odpowiedź telefoniczna – do 8 godzin w dni robocze

Przyjazd Inżyniera serwisu – do 3 dni roboczych

Maksymalny czas usuwania awarii – do 5 dni roboczych (16 gdy istnieje potrzeba sprowadzenia części zza granicy)”

**Odpowiedź Zamawiającego:**

Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ