

Znak sprawy: SzP.ZP.271.37.24

Zapytanie ofertowe dotyczące zamówienia publicznego
o wartości poniżej kwoty 130.000,00 zł na

**SPRZEDAŻ I DOSTAWĘ TESTÓW DO IDENTYFIKACJI
I LEKOWRAŻLIWOŚCI DROBNOUSTROJÓW METODĄ
AUTOMATYCZNĄ I MANULNĄ WRAZ Z PODŁOŻAMI DO
POSIEWU KRWI I INNYCH PŁYNÓW USTROJOWYCH
Z DZIERŻAWĄ ANALIZATORÓW DO SZPITALA
SPECJALISTYCZNEGO IM. EDMUNDA BIERNACKIEGO
W MIELCU**

Podstawa prawna: Zarządzenie nr 118/2022 Dyrektora Szpitala Specjalistycznego im. Edmunda Biernackiego w Mielcu z dnia 22 lipca 2022 r. w sprawie przyjęcia regulaminu udzielania zamówień publicznych o wartości poniżej kwoty 130.000,00 zł

ZAMAWIAJĄCY:

Nazwa i adres:

Szpital Specjalistyczny im. Edmunda Biernackiego
ul. Żeromskiego 22
39-300 Mielec

tel/fax (17)780-01-46

e-mail: przetargi@szpital.mielec.pl

NIP: 817-175-08-93, REGON: 000308637

Szpital Specjalistyczny im. Edmunda Biernackiego w Mielcu zaprasza do złożenia oferty cenowej na poniżej opisany przedmiot zamówienia:

Sprzedaż i dostawa testów do identyfikacji i lekowrażliwości drobnoustrojów metodą automatyczną i manualną wraz z podłożami do posiewu krwi i innych płynów ustrojowych z dzierżawą analizatorów do Szpitala Specjalistycznego im. Edmunda Biernackiego w Mielcu

1. SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA:

1. Przedmiot zamówienia obejmuje sprzedaż i dostawę testów do identyfikacji i lekowrażliwości drobnoustrojów metodą automatyczną i manualną wraz z podłożami do posiewu krwi i innych płynów ustrojowych z dzierżawą analizatorów do Szpitala Specjalistycznego im. Edmunda Biernackiego w Mielcu, w tym:
 - sprzedaż i dostawa testów do identyfikacji i lekowrażliwości drobnoustrojów metodą automatyczną i manualną wraz z podłożami do posiewu krwi i innych płynów ustrojowych
 - dzierżawa automatycznego analizatora bakteriologicznego do identyfikacji i oznaczania lekowrażliwości drobnoustrojów wraz z drukarką oraz automatycznego analizatora do posiewu krwi i płynów ustrojowych wraz z drukarką.
 - instalacja oraz instruktaż personelu Zamawiającego w zakresie obsługi zaoferowanych analizatorów.

Kody CPV:

Główny kod CPV: 33696500-0 (Odczynniki laboratoryjne)

Kody dodatkowe: 33698100-0 (Kultury mikrobiologiczne)

33694000-1 (Czynniki diagnostyczne)

L.p.	Asortyment	J.m.	Ilość
1.	Testy identyfikacyjne dla pałeczek Gram ujemnych w oparciu o metodę automatyczną (1op=25 testów)	op	5
2.	Testy do identyfikacji ziarenkowców Gram dodatnich w oparciu o metodę automatyczną (1op=25 testów)	op	1
3.	Testy identyfikacyjne dla beztlenowców w oparciu o metodę manualną (1op=20 testów)	op	1
4.	Testy łączące identyfikację i lekowrażliwość dla pałeczek Gram ujemnych (1 op=25 testów)	op	10
5.	Testy łączące identyfikację i lekowrażliwość dla ziarenkowców Gram dodatnich (1 op=25 testów)	op	2
6.	Testy do określenia lekowrażliwości metodą automatyczną z określeniem wartości MIC dla ziarniaków Gram dodatnich (1 op=25 testów)	op	8
7.	Testy do określenia lekowrażliwości metodą automatyczną z określeniem wartości MIC dla pałeczek Gram ujemnych (1 op=25 testów)	op	15
8.	Agar Columbia + 5% krwi baraniej (1op=20 sztuk)	op	40
9.	Agar Columbia CNA+5% krwi baraniej (1op=20 sztuk)	op	1
10.	Agar czekoladowy + IsoVitex (1op=20 sztuk)	op	2
11.	Agar czekoladowy dla Haemophilus (1op=20 sztuk)	op	5
12.	Hektoen Agar (1op=20 sztuk)	op	2

13.	Mac Conkey Agar (z fioletem krystalicznym) (1op=20 sztuk)	op	40
14.	Mueller Hinton Agar z 5% krwią końską i 20mg/l NAD (MH-F) (1op=20 sztuk)	op	5
15.	Mueller Hinton Agar (1op=20 sztuk)	op	10
16.	Podłoże chromogenne do posiewu moczu (1op=20 sztuk)	op	40
17.	Podłoże chromogenne do różnicowania Candida (1op=20 sztuk)	op	1
18.	Podłoże chromogenne do S. aureus (1op=20 sztuk)	op	2
19.	Podłoże chromogenne do S.agalactiae- Granada Medium (1op=20 sztuk)	op	1
20.	Podłoże chromogenne do wykrywania karbapenemaz (1op=20 sztuk)	op	7
21.	Podłoże z kw. Seleninem sodu w probówkach 9 ml (1op=10 sztuk)	op	6
22.	Sabouraud Agar z gentamycyną i chloramfenikolem (1op=20 sztuk)	op	8
23.	Podłoże wybiórcze do enterokoków z eskuliną (1op=20 sztuk)	op	2
24.	Schaedler Agar + 5% krwi baraniej +witK (1op=20 sztuk)	op	4
25.	Schaedler Agar + 5% krwi baraniej z wankomycyną i kanamycyna (1op=20 sztuk)	op	5
26.	Podłoże SS do Salmonella/Shigella (1op=20 sztuk)	op	3
27.	Podłoże Brucella Agar z krwią (1op=20 sztuk)	op	1
28.	Saszetki + torebki plastikowe do wytwarzania atmosfery beztlenowej (1op=20 sztuk)	op	7
29.	Podłoże do posiewu krwi (bakt. tlenowe) standard (1op=50 sztuk)	op	8
30.	Podłoże do posiewu krwi (bakt. Tlenowe) z inaktywatorem antybiotyku (1op=50 sztuk)	op	10
31.	Podłoże do posiewu krwi (bakt. Beztlenowe) z inaktywatorem antybiotyku(1op=50 sztuk)	op	10
32.	Podłoże do posiewu krwi pediatryczne (1op=50 sztuk)	op	1
33.	Podłoże lityczne (1op=50 sztuk)	op	8
34.	Wysokość czynszu dzierżawnego dla aparatu do posiewu krwi	m-ce	2
35.	Wysokość czynszu dzierżawnego dla aparatu do identyfikacji i lekowrażliwości bakterii	m-ce	2
36.	Igła motylkowa z zabez. Z wężykiem oraz uchwytem do butelki kompatybilna z butelkami do posiewu krwi (1op=50 sztuk)	op	1
37.	Bulion do wrażliwości do bakterii beztlenowych	op	1
*	Inny asortyment niezbędny do wykonania badań (podać szczegółowy wykaz ilościowy i wartościowy).		rodzaj i ilość określa Wykonawca*

* Wykonawca wyszczególnia wszystkie typy i rodzaje produktów jakie będą niezbędne do wykonania przez Zamawiającego badań wskazanych powyżej, z precyzyjną informacją o cenach jednostkowych produktów oraz ich numerach katalogowych. W przypadku gdy w trakcie okresu obowiązywania Umowy okaże się, że do wykonania wskazanej przez Zamawiającego liczby badań konieczne jest dostarczenie innych lub większej liczby produktów niż zadeklarowana przez Wykonawcę, wówczas produkty te Wykonawca dostarczy nieodpłatnie.

Wymagania Zamawiającego:

L.p.	Parametr	Parametr wymagany	Parametr oceniany
	Wymagania dotyczące aparatu i testów do identyfikacji i lekowrażliwości bakterii:		
1.	Dzierżawa automatycznego analizatora bakteriologicznego do identyfikacji i oznaczania lekowrażliwości drobnoustrojów na antybiotyki wraz z komputerem i drukarką	Tak	bez punktacji
2.	Aparat nie starszy niż 2018	Tak (podać)	bez punktacji
3.	Urządzenie UPS pozwalające na bezpieczne zamknięcie i zakończenie pracy aparatu w przypadku awarii sieci energetycznej	Tak	bez punktacji
4.	Wykonawca zapewni w ramach czynszu dzierżawnego serwis i wymianę części eksploatacyjnych (zużywalnych) wg potrzeb Zamawiającego przez cały okres trwania umowy	Tak	bez punktacji

5.	Serwis do 48 godzin od momentu zgłoszenia (w dni robocze)	Tak	bez punktacji
6.	Pełna automatyzacja wykonywanych badań (inkubacja i odczyt wyników)	Tak	bez punktacji
7.	Czytnik kodów kreskowych	Tak	bez punktacji
8.	Urządzenie do pomiaru gęstości zawiesiny bakteryjnej	Tak	bez punktacji
9.	Polski język oprogramowania do identyfikacji i lekowrażliwości	Tak	bez punktacji
10.	Możliwość identyfikacji bakterii Gram dodatnich, Gram ujemnych i drożdżaków	Tak	bez punktacji
11.	Lekowrażliwość dla bakterii Gram dodatnich i Gram ujemnych	Tak	bez punktacji
12.	Wynik lekowrażliwości podawany w wartościach MIC i w postaci kategorii S, WZ, R	Tak	bez punktacji
13.	Jednoczesna inkubacja maksymalnie 50 testów	Tak	bez punktacji
14.	Możliwość oznaczania testów identyfikacyjnych i antybiogramowych na oddzielnych lub łączonych panelach	Tak	bez punktacji
15.	Możliwość zrobienia ID i AST z zawiesiny o niskiej gęstości (0,2-0,3)	Tak	bez punktacji
16.	Test ESBL na każdym panelu/karcie, w przypadku braku doliczona cena paska gradientowego	Tak	bez punktacji
17.	Termin ważności testów co najmniej 7 miesięcy od daty dostawy	Tak (podać)	bez punktacji
18.	Graficzna wersja oprogramowania	Tak	bez punktacji
19.	Zaawansowany system ekspertowy przygotowany w oparciu o bazę wiedzy, zawierającą dane z światowych publikacji naukowych	Tak	bez punktacji
20.	Możliwość interpretacji wyników przez system ekspertowy z podaniem wskazówek terapeutycznych	Tak	bez punktacji
21.	Aktualizacja systemu eksperckiego do wersji EUCAST, zwalidowanej i wprowadzonej bezpośrednio przez producenta, posiadającej dokumentację od producenta	Tak	bez punktacji
Wymagania dotyczące podłoży:			
22.	Podłoża agarowe na płytkach o średnicy 90mm	Tak	bez punktacji
23.	Podłoża gotowe do bezpośredniego użycia nie wymagające kontroli	Tak	bez punktacji
24.	Wielkość opakowań 10-20 szt. lub 100 szt. (dotyczy poz. 8,13)	Tak	bez punktacji
25.	Termin ważności podłoży chromogennych na płytkach od momentu dostawy minimum 30 dni	Tak (podać)	bez punktacji
26.	Termin ważności podłoży zawierających krew na płytkach od momentu dostawy minimum 35 dni	Tak (podać)	bez punktacji
27.	Termin ważności podłoży bez krwi i wybiórczych na płytkach od momentu dostawy minimum 42 dni	Tak (podać)	bez punktacji
28.	Podłoża do oznaczania lekowrażliwości zgodne z międzynarodowymi standardami EUCAST	Tak	bez punktacji
29.	Wykonawca odpowiada za transport i szczelność opakowań, w warunkach odpowiednich do przechowywania płytek gotowych	Tak	bez punktacji
30.	Podłoża chromogenne mają pochodzić od tego samego producenta	Tak	bez punktacji
31.	Poz. 24 i 25 (Schaedler Agar) - obie płytki tego samego producenta	Tak	bez punktacji
32.	Zestawy do wytwarzania środowisk gazowych zawierające wszystkie składniki potrzebne do wytworzenia atmosfery beztlenowej lub wzbogaconą w CO ₂ (generator, torebka, z suwakiem)	Tak	bez punktacji

33.	Asortyment posiada poniższe wymogi: a) Wykrywanie odporności na karbapenemazy z klasyfikacją w skali Amblera; b) Szczelne i nieodwracalne zamknięcie testów po napełnieniu, bez możliwości kontaktu z materiałem zakaźnym; c) Identyfikacja paneli testowych zaopatrzonych w fabrycznie nadrukowane kody przy pomocy czytnika kodów kreskowych. Brak konieczności naklejania kodów na panele; d) Testy przechowywane w temperaturze pokojowej.	Tak/Nie	Tak – 10 pkt Nie – 0 pkt
Cechy aparatu do posiewu krwi i płynów ustrojowych:			
34.	Dzierżawa automatycznego analizatora do posiewu krwi i płynów ustrojowych	Tak	bez punktacji
35.	Aparat nie starszy niż 2018 rok	Tak (podać)	bez punktacji
36.	Wykonawca w cenie oferty zapewni serwis i wymianę części eksploatacyjnych (zużywalnych) wg potrzeb Zamawiającego przez cały okres trwania umowy	Tak	bez punktacji
37.	Serwis do 48 godzin od momentu zgłoszenia (w dni robocze)	Tak	bez punktacji
38.	Hodowla i detekcja wzrostu drobnoustrojów w obrębie jednego aparatu	Tak	bez punktacji
39.	Podłoża do hodowli drobnoustrojów sfagocytowanych z czynnikiem lizującym	Tak	bez punktacji
40.	Ilość miejsc w aparacie – 100 – 120	Tak (podać)	bez punktacji
41.	Wprowadzenie danych o numerze badania czytnikiem kodów paskowych, z opcją prowadzenia butelek z uszkodzonym kodem kreskowym	Tak	bez punktacji
42.	Komputer wbudowany z oprogramowaniem w wersji graficznej (umożliwiających min. rejestrację i wprowadzanie prób, podgląd prób – tworzenie zestawień i ich wydruk, podgląd wykresu próby w trakcie wzrostu)	Tak	bez punktacji
43.	Bez konieczności stosowania dodatkowych podłoży transportowych – podłoża hodowlane mają stanowić jednocześnie podłoża transportowe	Tak	bez punktacji
44.	Automatyczna kontrola jakości	Tak	bez punktacji
45.	Aparat i podłoża do hodowli od jednego producenta	Tak	bez punktacji
46.	Aparat posiadający funkcje automatycznego blokowania przez system lub przez użytkownika uszkodzonych stacji pomiarowych	Tak	bez punktacji
47.	Wszystkie produkty z certyfikatem CE	Tak	bez punktacji
48.	Urządzenie UPS pozwalające na bezpieczne zamknięcie i zakończenie pracy aparatu w przypadku awarii sieci energetycznej	Tak	bez punktacji

- Nazwy odczynników nie wskazują dostawcy, lecz zastosowano je w celu określenia właściwości jakie ma spełniać oferowany asortyment. Tam, gdzie Zamawiający opisał przedmiot zamówienia przez odniesienie do norm, ocen technicznych, specyfikacji technicznych i systemów referencji technicznych, Zamawiający wskazuje, że dopuszcza rozwiązania równoważne opisywanym, a odniesieniu takiemu towarzyszą wyrazy „lub równoważny”. Wykonawca, który powołuje się na rozwiązania równoważne opisywanym przez Zamawiającego, jest obowiązany wykazać, że oferowane przez niego dostawy, usługi lub roboty budowlane spełniają wymagania określone przez Zamawiającego.
- Jeżeli Wykonawca przelicza ilości odczynników ze względu na to, że oferuje inne opakowania zbiorcze, które nie mogą być dzielone – wtedy w ofercie należy wpisać ilość jaką faktycznie Zamawiający musi zakupić aby otrzymać wymaganą ilość odczynnika (zaokrąglenie w górę – za każde zaczęte nowe opakowanie).
- Wszystkie odczynniki muszą posiadać Deklarację Zgodności CE.

5. Wykonując obowiązki określone w trybie art. 28 ogólnego Rozporządzenia Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) zwanego „RODO”, w przypadku umów których wykonanie związane jest z koniecznością powierzenia i przetwarzania danych osobowych gromadzonych przez Zamawiającego, strony zawrą porozumienie powierzenia przetwarzania danych osobowych. Obowiązkiem Wykonawcy jest wykazanie zdolności do przetwarzania danych zgodnie z art. 28. Wzór umowy powierzenia przetwarzania danych oraz arkusz weryfikacyjny i inne wymagania w zakresie ochronnych danych osobowych są opublikowane na stronie internetowej Zamawiającego www.szpital.mielec.pl.
6. Przedstawiona oferta nie może stanowić zbiorczych cenników, lecz winna zostać sporządzona wyłącznie z ukierunkowaniem na prowadzone postępowanie i odpowiadać wymogom Zamawiającego określonym w niniejszym Zapytaniu Ofertowym.

2. TERMIN I MIEJSCE REALIZACJI ZAMÓWIENIA:

1. Termin realizacji zamówienia obejmuje okres: **2 miesiące**
2. Miejsce realizacji zamówienia: Szpital Specjalistyczny im. Edmunda Biernackiego w Mielcu, ul. Żeromskiego 22, 39-300 Mielec.

3. OPIS WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ DOKUMENTY WYMAGANE W OFERCIE:

1. Warunki udziału w postępowaniu:
Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie żadnych wymagań, których spełnienie Wykonawca zobowiązany jest wykazać w sposób szczególny.
2. Wykonawca powinien przedstawić następujące oświadczenia i dokumenty:
 - a) Wypełniony formularz oferty zgodnie z załączonym do Zapytania wzorem (zaleca się złożyć ofertę na załączonym wzorze - Załącznik nr 1 do Zapytania),
 - b) W celu potwierdzenia, że osoba działająca w imieniu Wykonawcy jest umocowana do jego reprezentowania:
 - Odpis lub informację z Krajowego Rejestru Sądowego, Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej lub innego właściwego rejestru, chyba że Zamawiający może je uzyskać za pomocą bezpłatnych i ogólnodostępnych baz danych a Wykonawca np. w Formularzu ofertowym wskazał dane umożliwiające dostęp do tych dokumentów w odniesieniu do Wykonawcy jak również w odniesieniu do podmiotów udostępniających zasoby.
 - c) W celu potwierdzenia, że oferowane dostawy odpowiadają wymaganiom Zamawiającego:
 - Oświadczenie, że oferowany asortyment posiada dokumenty wymagane przez obowiązujące prawo na podstawie których może być wprowadzony do obrotu i stosowania w placówkach ochrony zdrowia RP (Załącznik nr 3 do Zapytania).

4. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY:

1. Ofertę należy sporządzić w postaci elektronicznej zgodnie z Formularzem ofertowym stanowiącym Załącznik nr 1 do Zapytania ofertowego.
2. Oferta oraz wszystkie załączniki muszą być sporządzone w języku polskim, podpisane przez osobę upoważnioną do reprezentowania Wykonawcy, zgodnie z wpisem w stosownym dokumencie uprawniającym do występowania w obrocie prawnym. **Dokumenty składa się pod rygorem nieważności w formie elektronicznej (tj. opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym) lub w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem osobistym.**

UWAGA! Podpis osobisty nie jest podpisem własnoręcznym, a podpisem elektronicznym. „Podpis osobisty”, w oparciu o art. 2 pkt 9 ustawy o dowodach osobistych, to zaawansowany podpis elektroniczny w rozumieniu rozporządzenia eIDAS, weryfikowany za pomocą certyfikatu podpisu osobistego, którym jest poświadczenie elektroniczne przyporządkowujące dane, służące do walidacji podpisu osobistego do posiadacza dowodu osobistego, potwierdzające dane tego posiadacza.

3. Jeżeli uprawnienie do podpisania oferty nie wynika z właściwego rejestru lub centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej do oferty winno być dołączone stosowne pełnomocnictwo. Pełnomocnictwo winno być dołączone w oryginale lub kopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem notarialnie.
4. Do oferty Wykonawca winien załączyć wszystkie wymagane dokumenty i oświadczenia.
5. W przypadku gdy Wykonawca jako załącznik do oferty, dołącza kopię jakiegoś dokumentu, kopia ta powinna być potwierdzona „za zgodność z oryginałem”.
6. Każdy Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę.
7. Zamawiający nie dopuszcza możliwość składania ofert częściowych na poszczególne pozycje asortymentowe.
8. Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.
9. Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane.

5. KOMUNIKACJA W POSTĘPOWANIU:

1. Komunikacja w postępowaniu o udzielenie zamówienia, w tym składanie ofert, wymiana informacji oraz przekazywanie dokumentów lub oświadczeń między Zamawiającym a Wykonawcą, odbywa się przy użyciu środków komunikacji elektronicznej – poczta elektroniczna.
2. Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego z wnioskiem o wyjaśnienie treści Zapytania Ofertowego na adres: przetargi@szpital.mielec.pl.
3. Zamawiający udzieli wyjaśnień niezwłocznie, jednak nie później niż na 2 dni przed upływem terminu składania ofert, pod warunkiem że wnioski o wyjaśnienie treści Zapytania Ofertowego wpłynęły do Zamawiającego nie później niż na 4 dni przed upływem wyznaczonego terminu składania ofert. Przedłużenie terminu składania ofert nie wpływa na bieg terminu składania wniosku o wyjaśnienie treści Zapytania Ofertowego.
4. Zawiadomienia, oświadczenia, dokumenty, wnioski lub informacje Wykonawcy przekazują drogą elektroniczną na adres: przetargi@szpital.mielec.pl.
5. Maksymalny rozmiar plików przesyłanych za pośrednictwem poczty elektronicznej wynosi 50 MB.

5. CENA OFERTY:

1. Wykonawca w przedstawionej ofercie winien zaoferować cenę kompletną, jednoznaczną i ostateczną.
Cena oferty – jest to wartość wyrażona w jednostkach pieniężnych, którą Zamawiający jest obowiązany zapłacić Wykonawcy za towar.

Cena powinna być skalkulowana w sposób jednoznaczny i powinna uwzględniać wszystkie koszty związane z realizacją zamówienia, m.in.:

- a) sprzedaż i dostawę testów do identyfikacji i lekowrażliwości bakterii wraz z podłożami do posiewu krwi i innych płynów ustrojowych
 - b) dzierżawa analizatorów z drukarkami
 - c) instruktaż personelu w zakresie obsługi i serwisu analizatorów
 - d) pełny serwis gwarancyjny na czas trwania umowy
 - e) okresowe przeglądy serwisowe przewidziane przez producenta.
 - f) podatek VAT (jeśli dotyczy).
- oraz wszystkie inne koszty nie wymienione wyżej, niezbędne do realizacji przedmiotu zamówienia.
2. Cena oferty to **iloczyn ceny jednostkowej towaru i ilości** asortymentu wskazanego w Zapytaniu powiększona o wartość VAT.
Cena jednostkowa towaru – jest to cena ustalona za jednostkę określonego towaru, którego ilość jest określona w jednostkach miar.
 3. Cena oferty winna być wyrażona w walucie polskiej, z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku. Zamawiający nie wyraża zgody na rozliczenia w walutach obcych.
 4. Jeżeli zostanie złożona oferta, której wybór będzie prowadził do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług, Zamawiający w celu oceny takiej oferty doliczy do przedstawionej w niej ceny podatek od towarów i usług, który miałby obowiązek rozliczyć zgodnie z tymi przepisami.

5. Wykonawca, składając ofertę, poinformuje Zamawiającego, czy wybór oferty będzie prowadził do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego, wskazuje nazwę (rodzaj) towaru lub usługi, których dostawa lub świadczenie będą prowadziły do powstania obowiązku podatkowego, wskazuje wartość towaru lub usługi objętego obowiązkiem podatkowym Zamawiającego, bez kwoty podatku, wskazuje stawkę podatku od towarów i usług, która z zgodnie z wiedzą Wykonawcy, będzie miała zastosowanie.

6. KRYTERIA OCENY OFERT:

1. Zamawiający dokona oceny ważnych ofert na podstawie następujących kryteriów:

- **najniższa cena - 90 %**
- **jakość – 10%**

Sposób oceny ofert:

a) **kryterium „najniższa cena” (Wpc)** jako kryterium wymierne obliczone zostanie wg wzoru:

$$Wpc = \frac{Cn}{Cof} \times Rc$$

gdzie:

Wpc – Wartość punktowa badanej oferty w kryterium „najniższa cena”

Cn – najniższa oferowana cena brutto spośród ofert, które złożyły oferty

Cof – cena brutto oferty badanej

Rc – ranga kryterium „najniższa cena” (90)

W kryterium „najniższa cena” Wykonawca może otrzymać maksymalnie 90 punktów.

b) **kryterium „jakość” (Wpj)**

Przy obliczeniu punktacji w tym kryterium Zamawiający będzie brał pod uwagę deklarację Wykonawcy złożoną w Formularzu oferty. Punkty w zakresie oceny kryterium „jakość” będą przyznawane w następujący sposób:

Parametr	TAK/NIE	Liczba punktów
Asortyment spełnia jednocześnie poniższe wymogi:		
a) Wykrywanie odporności na karbapenemazy z klasyfikacją w skali Amblera;	TAK	10 pkt
b) Szczelne i nieodwracalne zamknięcie testów po napełnieniu, bez możliwości kontaktu z materiałem zakaźnym;		
c) Identyfikacja paneli testowych zaopatrzonych w fabrycznie nadrukowane kody przy pomocy czytnika kodów kreskowych. Brak konieczności naklejania kodów na panele;	NIE	0 pkt
d) Testy przechowywane w temperaturze pokojowej.		

W kryterium „jakość” Wykonawca może otrzymać maksymalnie 10 punktów.

Za najkorzystniejszą uznana zostanie oferta, która uzyska w sumie najwyższą liczbę punktów zgodnie z poniższym wzorem:

$$L = Wpc + Wpj$$

gdzie:

L – łączna liczba punktów oferty badanej

Wpc – wartość punktowa badanej oferty w kryterium cena

Wpj – wartość punktowa badanej oferty w kryterium jakość.

2. Punktacja przyznawana ofertom będzie liczona z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.

7. MIEJSCE I TERMIN SKŁADANIA OFERT:

1. Ofertę sporządza się w postaci elektronicznej, w ogólnie dostępnych formatach danych w szczególności w formatach .pdf, .doc, .docx, .odt, .txt, .rtf. **Przesyłany plik należy spakować do formatu zip z ustawionym hasłem.**

Spakowany plik oraz hasło do niego składa się na adres:

oferty@szpital.mielec.pl

wiadomość należy oznakować napisem:

„Postępowanie, znak SzP.ZP.271.37.24”

2. W przypadku przesłania pliku bez hasła Wykonawca ponosi odpowiedzialność za ujawnienie treści oferty przed terminem otwarcia ofert i nie będzie z tego tytułu wnosił roszczeń względem Zamawiającego.
3. Nieprzekraczalny termin złożenia oferty **22.05.2024r. godz. 9⁰⁰**.
4. O terminie wpływu decyduje termin ostatecznego wpływu oferty na adres: oferty@szpital.mielec.pl.
5. Złożone oferty zostaną otwarte w dniu **22.05.2024r. o godz. 10⁰⁰** w siedzibie Zamawiającego.
6. Wykonawca może wprowadzić zmiany lub wycofać złożoną przez siebie ofertę pod warunkiem, że Zamawiający otrzyma powiadomienie przed upływem terminu składania ofert. Powiadomienie musi być złożone według takich samych zasad jak składana oferta z dopiskiem: „ZMIANA / WYCOFANIE”.
7. Wykonawca składający ofertę pozostaje nią związany przez okres **30 dni**. Bieg terminu rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.
8. W toku badania i oceny ofert Zamawiający może wezwać Wykonawcę do złożenia wyjaśnień lub uzupełnień złożonej oferty.

8. ISTOTNE DLA STRON POSTANOWIENIA, KTÓRE ZOSTANĄ WPROWADZONE DO TREŚCI UMOWY:

1. Z wyłonionym Wykonawcą zostanie zawarta pisemna umowa.
2. Wzór umowy zawierający wszystkie wymagane przez Zamawiającego warunki załączony jest do Zapytania ofertowego (Załącznik nr 2 i 2A do Zapytania ofertowego).

9. OGŁOSZENIE WYNIKÓW POSTĘPOWANIA:

1. Zamawiający jednocześnie poinformuje wszystkich Wykonawców o:
 - a) wyborze najkorzystniejszej oferty, podając nazwę albo imię i nazwisko, siedzibę albo miejsce zamieszkania i adres, jeżeli jest miejscem wykonywania działalności Wykonawcy, którego ofertę wybrano oraz nazwy albo imiona i nazwiska, siedziby albo miejsca zamieszkania i adresy, jeżeli są miejscami wykonywania działalności Wykonawców, którzy złożyli oferty, a także punktację przyznaną oferentom w każdym kryterium oceny ofert i łączną punktację,
 - b) Wykonawcach, których oferty zostały odrzucone,
 - c) unieważnieniu postępowania.oraz zamieści informację na stronie internetowej Zamawiającego.

10. INFORMACJE DODATKOWE:

1. Zamawiający unieważni postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w przypadku, gdy:
 - a) nie złożono żadnej oferty spełniającej wymagania Zamawiającego,
 - b) cena najkorzystniejszej oferty przewyższa kwotę, którą Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, chyba że Zamawiający może zwiększyć kwotę do ceny najkorzystniejszej oferty,
 - c) wystąpiła zmiana okoliczności powodująca, że prowadzenie postępowania lub wykonanie zamówienia nie leży w interesie Zamawiającego, czego nie można było wcześniej przewidzieć.
2. W przypadku, gdy Wykonawca odstąpi od podpisania umowy, Zamawiający może podpisać umowę z kolejnym Wykonawcą, który w toku prowadzonego badania ofert otrzymał najwyższą liczbę punktów.

11. OSOBY UPOWAŻNIONE DO KONTAKTU Z WYKONAWCAMI:

- Małgorzata Błażejowska - w sprawach merytorycznych
- Agnieszka Mydlarz, Arkadiusz Brach - w sprawach formalno-prawnych

12. KLAUZULA INFORMACYJNA Z ART. 13 RODO:

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), zwane dalej „RODO”, Zamawiający informuje, iż:

- a) Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Szpital Specjalistyczny im. Edmunda Biernackiego z siedzibą przy ul. Żeromskiego 22, 39-300 Mielec. Dane kontaktowe:
 - poczta elektroniczna: sekretariat@szpital.mielec.pl
 - telefon: 17 780-01-39
- b) Administrator wyznaczył Inspektora Danych Osobowych, z którym można się kontaktować pod adresem e-mail iod@szpital.mielec.pl
- c) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego na sprzedaż i dostawę testów do identyfikacji i lekowrażliwości drobnoustrojów metodą automatyczną i manualną wraz z podłożami do posiewu krwi i innych płynów ustrojowych z dzierżawą analizatorów do Szpitala Specjalistycznego im. Edmunda Biernackiego w Mielcu, znak SzP.ZP.271.37.24 prowadzonym w trybie postępowania o wartości poniżej kwoty 130.000,00 zł (Zarządzenie nr 118/2022 Dyrektora Szpitala Specjalistycznego im. E. Biernackiego w Mielcu z dnia 22.07.2022r. w sprawie przyjęcia regulaminu udzielania zamówień publicznych o wartości poniżej kwoty 130.000,00 zł).
- d) odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania na podstawie Ustawy z dnia 6 września 2001r. o dostępie do informacji publicznej (t.j. Dz.U. z 2020r. poz. 2176),
- e) Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy;
- f) obowiązkiem podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego;
- g) w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;
- h) posiada Pani/Pan:
 - na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących;
 - na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych (*skorzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy oraz nie może naruszać integralności protokołu oraz jego załączników*);
 - na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem okresu trwania postępowania o udzielenie zamówienia publicznego oraz przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO (*prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego*);
 - prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;
- i) nie przysługuje Pani/Panu:
 - w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;
 - prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;
 - na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.
- j) przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego na niezgodne z RODO przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych przez Administratora. Organem właściwym dla przedmiotowej skargi jest Urząd Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.

13. ZAŁĄCZNIKI DO ZAPYTANIA OFERTOWEGO:

Załącznik nr 1 - Formularz ofertowy

Załącznik nr 2 - Projekt umowy

Załącznik nr 2A - Projekt umowy dzierżawy

Załącznik nr 3 - Oświadczenie, że oferowany asortyment posiada dokumenty wymagane przez obowiązujące prawo na podstawie których może być wprowadzony do obrotu i stosowania w placówkach ochrony zdrowia RP

.....
Podpis Dyrektora szpitala lub osoby upoważnionej

Załącznik nr 1 do Zapytania ofertowego

....., dnia
(miejscowość)

Wykonawca:

.....

.....

(pełna nazwa/firma, adres, w zależności od podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CEiDG)

reprezentowany przez:

.....

.....

(imię, nazwisko, stanowisko/podstawa do reprezentacji)

FORMULARZ OFERTY

Dane Wykonawcy:

Adres (siedziba) Wykonawcy:

Tel. E-mail.....

NIP: REGON:

Nawiązując do zapytania ofertowego na:

Sprzedaż i dostawę testów do identyfikacji i lekowrażliwości drobnoustrojów metodą automatyczną i manualną wraz z podłożami do posiewu krwi i innych płynów ustrojowych z dzierżawą analizatorów do Szpitala Specjalistycznego im. Edmunda Biernackiego w Mielcu, znak SzP.ZP.271.37.24

oferujemy realizację w/w Przedmiotu Zamówienia:

1. Sprzedaż i dostawa:

Lp. Asortyment	Nazwa handlowa, wielkość opakowania	Numer katalogowy, producent	J.m.	Ilość na okres 24 m-cy	Cena jednostkowa			Wartość		
					netto	VAT%	brutto	netto (kol. 5x6)	VAT	brutto (kol. 9+10)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Wykaz odczynników										
Wykaz innego asortymentu niezbędnego do wykonania badań										
Razem:								suma kol.9	suma kol.10	suma kol.11

2. Dzierżawa:

Nazwa handlowa	Numer katalogowy producent	J.m	Ilość	Cena jednostkowa dzierżawy			Wartość dzierżawy w 1 miesiącu			Okres obowiązywania	Wartość za okres 2 miesięcy		
				netto	VAT %	brutto	netto (kol. 4 x 5)	VAT zł (kol. 8 x stawka VAT)	brutto (kol. 8 + 9)		netto (kol. 8 x 11)	VAT zł (kol. 12 x stawka VAT)	brutto (kol. 12 + 13)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
		szt								2 m-ce			
Razem:							suma kol. 8	suma kol. 9	suma kol. 10		suma kol. 12	suma kol. 13	suma kol. 14

3. Całkowita wartość zamówienia:

Wartość oferty netto: zł
(pkt.1 Sprzedaż i dostawa suma kol. 9 + pkt.2 Dzierżawa suma kol. 12)

Wartość oferty brutto: zł
(pkt.1 Sprzedaż i dostawa suma kol. 11 + pkt.2 Dzierżawa suma kol. 14)

4. Wartość początkowa przedmiotu dzierżawy:

Wartość początkowa przedmiotu dzierżawy wynosi: (w przypadku większej liczby przedmiotów dzierżawy należy podać wymagane informacje oddzielnie dla każdego sprzętu)

..... (dokładna nazwa przedmiotu dzierżawy) (wartość początkowa brutto) (rok produkcji) (fabrycznie nowy/używany)
..... (dokładna nazwa przedmiotu dzierżawy) (wartość początkowa brutto) (rok produkcji) (fabrycznie nowy/używany)
..... (dokładna nazwa przedmiotu dzierżawy) (wartość początkowa brutto) (rok produkcji) (fabrycznie nowy/używany)

5. Informacja na temat spełnienia wymaganych przez Zamawiającego parametrów:

L.p.	Parametr	Parametr wymagany	Parametr oferowany
	Wymagania dotyczące aparatu i testów do identyfikacji i lekowrażliwości bakterii:		
1.	Dzierżawa automatycznego analizatora bakteriologicznego do identyfikacji i oznaczania lekowrażliwości drobnoustrojów na antybiotyki wraz z komputerem i drukarką	Tak	
2.	Aparat nie starszy niż 2018	Tak (podać)	
3.	Urządzenie UPS pozwalające na bezpieczne zamknięcie i zakończenie pracy aparatu w przypadku awarii sieci energetycznej	Tak	
4.	Wykonawca zapewni w ramach czynszu dzierżawnego serwis i wymianę części eksploatacyjnych (zużywalnych) wg potrzeb Zamawiającego przez cały okres trwania umowy	Tak	
5.	Serwis do 48 godzin od momentu zgłoszenia (w dni robocze)	Tak	
6.	Pełna automatyzacja wykonywanych badań (inkubacja i odczyt wyników)	Tak	
7.	Czytnik kodów kreskowych	Tak	
8.	Urządzenie do pomiaru gęstości zawiesiny bakteryjnej	Tak	
9.	Polski język oprogramowania do identyfikacji i lekowrażliwości	Tak	
10.	Możliwość identyfikacji bakterii Gram dodatnich, Gram ujemnych i drożdżaków	Tak	
11.	Lekowrażliwość dla bakterii Gram dodatnich i Gram ujemnych	Tak	

12.	Wynik lekowrażliwości podawany w wartościach MIC i w postaci kategorii S, WZ, R	Tak	
13.	Jednoczesna inkubacja maksymalnie 50 testów	Tak	
14.	Możliwość oznaczania testów identyfikacyjnych i antybiogramowych na oddzielnych lub łączonych panelach	Tak	
15.	Możliwość zrobienia ID i AST z zawiesiny o niskiej gęstości (0,2-0,3)	Tak	
16.	Test ESBL na każdym panelu/karcie, w przypadku braku doliczona cena paska gradientowego	Tak	
17.	Termin ważności testów co najmniej 7 miesięcy od daty dostawy	Tak (podać)	
18.	Graficzna wersja oprogramowania	Tak	
19.	Zaawansowany system ekspertowy przygotowany w oparciu o bazę wiedzy, zawierającą dane z światowych publikacji naukowych	Tak	
20.	Możliwość interpretacji wyników przez system ekspertowy z podaniem wskazówek terapeutycznych	Tak	
21.	Aktualizacja systemu eksperckiego do wersji EUCAST, zwalidowanej i wprowadzonej bezpośrednio przez producenta, posiadającej dokumentację od producenta	Tak	
Wymagania dotyczące podłoży:			
22.	Podłoża agarowe na płytkach o średnicy 90mm	Tak	
23.	Podłoża gotowe do bezpośredniego użycia nie wymagające kontroli	Tak	
24.	Wielkość opakowań 10-20 szt. lub 100 szt. (dotyczy poz. 8,13)	Tak	
25.	Termin ważności podłoży chromogennych na płytkach od momentu dostawy minimum 30 dni	Tak (podać)	
26.	Termin ważności podłoży zawierających krew na płytkach od momentu dostawy minimum 35 dni	Tak (podać)	
27.	Termin ważności podłoży bez krwi i wybiórczych na płytkach od momentu dostawy minimum 42 dni	Tak (podać)	
28.	Podłoża do oznaczania lekowrażliwości zgodne z międzynarodowymi standardami EUCAST	Tak	
29.	Wykonawca odpowiada za transport i szczelność opakowań, w warunkach odpowiednich do przechowywania płytek gotowych	Tak	
30.	Podłoża chromogenne mają pochodzić od tego samego producenta	Tak	
31.	Poz. 24 i 25 (Schaedler Agar) - obie płytki tego samego producenta	Tak	
32.	Zestawy do wytwarzania środowisk gazowych zawierające wszystkie składniki potrzebne do wytworzenia atmosfery beztlenowej lub wzbogaconą w CO ₂ (generator, torebka, z suwakiem)	Tak	
33.	Asortyment posiada poniższe wymogi: e) Wykrywanie odporności na karbapenemazy z klasyfikacją w skali Amblera; f) Szczelne i nieodwracalne zamknięcie testów po napełnieniu, bez możliwości kontaktu z materiałem zakaźnym; g) Identyfikacja paneli testowych zaopatrzonych w fabrycznie nadrukowane kody przy pomocy czytnika kodów kreskowych. Brak konieczności naklejania kodów na panele; h) Testy przechowywane w temperaturze pokojowej.	Tak/Nie	
Cechy aparatu do posiewu krwi i płynów ustrojowych:			
34.	Dzierżawa automatycznego analizatora do posiewu krwi i płynów ustrojowych	Tak	
35.	Aparat nie starszy niż 2018 rok	Tak (podać)	

36.	Wykonawca w cenie oferty zapewni serwis i wymianę części eksploatacyjnych (zużywalnych) wg potrzeb Zamawiającego przez cały okres trwania umowy	Tak	
37.	Serwis do 48 godzin od momentu zgłoszenia (w dni robocze)	Tak	
38.	Hodowla i detekcja wzrostu drobnoustrojów w obrębie jednego aparatu	Tak	
39.	Podłoża do hodowli drobnoustrojów sfagocytowanych z czynnikiem lizującym	Tak	
40.	Ilość miejsc w aparacie – 100 – 120	Tak (podać)	
41.	Wprowadzenie danych o numerze badania czytnikiem kodów paskowych, z opcją prowadzenia butelek z uszkodzonym kodem kreskowym	Tak	
42.	Komputer wbudowany z oprogramowaniem w wersji graficznej (umożliwiających min. rejestrację i wprowadzanie prób, podgląd prób – tworzenie zestawień i ich wydruk, podgląd wykresu próby w trakcie wzrostu)	Tak	
43.	Bez konieczności stosowania dodatkowych podłoży transportowych – podłoża hodowlane mają stanowić jednocześnie podłoża transportowe	Tak	
44.	Automatyczna kontrola jakości	Tak	
45.	Aparat i podłoża do hodowli od jednego producenta	Tak	
46.	Aparat posiadający funkcje automatycznego blokowania przez system lub przez użytkownika uszkodzonych stacji pomiarowych	Tak	
47.	Wszystkie produkty z certyfikatem CE	Tak	
48.	Urządzenie UPS pozwalające na bezpieczne zamknięcie i zakończenie pracy aparatu w przypadku awarii sieci energetycznej	Tak	

II. Oświadczamy, że:

- * zapoznaliśmy się z Zapytaniem ofertowym i nie wnosimy zastrzeżeń,
- * wzór Umowy załączony do Zapytania (Załącznik nr 2 i 2A) akceptujemy bez zastrzeżeń i zobowiązujemy się w przypadku wyboru naszej oferty do ich podpisania w miejscu i terminie wyznaczonym przez Zamawiającego,
- * przedmiot zamówienia będziemy realizować sukcesywnie przez 2 miesiące, w ilościach uzależnionych od aktualnych potrzeb Szpitala,
- * termin płatności za dostarczony towar wynosił będzie do 60 dni od dnia doręczenia Zamawiającemu prawidłowo i zgodnie z umową wystawionej faktury, na rachunek bankowy Wykonawcy, prowadzony przez o numerze,
- * wyszczególnione w złożonej ofercie ceny **pozostaną niezmiennie przez okres trwania umowy**, z zastrzeżeniem przypadków wskazanych w umowie,
- * uważamy się za związanych niniejszą ofertą przez okres **30 dni** od terminu składania ofert,
- * zamówienie **zrealizujemy sami/zamierzamy powierzyć** wykonanie następujących części zamówienia (*niepotrzebne skreślić*) **podwykonawcom** (*o ile jest to wiadome, podać firmy podwykonawców*),
- * wybór naszej oferty nie będzie prowadził do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego na podstawie ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (t.j. Dz. U. z 2018, poz. 2174, z późn. zm.).
Uwaga: jeżeli wybór oferty będzie prowadził na podstawie ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego Wykonawca zobowiązany jest dołączyć do oferty wykaz zawierający nazwę (rodzaj) towaru lub usługi, których dostawa lub świadczenie będzie prowadzić do jego powstania, ich wartość bez kwoty podatku oraz stawki podatku od towarów i usług, która zgodnie z wiedzą Wykonawcy będzie miała zastosowanie.
- * wypełniłem obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 RODO (rozporządzenie Parlamentu

Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1)) wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskałem w celu ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego w niniejszym postępowaniu.

Uwaga: W przypadku gdy wykonawca nie przekazuje danych osobowych innych niż bezpośrednio jego dotyczących lub zachodzi wyłączenie stosowania obowiązku informacyjnego, stosownie do art. 13 ust. 4 lub art. 14 ust. 5 RODO treści oświadczenia wykonawca nie składa (treść oświadczenia należy usunąć np. poprzez jego wykreślenie).

- * Oświadczam, że nie zachodzą w stosunku do mnie przesłanki wykluczenia z postępowania na podstawie art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (Dz. U. 2022 poz. 835)

WZÓR UMOWY

W dniu pomiędzy **Szpitałem Specjalistycznym im. Edmunda Biernackiego w Mielcu, ul. Żeromskiego 22, 39-300 Mielec**, wpisanym do rejestru stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i zawodowych, fundacji oraz samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Rzeszowie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000002538, REGON: 000308637, NIP: 8171750893, zwanym w dalszej części Umowy „Zamawiającym” reprezentowanym przez:

.....
a KRS NIP REGON
zwanym w dalszej części Umowy „Wykonawcą” reprezentowanym przez:

.....
stosownie do dokonanego przez Zamawiającego wyboru oferty Wykonawcy przeprowadzonego na podstawie Zarządzenie nr 118/2022 Dyrektora Szpitala Specjalistycznego im. E. Biernackiego w Mielcu z dnia 22.07.2022r. w sprawie przyjęcia regulaminu udzielania zamówień publicznych o wartości poniżej kwoty 130.000,00 zł udzielonego w trybie zapytania ofertowego dotyczące zamówienia publicznego o wartości poniżej 130.000,00 zł zostaje zawarta umowa następującej treści:

§ 1

1. Przedmiotem niniejszej umowy jest sukcesywna sprzedaż i dostawa testów do identyfikacji i lekowrażliwości drobnoustrojów metodą automatyczną i manualną wraz z podłożami do posiewu krwi i innych płynów ustrojowych – wykaz sporządzony na podstawie oferty przetargowej Wykonawcy stanowiący integralną część umowy w załączeniu do niniejszej umowy, na rzecz Zamawiającego, realizowana przez Wykonawcę na jego koszt, na zasadach wskazanych w niniejszej umowie, Zapytaniu Ofertowym (dalej Zapytanie) znak: SzP.ZP.271.37.24 oraz zgodnie z ofertą Wykonawcy z dnia
2. Zapytanie i oferta złożona przez Wykonawcę stanowią integralną część umowy.

§ 2

10. Wykonawca zobowiązany jest do sukcesywnej realizacji dostaw asortymentu objętego przedmiotem umowy w oparciu o każde zamówienie Zamawiającego w zakresie i na warunkach szczegółowo wskazanych w niniejszej umowie, pod rygorem zapłaty kar umownych w niej wskazanych.
11. Do złożenia zamówienia ze strony Zamawiającego uprawniony jest Zamówienie może zostać złożone w wersji papierowej lub elektronicznej. W razie wystąpienia sytuacji, która powodowałaby zmianę osoby uprawnionej do zamówienia Zamawiający powiadomi o tym Wykonawcę mailowo lub pisemnie wskazując nowo uprawnioną osobę. Strony postanawiają, że zmiana ta nie wymaga sporządzenia aneksu do umowy.
12. Wykonawca zobowiązuje się wykonać zamówienie w terminie do 7 dni od dnia złożenia zamówienia.
13. Wykonawca dostarczał będzie zamówiony towar transportem własnym, we własnym zakresie, na swój koszt i ryzyko do magazynu mieszczącego się w siedzibie Zamawiającego (od poniedziałku do piątku w godzinach od 7:00 do 14:15). Jeżeli czas dostawy wypada w dniu wolnym od pracy, dostawa nastąpi w pierwszym dniu roboczym po wyznaczonym terminie.
14. Za datę dostawy uznaje się datę wydania za stosownym pokwitowaniem przedmiotu umowy osobie upoważnionej przez Zamawiającego.
15. Do obowiązków Wykonawcy należy również wniesienie towaru i jego rozładunek w miejscu wskazanym przez pracownika upoważnionego przez Zamawiającego.
16. W przypadku wykonania zamówienia w części dotyczącej transportu przy użyciu Podwykonawcy, Wykonawca odpowiada za działania, uchybienia i zaniedbania Podwykonawcy tak jak za własne działania, uchybienia i zaniedbania, w tym za przestrzeganie przez Podwykonawcę wymogów określonych w niniejszym paragrafie.
17. Odpowiedzialność za przedmiot umowy i ich ewentualne uszkodzenie podczas dostarczania do siedziby Zamawiającego ponosi do momentu ich dostawy Wykonawca.
18. Dostarczane do Zamawiającego artykuły winny być zapakowane w oryginalne (fabrycznie zapakowane przez producenta) i nieuszkodzone opakowania, które odpowiadają wymaganiom Polskich Norm oraz innych

przepisów prawa, przewidzianych dla tego typu wyrobu.

19. Zamawiający może odmówić przyjęcia dostaw objętych przedmiotem niniejszej umowy w przypadku gdy przedmiot dostawy jest niezgodny z umową, w tym w zakresie nazwy producenta, numeru katalogowego, nazwy handlowej asortymentu oraz serii.
20. Wykonawca zapewnia i oświadcza, że:
 - a) produkty lecznicze/wyroby medyczne magazynowane były i będą transportowane z zachowaniem wymaganych warunków określonych rozporządzeniem unijnym (UE) 2017/745 (rozporządzenie MDR) oraz z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 13 marca 2015 r. w sprawie wymagań Dobrej Praktyki Dystrybucyjnej (pkt. 5.5 pkt. 2),
 - b) sprzętu medyczny magazynowany jest (był) i transportowany będzie zgodnie z warunkami określonymi przez producenta.
21. Wykonawca jest obowiązany na żądanie Zamawiającego przedłożyć oświadczenie stanowiące załącznik nr ... do Umowy jeżeli nie przedstawi dowodu wskazań temperatury w postaci dokumentu pisemnego lub elektronicznego (odpowiednio wydruku lub odczytu z urządzenia mierzącego temperaturę znajdującego się w środku transportu).
22. W przypadku, gdy Wykonawca nie dostarczy przedmiotu umowy w określonym w umowie terminie, Zamawiający ma prawo dokonać zakupu interwencyjnego od innego Dostawcy w ilości i asortymencie określonym w niezrealizowanej części zamówienia lub odpowiednika asortymentu w przypadku braku jego dostępności na rynku. Skutkuje to zmniejszeniem ilości przedmiotu umowy o wielkość tego zakupu. Wykonawca jest zobowiązany do zwrotu Zamawiającemu różnicy pomiędzy wartością zakupu interwencyjnego a wartością wynikającą z cen jednostkowych zawartych w Umowie.

§ 3

1. Wykonawca zapewnia Zamawiającego, że sprzedawany przez niego towar (zgodnie z ofertą) jest bardzo dobrej jakości, posiada dokumenty wymagane przez obowiązujące prawo, na podstawie których może być wprowadzony do obrotu i stosowania w placówkach ochrony zdrowia RP.
2. Wykonawca jest odpowiedzialny za wady fizyczne i prawne towaru objętego umową. Przez wadę fizyczną rozumie się w szczególności jakąkolwiek niezgodność towaru z opisem przedmiotu zamówienia zawartym w Zapytaniu.
3. W razie stwierdzenia wad w dostarczonym towarze Zamawiający zobowiązuje się przesłać Wykonawcy reklamację jakościową lub ilościową wraz z protokołem stwierdzającym wady w terminie 14 dni od daty dostarczenia towaru. W zawiadomieniu Zamawiający wyznaczy termin do usunięcia wad.
4. Określony w ust. 3 termin do reklamacji uważa się za zachowany jeżeli przed jego upływem wymagane pismo zostało wysłane przez operatora pocztowego.
5. W przypadku zgłoszenia reklamacji, o której mowa w ust. 3 przez cały okres umowy, Wykonawca obowiązany jest w ciągu 48 godzin, od dnia doręczenia reklamacji odebrać od Zamawiającego wadliwy towar będący przedmiotem reklamacji.
6. Wykonawca zobowiązuje się do uzupełnienia ilości lub wymiany towaru na pozbawiony wad w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego. Termin wyznaczony przez Zamawiającego nie może być krótszy niż 3 dni.
7. Wykonawca odbiera wadliwy towar z siedziby Zamawiającego i dostarcza towar wolny od wad do siedziby Zamawiającego we własnym zakresie, na własny koszt i ryzyko.
8. W przypadku nie dostarczania towaru wolnego od wad przez Wykonawcę, nie uzupełnienia jego ilości lub nie dokonania wymiany towaru na pełnowartościowy w wyznaczonym przez Zamawiającego terminie, Zamawiający zastrzega sobie prawo zamówienia towaru u innego dostawcy na koszt Wykonawcy. W takiej sytuacji Zamawiający potrąci ewentualną różnicę kosztów z wynagrodzenia przysługującego Wykonawcy, co nie wyłącza prawa do naliczenia kar umownych.

§ 4

Wykonawca gwarantuje niezmiennosc cen przez okres trwania umowy, z zastrzeżeniem przypadków przewidzianych w niniejszej umowie.

§ 5

1. Wartość umowy ustalona zgodnie z wykazem stanowiącym załącznik do niniejszej umowy wynosi bruttozł (słownie:).
2. Wykonawca - za dostarczony towar - wystawi fakturę VAT w języku polskim.
3. Zamawiający oświadcza, że jest uprawniony do otrzymywania faktur VAT i posiada numer identyfikacyjny 817-17-50-893.
4. Faktura winna być adresowana na Zamawiającego.
5. Zamawiający wymaga, aby Wykonawca wystawiał w każdym miesiącu wykonywania umowy nie więcej niż 3 faktury zbiorcze dla zamówień jednostkowych złożonych w dniach: 1 – 10: pierwsza faktura, 11-20:

- druga faktura, 21- ostatni dzień miesiąca: trzecia faktura. Na fakturze musi zostać wskazany numer zamówień, których dotyczy faktura.
6. Zamawiający wymaga aby Wykonawca umieszczał na fakturze cenę jednostkową brutto, datę ważności i numer serii zgodnie z dostarczonym towarem, kod identyfikujący produkt (numer katalogowy).
 7. Za dzień dokonania płatności będzie uważany dzień złożenia dyspozycji dokonania przelewu bankowego przez Zamawiającego na rachunek Wykonawcy.
 8. Zamawiający zastrzega sobie możliwość zmiany ilości poszczególnego asortymentu lub do rezygnacji z niektórych pozycji asortymentu będącego przedmiotem umowy i wyszczególnionego wykazie stanowiącym załącznik do niniejszej umowy. Zmiana powyższa nie spowoduje zmiany wartości określonej w § 5 ust. 1 poniżej 51% tejże wartości.
 9. W przypadkach wskazanych w ust. 8:
 - a) Wykonawca może żądać wyłącznie wynagrodzenia należnego z tytułu wykonania części umowy, bez naliczania jakichkolwiek kar,
 - b) ostateczna wysokość wynagrodzenia przysługującego Wykonawcy może ulec zmniejszeniu.
 10. Zamawiający zastrzega sobie również uprawnienie do zamawiania większej ilości produktów z jednej pozycji asortymentu i mniejszej z innej, niż wynika to z wykazu stanowiącego załącznik do niniejszej umowy, przy zachowaniu cen jednostkowych zaoferowanych przez Wykonawcę, z zastrzeżeniem nie przekroczenia łącznej wartości umowy.
 11. Zmiany określone w ustępach 8 lub 10 nie wymagają zmiany umowy w formie aneksu ani zgody Wykonawcy.
 12. Z tytułu zmniejszenia zakresu ilościowego lub rezygnacji z niektórych pozycji asortymentu w okresie obowiązywania umowy nie będzie przysługiwać Wykonawcy żadne roszczenie wobec Zamawiającego.
 13. W sytuacji kiedy faktura zostanie wystawiona z naruszeniem postanowień niniejszej umowy Wykonawca zobowiązany jest do wystawienia faktury korygującej w terminie 5 dni od wezwania przez Zamawiającego. Wezwanie może zostać dokonane telefonicznie, mailowo lub listownie.

§ 6

1. Należność za dostarczony towar płatna jest przelewem na rachunek bankowy Wykonawcy prowadzony przez o numerze w terminie do 60 dni od dnia dostarczenia towaru i doręczenia prawidłowo oraz zgodnie z umową wystawionej faktury. W razie zmiany numeru rachunku bankowego, Wykonawca jest zobowiązany wskazać nowy rachunek bankowy. Wskazany numer rachunku/rachunków musi być zgłoszony do ewidencji tzw. „białej listy” tj. numerów rachunków rozliczeniowych, o których mowa w art. 49 ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. - Prawo bankowe, lub imiennych rachunków w spółdzielczej kasie oszczędnościowo-kredytowej, której podmiot jest członkiem, otwartych w związku z prowadzoną przez członka działalnością gospodarczą – wskazanych w zgłoszeniu identyfikacyjnym lub zgłoszeniu aktualizacyjnym i potwierdzonych przy wykorzystaniu STIR w rozumieniu art. 119zg pkt 6 Ordynacji podatkowej.
2. W razie otrzymania przez Zamawiającego faktury VAT w terminie późniejszym niż dzień dostarczenia towaru, bieg terminu określonego w ustępie 1 niniejszego paragrafu rozpoczyna się od dnia otrzymania faktury.
3. Dokonywane przez Zamawiającego wpłaty na zaspokojenie długów wobec Wykonawcy zaliczane będą w pierwszej kolejności na poczet należności głównej, następnie na poczet należności z tytułu odsetek. W dalszej kolejności zaspokajane będą należności uboczne, takie jak koszty zastępstwa procesowego, opłaty sądowe, opłaty skarbowe itp.
4. W przypadku braku oświadczenia Zamawiającego określającego dług, który ma być zaspokojony, Wykonawca zaliczy dokonaną przez Zamawiającego wpłatę na poczet długu najdawniej wymagalnego ale nie przedawnionego.
5. Wykonawca posiadający wobec Zamawiającego kilka wierzytelności, udokumentowanych kilkoma fakturami, dokonując potrącenia (kompensaty) w pierwszej kolejności potrąca swoje wierzytelności najdawniej wymagalne.
6. W przypadku opóźnienia Zamawiającego z zapłatą którejkolwiek z faktur Wykonawca zobowiązany jest do doręczenia Zamawiającemu pisemnego wezwania do zapłaty zawierającego dodatkowy termin do uiszczenia zapłaty w ciągu 30 dni od daty otrzymania tegoż wezwania przez Zamawiającego. W czasie biegu terminu o którym mowa z zdaniu poprzedzającym, Wykonawca zobowiązuje się nie dochodzić roszczenia objętego wezwaniem na drodze postępowania sądowego.

§ 7

1. Zamawiający przewiduje możliwość zastosowania prawa opcji w przypadku niewyczerpania wartości umowy, o której mowa w § 5 ust. 1, w „okresie podstawowym” określonym w § 10 umowy.
2. Decyzję co do możliwości skorzystania z prawa opcji Zamawiający uzależnia od swoich bieżących potrzeb oraz wykorzystania wartości umowy określonej w § 5 ust. 1 umowy.

3. Zastosowanie przez Zamawiającego prawa opcji będzie polegać na powtórzeniu tych samych dostaw jak te, które są świadczone przez Wykonawcę, z którym została zawarta niniejsza umowa w sprawie zamówienia publicznego.
4. Wszystkie wymagania zawarte w umowie i Zapytaniu dotyczą także realizacji zamówienia w ramach prawa opcji. W przypadku zastosowania prawa opcji żadna cena wskazana w Formularzu Cenowym Wykonawcy, nie ulegnie zmianie za wyjątkiem przypadków i na zasadach opisanych w umowie.
5. Przy zastosowaniu prawa opcji Wykonawca będzie świadczył dostawy w okresie nie dłuższym niż 6 miesięcy, następujących po dniu, wskazanym w umowie jako dzień zakończenia świadczenia dostawy w „okresie podstawowym”.
6. Zamawiający może wykonać prawo opcji wielokrotnie i w dowolnym dniu przed upływem „okresu podstawowego” lub w okresie obowiązywania umowy wskutek skorzystania z opcji. Zamawiający złoży Wykonawcy oświadczenie o zastosowaniu prawa opcji. Niezłożenie oświadczenia we wskazanym w zdaniu poprzednim terminie będzie oznaczało, że Zamawiający rezygnuje z zastosowania prawa opcji.
7. W przypadku zastosowania przez Zamawiającego prawa opcji oświadczenie, o którym mowa w ust. 6 będzie stanowiło integralną część Umowy.

§ 8

1. Zamawiający dopuszcza zmianę postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty na podstawie, której dokonano wyboru Wykonawcy, w zakresie:
 - a) zmiany asortymentu, w tym zmiany numeru katalogowego, modelu, typu produktu, na asortyment inny, lub poprzez dodanie nowego, o parametrach i funkcjonalności nie gorszych, niż wykazany w ofercie, z zastrzeżeniem, że cena tego asortymentu nie ulegnie podwyższeniu,
 - b) zaoferowania w wyniku postępu technologicznego produktu o lepszych parametrach w cenie oferowanej w postępowaniu przetargowym albo niższej, wraz ze zmianą nazwy produktu i numeru katalogowego;
 - c) zmiana producenta lub zaprzestanie produkcji przez dotychczasowego producenta z przyczyn niezależnych od Wykonawcy z zastrzeżeniem, że Wykonawca zaoferuje produkt równoważny o takich samych lub lepszych parametrach w cenie oferowanej w postępowaniu przetargowym albo niższej, wraz ze zmianą nazwy produktu i numeru katalogowego;
 - d) zmiana przepisów obowiązujących, mających wpływ na realizację niniejszej umowy;
 - e) w przypadku zmiany ceny w wyniku zmiany przepisów prawa podatkowego dotyczącej stawek VAT w okresie obowiązywania umowy, przy czym zmiana dotyczyć może wartości brutto, wartość netto pozostaje bez zmian;
2. Zmiany wymienione w ust. 1 mogą być dokonane na wniosek Wykonawcy, z uzasadnieniem konieczności zmiany, za zgodą Zamawiającego, w terminie do 14 dni od przesłania zawiadomienia, w formie pisemnego aneksu do umowy.
3. Zamawiający dopuszcza zmianę umowy bez przeprowadzenia nowego postępowania o udzielenie zamówienia, jeżeli konieczność zmiany umowy spowodowana jest okolicznościami, których Zamawiający, działając z należytą starannością, nie mógł przewidzieć, o ile zmiana nie modyfikuje ogólnego charakteru umowy a wzrost ceny spowodowany każdą kolejną zmianą nie przekracza 50% wartości pierwotnej umowy.
4. Zamawiający dopuszcza zmiany umowy bez przeprowadzenia nowego postępowania o udzielenie zamówienia, których łączna wartość jest mniejsza niż progi unijne oraz jest niższa niż 10% wartości pierwotnej umowy, w przypadku zamówień na usługi lub dostawy, a zmiany te nie powodują zmiany ogólnego charakteru umowy.

§ 9

1. Strony ustalają kary umowne mające zastosowanie w następujących przypadkach:
 - a) za nieterminowe dostawy Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 1% wartości brutto niezrealizowanej dostawy za każdy dzień zwłoki w dostarczeniu towaru,
 - b) za zwłokę w usunięciu wad w dostarczonym towarze Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę w wysokości 2% wartości brutto reklamowanego towaru za każdy dzień zwłoki licząc od dnia upływu terminu wyznaczonego na usunięcie wad. W razie zwłoki w usunięciu wad w terminie wyznaczonym dodatkowo kara ulega powiększeniu o dalsze 10% wartości brutto reklamowanego towaru, i przysługuje Zamawiającemu za każdy dzień zwłoki licząc od dnia upływu terminu dodatkowego,
 - c) za odstąpienie od umowy przez Zamawiającego z przyczyn zawinionych przez Wykonawcę, Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 10% wartości niezrealizowanej części umowy.
2. Zamawiającemu przysługiwać będzie prawo do wolnego od skutków finansowych wypowiedzenia niniejszej Umowy ze skutkiem natychmiastowym, jeżeli Wykonawca mimo dwóch kolejnych monitów nie będzie realizował dostaw zgodnie z zamówieniem lub w określonym terminie.
3. W razie wypowiedzenia umowy w trybie określonym w ust. 2 niniejszego paragrafu Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 10% wartości brutto niezrealizowanej części umowy.

4. Za odstąpienie przez Wykonawcę od umowy lub jej wypowiedzenie z przyczyn zawinionych przez Wykonawcę stronie Wykonawcy, Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 10% wartości brutto niezrealizowanej części umowy.
5. Odstąpienie od umowy przez Wykonawcę bądź przez Zamawiającego lub jej wypowiedzenie przez którąkolwiek ze stron, nie powoduje wygaśnięcia obowiązku Wykonawcy do zapłaty ewentualnych kar umownych powstałych i obliczonych zgodnie z postanowieniami ust. 1 punkt a, b, c niniejszego paragrafu.
6. Zamawiającemu przysługuje prawo do dochodzenia odszkodowania przewyższającego wysokość kar umownych.
7. Zamawiający zastrzega sobie prawo do potrącenia kar umownych z wynagrodzenia Wykonawcy, po wystawieniu przez Zamawiającego noty obciążeniowej.
8. Wysokość kar umownych naliczonych z jednego lub kilku tytułów nie może przekroczyć 30% wartości brutto określonej w § 5 ust. 1 umowy.
9. Zamawiający może odstąpić od umowy/wypowiedzieć umowę w przypadku nie zawarcia przez Wykonawcę umowy o przetwarzaniu danych osobowych zgodnie z art. 28 RODO z winy Wykonawcy, w tym w szczególności wskutek braku zdolności do zawarcia takiej umowy (niespełniania przesłanek z art. 28 RODO) w terminie 30 dni od dnia zawarcia umowy nie później niż przed pierwszą czynnością Wykonawcy wymagającą przekazania danych osobowych, których administratorem jest Zamawiający (dotyczy umów których wykonanie związane jest z koniecznością powierzenia i przetwarzania danych osobowych gromadzonych przez Zamawiającego).

§ 10

1. Umowa wiąże strony przez okres 2 miesięcy, tj. od dnia do dnia
2. Umowa niniejsza ulega rozwiązaniu z momentem rozwiązania lub innej formy zakończenia obowiązywania umowy dzierżawy o nr
Jeżeli umowa dzierżawy, o której mowa powyżej, przestała obowiązywać z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy skutki rozwiązania niniejszej umowy są tożsame ze skutkami odstąpienia przez Zamawiającego od umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy. *(jeżeli dotyczy)*

§ 11

1. Czynność prawna mająca na celu zmianę wierzyciela Zamawiającego z tytułu wierzytelności wynikających z niniejszej umowy może zostać dokonana tylko w trybie określonym w art. 54 ust. 5 – 7 ustawy z 15 kwietnia 2011 roku o działalności leczniczej.
2. Zastrzeżenie, o którym mowa w ust. 1, dotyczy w szczególności umów cesji wierzytelności, umów poręczenia, umów gwarancji, umów przekazu, umów zastrzegających świadczenie na rzecz osoby trzeciej umów skutkujących przystąpieniem osoby trzeciej do zobowiązań wynikających z niniejszej umowy, w tym umów skutkujących subrogacją generalną (art. 518 k.c.).
3. Zastrzeżenie o którym mowa w ust.1 dotyczy także umów na podstawie których wierzytelność względem Zamawiającego będzie stanowiła zabezpieczenie zobowiązań Wykonawcy (np. z tytułu umowy kredytu, pożyczki).
4. Wykonawca zobowiązuje się do nieudzielania pełnomocnictw szczególnych upoważniających pełnomocników do przyjmowania świadczeń pieniężnych wynikających z niniejszej umowy na swoje rachunki lub podmiotów innych niż Wykonawca.
5. Wykonawca zobowiązuje się do nie udzielania pełnomocnictw nieodwołalnych przez mocodawcę w zakresie dochodzenia roszczeń majątkowych wynikających z niniejszej umowy.
6. W razie wątpliwości przez czynność prawną mającą na celu zmianę wierzyciela w rozumieniu niniejszej umowy lub ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej Strony rozumieją każdą sytuację, w której Zamawiający byłby zobowiązany do zapłaty podmiotom innym niż Wykonawca lub na rachunek bankowy innego podmiotu niż Wykonawca.

§ 12

1. Każda ze Stron niniejszej umowy zobowiązuje się do zachowania w poufności wszelkich, powziętych w ramach realizacji zamówienia, informacji dotyczących Zamawiającego i jego spraw, a w szczególności na temat prowadzonej przez nią działalności oraz metod działania, jej pracowników i współpracowników, klientów, oraz wszelkich innych informacji pozyskanych w związku z realizacją tej umowy, których ujawnienie mogłoby narazić tę stronę na szkodę, a także do nie przekazywania i nie udostępniania osobom trzecim dokumentów powierzonych przez Zamawiającego.
2. Obowiązek zachowania tajemnicy poufności, o którym mowa w ust. 1, nie dotyczy informacji, które:
 - a) w czasie ich ujawnienia były publicznie znane,
 - b) których obowiązek ujawnienia wynika z bezwzględnie obowiązującego przepisu prawa, orzeczenia sądu lub decyzji innego uprawnionego organu władzy, z zastrzeżeniem niezwłocznego powiadomienia

strony, której informacje mają zostać ujawnione o takim obowiązku i zabezpieczeniu poufności tych informacji.

§ 13

1. Wszelkie zmiany treści niniejszej umowy, wymagają formy pisemnej (aneks) pod rygorem nieważności.
2. W sprawach nie uregulowanych umową stosuje się przepisy Kodeksu Cywilnego.
3. Wszelkie spory wynikające z realizacji niniejszej umowy lub w związku z nią, będą rozstrzygane przez właściwy sąd powszechny, według siedziby Zamawiającego.
4. Niniejsza umowa została sporządzona w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach – 1 egzemplarz dla Zamawiającego, 1 egzemplarz dla Wykonawcy.

Wykonawca

Zamawiający

Załącznik nr do Umowy z dnia

Warunki dostawy produktów leczniczych/wyrobów medycznych

Oświadczam, że produkty lecznicze/wyroby medyczne zostały dostarczone środkami transportu, wyposażonymi w zabudowy posiadającymi skuteczne zabezpieczenie przed warunkami, które mogłyby niekorzystnie wpłynąć na jakość przewożonego asortymentu.

Nazwa Kontrahenta	Podpis dostawcy
Data dostawy	
Nr dostawy	
Osoba Przyjmująca	
Uwagi	

Zgodnie z rozporządzeniem unijnym (UE) 2017/745 (rozporządzenie MDR) na dystrybutorze sprzętu medycznego spoczywa obowiązek magazynowania lub transportu zgodnie z warunkami określonymi przez producenta. Nieprzestrzeganie tych warunków rodzi dla Zmawiającego ryzyko użytkowania uszkodzonych w transporcie produktów.

Wykonawca (przedstawiciel Wykonawcy):

WZÓR UMOWY DZIERŻAWY

W dniu pomiędzy Szpitalem Specjalistycznym im. Edmunda Biernackiego w Mielcu, ul. Żeromskiego 22, 39-300 Mielec, wpisanym do rejestru stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i zawodowych, fundacji oraz samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Rzeszowie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000002538, REGON: 000308637, NIP: 8171750893, zwanym w dalszej części Umowy „Dzierżawcą” reprezentowanym przez:

.....

a zarejestrowany w NIP REGON zwanym w dalszej części Umowy „Wydzierżawiającym” reprezentowanym przez:

.....

.....

stosownie do dokonanego przez Dzierżawcę wyboru oferty Wydzierżawiającego, na podstawie zamówienia publicznego udzielonego w trybie przetargu nieograniczonego, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych, zostaje zawarta umowa następującej treści:

§ 1

1. Wydzierżawiający zobowiązuje się oddać w terminie do 14 dni, od pierwszego dnia obowiązywania niniejszej umowy, Dzierżawcy do użytkowania i pobierania pożytków z tego tytułu analizator (nazwa) nr fabryczny typ rok produkcji , zwany dalej: „przedmiotem dzierżawy”
2. Wartość początkowa analizatora wynosi: zł brutto (słownie:).

§ 2

1. Wydzierżawiający zobowiązuje się przekazać Dzierżawcy, zainstalować i uruchomić na swój koszt przedmiot dzierżawy w miejscu wskazanym przez Dzierżawcę.
2. Termin dostawy i montażu przedmiotu dzierżawy Wydzierżawiający uzgodni z pracownikiem Dzierżawcy, z co najmniej 5-cio dniowym wyprzedzeniem.
3. Dzierżawca nie dopuszcza dostawy przedmiotu dzierżawy bez dokonania jego montażu w siedzibie Dzierżawcy. Nie wykonanie montażu bądź zobowiązań Wydzierżawiającego będzie równoznaczne z nie wykonaniem umowy przez Wydzierżawiającego.
4. Czynności określone w ust.1 potwierdzone będą stosownym protokołem przekazania, który stanowi integralną część niniejszej umowy.

§ 3

1. Wraz z dostawą przedmiotu dzierżawy, Wydzierżawiający dostarczy Dzierżawcy (w języku polskim) pełną dokumentację techniczną oraz pełną instrukcję obsługi dot. właściwego użytkowania przedmiotu dzierżawy.
2. Wydzierżawiający przeszkoli w ramach niniejszej umowy personel wskazany przez Dzierżawcę.

§ 4

Dzierżawca zobowiązuje się do użytkowania analizatora zgodnie z jego przeznaczeniem i właściwościami.

§ 5

Dzierżawca zobowiązuje się zabezpieczyć analizator przed kradzieżą i niepożądanym działaniem osób trzecich.

§ 6

1. Wydzierżawiający zobowiązuje się do nieodpłatnego serwisu, konserwacji i napraw (w tym pokrywania kosztów części zamiennych) przedmiotu dzierżawy w okresie trwania umowy, tak by przedmiot umowy nadawał się do korzystania zgodnie z jego przeznaczeniem, w każdym czasie.
2. Strony ustalają termin przystąpienia do naprawy zgodny z ofertą złożoną przez Wydzierżawiającego oraz maksymalny czas na naprawę uszkodzonego elementu do 24 godzin od momentu przystąpienia do naprawy.

3. Jeżeli naprawa przedmiotu dzierżawy nie będzie dokonana w terminie określonym w ust. 2, Wyzierżawiający zobowiązany jest na swój koszt do dostarczenia i zamontowania identycznego lub kompatybilnego urządzenia zastępczego o parametrach nie gorszych niż przedmiot dzierżawy.
4. W przypadku trzykrotnej naprawy tego samego elementu przedmiotu dzierżawy Wyzierżawiający wymieni całe urządzenie na nowe, wolne od wad.
5. Koszty części zamiennych, które ulegną uszkodzeniu lub zniszczeniu z wyłącznej winy Dzierżawcy ponosi Dzierżawca.
6. Wyzierżawiający zapewni bezpłatny nadzór techniczny analizatora poprzez okresową kontrolę stanu technicznego - nie rzadziej niż raz na pół roku – potwierdzony protokołem.

§ 7

1. Wyzierżawiający oświadcza, że analizator opisany w § 1 jest (fabrycznie nowy/używany) stanowi jego własność oraz nie jest obciążony żadnym prawem na rzecz osób trzecich (jest wolny od wad prawnych), jak również jest wolny od wszelkich wad fizycznych.
2. Wyzierżawiający uiszczać będzie podatki i inne ciężary związane z analizatorem.

§ 8

1. Strony ustalają wysokość czynszu dzierżawnego na kwotę zł/m-c brutto (słownie:).

Wysokość czynszu dzierżawnego przez okres trwania umowy:

Nazwa handlowa	Numer katalogowy producent	J.m	Ilość	Cena jednostkowa dzierżawy			Wartość dzierżawy w 1 miesiącu			Okres obowiązywania	Wartość za okres 2 miesięcy		
				netto	VAT %	brutto	netto (kol. 4 x 5)	VAT zł (kol. 8 x stawka VAT)	brutto (kol. 8 + 9)		netto (kol. 8 x 11)	VAT zł (kol. 12 x stawka VAT)	brutto (kol. 12 + 13)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
		szt								2 m-ce			
Razem:							suma kol. 8	suma kol. 9	suma kol. 10		suma kol. 12	suma kol. 13	suma kol. 14

2. Strony ustalają, że czynsz dzierżawny, o którym mowa w ust. 1, płatny będzie przelewem na konto Wyzierżawiającego w nr rachunku w terminie do 60 dni po otrzymaniu faktury.
3. Faktura winna być adresowana na Dzierżawcę.
4. Za dzień dokonania płatności będzie uważany dzień złożenia dyspozycji dokonania przelewu bankowego przez Dzierżawcę na rachunek Wyzierżawiającego.
5. Dzierżawca zastrzega sobie prawo potrącenia kar umownych z wynagrodzenia przysługującego Wyzierżawiającemu.

§ 9

Dzierżawca nie może bez pisemnej zgody Wyzierżawiającego udostępnić analizator do użytkowania osobom trzecim ani go poddzierżawiać.

§ 10

Wyzierżawiający ma prawo, przez upoważnione przez siebie osoby, kontroli wykorzystania przedmiotu dzierżawy.

§ 11

1. Wyzierżawiający zapłaci Dzierżawcy kary umowne:
 - a) w przypadku zwłoki w dostawie przedmiotu umowy w terminie określonym w § 1 ust.1 niniejszej umowy Wyzierżawiającemu naliczone zostaną przez Dzierżawcę kary umowne w wysokości 0,1% wartości początkowej brutto przedmiotu dzierżawy określonej w § 1 ust.1 za każdy dzień zwłoki,
 - b) w przypadku zawnionego niepodjęcia w terminie określonym w umowie czynności serwisowych, wymiany wadliwego elementu urządzenia lub całego urządzenia bądź nie dostarczenia i zamontowania urządzenia zastępczego Dzierżawcy należna będzie od Wyzierżawiającego kara umowna w wysokości 0,1% wartości brutto czynszu dzierżawnego określonego w § 8 ust. 1 (Tabela rubr. 14) umowy za każdy dzień zwłoki. Jeżeli należyte wykonanie umowy nie polega na zwłoce w wykonaniu obowiązku z niej wynikającego Dzierżawcy należna będzie kara umowna w wysokości 5% wartości brutto czynszu dzierżawnego określonego w § 8 ust. 1 (Tabela rubr. 14) umowy za każdy przypadek niewykonania jednego z w/w obowiązków odrębnie dla każdego z tych obowiązków.

2. W przypadku nie dochowania przez Wdzierżawiającego terminu określonego w § 1 ust.1 niniejszej umowy Wdzierżawiający do czasu uruchomienia analizatora pokryje koszty badań zleconych przez Dzierżawcę innym podmiotom.
3. Do czasu usunięcia awarii lub wstawienia aparatu zastępczego Wdzierżawiający pokryje koszty badań zleconych przez Dzierżawcę innym podmiotom.
4. W przypadku opóźnienia realizacji lub nienależytego wykonania umowy powyżej 30 dni od terminu wyznaczonego określonego w § 1 ust. 1 niniejszej umowy Dzierżawca zastrzega sobie prawo do natychmiastowego rozwiązania umowy z winy Wdzierżawiającego.
5. Strony zastrzegają możliwość dochodzenia na zasadach ogólnych odszkodowania przewyższającego wysokość zastrzeżonych kar umownych.
6. Wysokość kar umownych naliczonej z jednego lub kilku tytułów nie może przekroczyć 30% wartości brutto czynszu dzierżawnego za okres trwania umowy.

§ 12

1. Dzierżawcy przysługuje prawo rozwiązania umowy z ważnych powodów z zachowaniem 30-dniowego terminu wypowiedzenia. Za ważny powód strony uznają w szczególności naruszenie postanowień niniejszej umowy oraz Specyfikacji Warunków Zamówienia.
2. Umowa niniejsza ulega rozwiązaniu z momentem rozwiązania lub innej formy zakończenia obowiązywania umowy dostawy o nr
3. Jeżeli umowa dostawy o której mowa powyżej przestała obowiązywać z przyczyn zawinionych przez Wdzierżawiającego skutki rozwiązania niniejszej umowy są tożsame ze skutkami odstąpienia przez Dzierżawcę od umowy z przyczyn leżących po stronie Wdzierżawiającego.

§ 13

1. Dzierżawca zgodnie z art. 455 ust. 1 pkt 1 ustawy Prawo zamówień publicznych przewiduje zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty na podstawie, której dokonano wyboru Wdzierżawiającego, tj. dopuszcza się zmiany w zakresie:
 - a) zmiany asortymentu, w tym zmiany numeru katalogowego, modelu, typu produktu, na asortyment inny, o parametrach i funkcjonalności nie gorszych, niż wykazany w ofercie, z zastrzeżeniem, że cena tego asortymentu nie ulegnie podwyższeniu,
 - b) zaoferowania w wyniku postępu technologicznego produktu o lepszych parametrach w cenie oferowanej w postępowaniu przetargowym albo niższej, wraz ze zmianą nazwy produktu i numeru katalogowego;
 - c) zmiana producenta lub zaprzestanie produkcji przez dotychczasowego producenta z przyczyn niezależnych od Wdzierżawiającego z zastrzeżeniem, że Wdzierżawiający zaoferuje produkt równoważny o takich samych lub lepszych parametrach w cenie oferowanej w postępowaniu przetargowym albo niższej, wraz ze zmianą nazwy produktu i numeru katalogowego;
 - d) zmiana przepisów obowiązujących, mających wpływ na realizację niniejszej umowy;
 - e) w przypadku zmiany ceny w wyniku zmiany przepisów prawa podatkowego dotyczącej stawek VAT w okresie obowiązywania umowy, przy czym zmiana dotyczyć może wartości brutto, wartość netto pozostaje bez zmian
 - f) obniżenie wysokości miesięcznego czynszu dzierżawnego.
2. Zmiany wymienione w ust.1 mogą być dokonane na wniosek Wdzierżawiającego, z uzasadnieniem konieczności zmiany, za zgodą Dzierżawcy, w terminie do 14 dni od przesłania zawiadomienia, w formie pisemnego aneksu do umowy.

§ 14

1. Dzierżawca przewiduje możliwość zastosowania prawa opcji w przypadku niewyczerpania wartości umowy dostawy o nr (o której mowa § 12 ust. 2 umowy) w „okresie podstawowym” obowiązywania tej umowy dostawy nr ___/ określonym w § 10 umowy dostawy.
2. Decyzję co do możliwości skorzystania z prawa opcji Dzierżawca uzależnia od swoich bieżących potrzeb oraz wykorzystania wartości określonej w umowie dostawy nr ___ / ___
3. Zastosowanie przez Dzierżawcę prawa opcji będzie polegać na wydłużeniu okresu dzierżawy o okres nie dłuższy niż 6 miesięcy, następujący po dniu, wskazanym w umowie jako dzień zakończenia umowy.
4. Wszystkie wymagania zawarte w umowie i Zapytaniu dotyczą także realizacji zamówienia w ramach prawa opcji. W przypadku zastosowania prawa opcji żadna cena wskazana w Formularzu Cenowym Wykonawcy, nie ulegnie zmianie za wyjątkiem przypadków i na zasadach opisanych w umowie.
5. Dzierżawca może wykonać prawo opcji wielokrotnie i w dowolnym dniu przed upływem obowiązywania umowy lub w okresie obowiązywania umowy wskutek skorzystania z opcji. Dzierżawca złoży Wdzierżawiającemu oświadczenie o zastosowaniu prawa opcji. Niezłożenie oświadczenia we wskazanym w zdaniu poprzednim terminie będzie oznaczało, że Dzierżawca rezygnuje z zastosowania prawa opcji.

6. W przypadku zastosowania przez Dzierżawcę prawa opcji oświadczenie, o którym mowa w ust. 5 będzie stanowiło integralną część Umowy.

§ 15

1. Po zakończeniu umowy dzierżawy Dzierżawca zobowiązany jest zwrócić analizator w stanie nie pogorszonym ponad zużycie wynikające z normalnej eksploatacji.
2. Wydierżawiający w terminie 14 dni od zakończenia obowiązywania niniejszej umowy ma obowiązek wymontowania oraz odebrania urządzenia na własny koszt i ryzyko. Po upływie wskazanego wyżej terminu, Dzierżawca ma prawo naliczyć opłatę za przechowanie urządzenia w wysokości 100,00 zł za każdy dzień.

§ 16

Umowa wiąże strony przez okres 2 miesięcy, tj. od dnia do dnia

§ 17

1. W razie gdyby którekolwiek z postanowień niniejszej umowy było lub miało stać się nieważne, ważność całej umowy pozostaje przez to w pozostałej części nienaruszona.
2. W takim przypadku strony umowy zastąpią nieważne postanowienie innym, niepodważalnym prawnie postanowieniem, które możliwie najwierniej oddaje zamierzony cel gospodarczy nieważnego postanowienia. Odpowiednio dotyczy to także ewentualnych luk w umowie.

§ 18

1. Czynność prawna mająca na celu zmianę wierzyciela Dzierżawcy z tytułu wierzytelności wynikających z niniejszej umowy może zostać dokonana tylko w trybie określonym w art. 54 ust. 5 – 7 ustawy z 15 kwietnia 2011 roku o działalności leczniczej.
2. Zastrzeżenie o którym mowa w ust. 1 dotyczy w szczególności umów cesji wierzytelności, umów poręczenia, umów gwarancji, umów przekazu, umów zastrzegających świadczenie na rzecz osoby trzeciej umów skutkujących przystąpieniem osoby trzeciej do zobowiązań wynikających z niniejszej umowy, w tym umów skutkujących subrogacją generalną (art. 518 k.c.).
3. Zastrzeżenie o którym mowa w ust.1 dotyczy także umów na podstawie których wierzytelność względem Dzierżawcy będzie stanowiła zabezpieczenie zobowiązań Wydierżawiającego (np. z tytułu umowy kredytu, pożyczki)
4. Wydierżawiający zobowiązuje się do nieudzielania pełnomocnictw szczególnych upoważniających pełnomocników do przyjmowania świadczeń pieniężnych wynikających z niniejszej umowy na swoje rachunki lub podmiotów innych niż Wydierżawiający.
5. Wydierżawiający zobowiązuje się do nie udzielania pełnomocnictw nieodwołaalnych przez mocodawcę w zakresie dochodzenia roszczeń majątkowych wynikających z niniejszej umowy.
6. W razie wątpliwości przez czynność prawną mającą na celu zmianę wierzyciela w rozumieniu niniejszej umowy lub ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej Strony rozumieją każdą sytuację, w której Dzierżawca byłby zobowiązany do zapłaty podmiotom innym niż Wydierżawiający lub na rachunek bankowy innego podmiotu niż Wydierżawiający.

§ 19

1. Wszelkie zmiany treści niniejszej umowy, wymagają formy pisemnej (aneks) pod rygorem nieważności.
2. W sprawach nie uregulowanych umową stosuje się przepisy Kodeksu Cywilnego.
3. Wszelkie spory wynikające z realizacji niniejszej umowy lub w związku z nią, będą rozstrzygane przez właściwy sąd powszechny, według siedziby Dzierżawcy.
4. Niniejsza umowa została sporządzona w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach – 1 egzemplarz dla Dzierżawcy, 1 egzemplarz dla Wydierżawiającego.

DZIERŻAWCA

WYDZIERŻAWIAJĄCY

PROTOKÓŁ PRZEKAZANIA

Wydierżawiający:

Dzierżawca:

Przekazuje analizator

Typ

Nr fabryczny

Rok produkcji

Wartość początkowa analizatora

Miejsce instalacji analizatora

Szpital Specjalistyczny im Edmunda Biernackiego w Mielcu oświadcza, że analizator jest sprawny, kompletny i gotowy do użycia.

DZIERŻAWCA

WYDZIERŻAWIAJĄCY

Wykonawca:

.....

.....

*(pełna nazwa/firma, adres, w zależności
od podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CEiDG)*
reprezentowany przez:

.....

.....

*(imię, nazwisko, stanowisko/podstawa
do reprezentacji)*

**OŚWIADCZENIE, ŻE OFEROWANE DOSTAWY
ODPOWIADAJĄ WYMAGANIOM ZAMAWIAJĄCEGO**

Przystępując do postępowania w sprawie udzielenia zamówienia publicznego **na sprzedaż i dostawę testów do identyfikacji i lekowrażliwości drobnoustrojów metodą automatyczną i manualną wraz z podłożami do posiewu krwi i innych płynów ustrojowych z dzierżawą analizatorów do Szpitala Specjalistycznego im. Edmunda Biernackiego w Mielcu, znak SzP.ZP.271.37.24**, w imieniu reprezentowanej przeze mnie firmy oświadczam, że oferowany asortyment posiada dokumenty wymagane przez obowiązujące prawo na podstawie których może być wprowadzony do obrotu i stosowania w placówkach ochrony zdrowia RP oraz spełnia wszystkie wymagania i parametry określone przez Zamawiającego w Zapytaniu ofertowym.

Na każde żądanie Zamawiającego niezwłocznie prześlemy wszystkie niezbędne kserokopie dokumentów potwierdzające Oświadczenie.