



SZPITAL SPECJALISTYCZNY
im. Edmunda Biernackiego w Mielcu
ul. Żeromskiego 22 39-300 Mielec
KRS: 0000002538 NIP 817-17-50-893



centrala 17 78 00 100

tel. 17 78 00 146

<http://www.szpital.mielec.pl>

email: przetargi@szpital.mielec.pl

SzP.ZP.271.38-3.24

Mielec, dnia 21.05.2024r.

Wszyscy uczestnicy postępowania

Dotyczy: zapytanie ofertowe dotyczące zamówienia publicznego o wartości poniżej kwoty 130.000,00 zł na sprzedaż i dostawę sprzętu do transportu sanitarnego dla potrzeb Szpitala Specjalistycznego im. Edmunda Biernackiego w Mielcu, znak SzP.ZP.271.38.24

Szpital Specjalistyczny im. Edmunda Biernackiego w Mielcu przekazuje treść zapytań wraz z wyjaśnieniami:

Pytanie nr 1, dot. Grupa 3 – krzeselko płożowe elektryczne z możliwością jazdy po schodach w górę 1 sztuka.:

Czy w przypadku zapytania dotyczącego grupy 3 -KRZESEŁKO PŁOZOWE ELEKTRYCZNE Z MOŻLIWOŚCIĄ JAZDY PO SCHODACH W GÓRĘ - SZT. 1, konieczna jest aby Fotel/krzeselko spełniało wymagania normy PN-EN 1865-1+A1:2015, czy dopuszczają Państwo urządzenie spełniające wszystkie inne parametry techniczne a nie posiadające w/w normy.

Odpowiedź Zamawiającego:

KRZESEŁKO PŁOZOWE ELEKTRYCZNE Z MOŻLIWOŚCIĄ JAZDY PO SCHODACH W GÓRĘ, konieczna jest aby Fotel/krzeselko spełniało wymagania normy PN-EN 1865-1+A1:2015.