



SZPITAL SPECJALISTYCZNY
im. Edmunda Biernackiego w Mielcu
ul. Żeromskiego 22 39-300 Mielec
KRS: 0000002538 NIP 817-17-50-893



centrala 17 78 00 100

tel./fax. 17 78 00 273

<http://www.szpital.mielec.pl>

email: przetargi@szpital.mielec.pl

SzP.ZP.271.42-1.22

Mielec, dnia 24.06.2022r.

Wszyscy uczestnicy postępowania

Dotyczy: Zapytanie ofertowe dotyczące zamówienia publicznego o wartości poniżej kwoty 130.000,00 zł na sprzedaż i dostawę pasków testowych do glukometrów wraz z bezpłatnym użyczeniem kompatybilnych glukometrów do Szpitala Specjalistycznego im. Edmunda Biernackiego w Mielcu, znak SzP.ZP.271.42.22

Szpital Specjalistyczny im. Edmunda Biernackiego w Mielcu w odpowiedzi na zadane pytania udziela następujących wyjaśnień:

Pytanie nr 1

Czy Zamawiający wymaga, aby glukometry były wyposażone w podświetlany port paska co ułatwia wykonywanie badań w warunkach nocnych ?

Odpowiedź Zamawiającego:

Zgodnie z zapytaniem ofertowym.

Pytanie nr 2

Zamawiający opisując przedmiot zamówienia w pkt. 2 postawił wymóg : "*Deklarowany błąd oznaczania nie powinien przekraczać 15% dla stężeń glukozy ≥ 100 mg/dl (5,6 mmol/l) i 15 mg/dl (0,8 mmol/l) w przypadku stężeń glukozy < 100 mg/dl (5,6 mmol/l) –wg stanowiska i zalecenia Polskiego Towarzystwa Diabetologicznego*"

Uprzejmie prosimy o uściślenie czy Zamawiający wymaga, aby deklarowany błąd nie przekraczał ww zakresu ? czyli 100 % wyników uzyskanych przy badaniu dokładności systemu pomiarowego przez producenta mieściło się we wskazanym wyżej zakresie co jest potwierdzone w tabeli wyników załączonej do instrukcji pasków (każda instrukcja ma taką tabelę - wynika to z wymogów proceduralnych).

Odpowiedź Zamawiającego:

Zgodnie z zapytaniem ofertowym oraz wymaganiem NR 19 TJ NORMA ISO 15197:2015 - CZYLI 95%.