



SZPITAL SPECJALISTYCZNY
im. Edmunda Biernackiego w Mielcu
ul. Żeromskiego 22 39-300 Mielec
KRS: 0000002538 NIP 817-17-50-893



centrala 17 78 00 100

tel. 17 78 00 146

<http://www.szpital.mielec.pl>

email: przetargi@szpital.mielec.pl

SzP.ZP.271.52-1.24

Mielec, dnia 03.07.2024r.

Wszyscy uczestnicy postępowania

Dotyczy: zapytanie ofertowe dotyczące zamówienia publicznego o wartości poniżej kwoty 130.000,00 zł na sprzedaż i dostawę wykonywanie indywidualnych odczytów pomiarów błon dozymetrycznych oraz dozymetrów pierścionkowych dla potrzeb Szpitala Specjalistycznego im. Edmunda Biernackiego w Mielcu, znak SzP.ZP.271.52.24

Szpital Specjalistyczny im. Edmunda Biernackiego w Mielcu przekazuje treść zapytań wraz z wyjaśnieniami:

Pytanie nr 1:

Czy Zamawiający dopuszcza wykonanie przedmiotu umowy z użyciem termoluminescencyjnych dawkomierzy indywidualnych na całe ciało oraz termoluminescencyjnych dawkomierzy pierścionkowych?

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający dopuszcza wykonanie przedmiotu umowy z użyciem termoluminescencyjnych dawkomierzy indywidualnych na całe ciało oraz termoluminescencyjnych dawkomierzy pierścionkowych.

Pytanie nr 2:

Czy Zamawiający zmodyfikuje wzór umowy (Zał. 2) zmieniając zapis § 3. ust. 1-2 o treści jn.:

1. Wykonawca zapewnia Zamawiającego, że posiada certyfikat Krajowy Centrum Ochrony Radiologicznej w Ochronie Zdrowia zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dn. 11.011.2023r. w sprawie bezpiecznego stosowania promieniowania jonizującego dla wszystkich rodzajów ekspozycji medycznej lub akredytację w rozumieniu ustawy z dnia 30.08.2002r. o systemie oceny zgodności

2. Czynności będące przedmiotem zamówienia należy wykonać z należytą starannością oraz zgodnie z obowiązującymi normami i przepisami prawa w szczególności:

- z ustawą Prawo Atomowe z dnia 29 listopada 2000r. (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 1173 z późn. zm.).
- zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 11 stycznia 2023 r. w sprawie warunków bezpiecznego stosowania promieniowania jonizującego dla wszystkich rodzajów ekspozycji medycznej (Dz.U.2023.195).

Odpowiedź Zamawiającego:

Tak, Zamawiający modyfikuje wzór umowy (Zał. 2) zmieniając zapis § 3. ust. 1-2 nadając mu następujące brzmienie:

„1. Wykonawca zapewnia Zamawiającego, że posiada certyfikat Krajowy Centrum Ochrony Radiologicznej w Ochronie Zdrowia zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dn. 11.011.2023r. w sprawie bezpiecznego stosowania promieniowania jonizującego dla wszystkich rodzajów ekspozycji medycznej lub akredytację w rozumieniu ustawy z dnia 30.08.2002r. o systemie oceny zgodności

2. Czynności będące przedmiotem zamówienia należy wykonać z należytą starannością oraz zgodnie z obowiązującymi normami i przepisami prawa w szczególności:

- z ustawą Prawo Atomowe z dnia 29 listopada 2000r. (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 1173 z późn. zm.).
- zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 11 stycznia 2023 r. w sprawie warunków bezpiecznego stosowania promieniowania jonizującego dla wszystkich rodzajów ekspozycji medycznej (Dz.U.2023.195).”

Powyższa modyfikacja jest wiążąca dla wszystkich Wykonawców zainteresowanych postępowaniem i staje się integralną częścią Zapytania Ofertowego.

Pytanie nr 3:

Czy Zamawiający dopuszcza zmianę wzoru umowy (Zał. 2) modyfikując zapis § 9. ust. 1 a) i b) o treści jn.:

1.Strony ustalają kary umowne mające zastosowanie w następujących przypadkach:

- a) za nieterminowe świadczenie usług i dostawy dawkomierzy Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 1% wartości brutto niezrealizowanej usługi lub dostawy za każdy dzień zwłoki,
- b) za zwłokę w usunięciu wad w dostarczonym towarze Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę w wysokości 2% wartości brutto reklamowanego towaru za każdy dzień zwłoki licząc od dnia upływu terminu wyznaczonego na usunięcie wad.

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający podtrzymuje zapisy Zapytania Ofertowego