



SZPITAL SPECJALISTYCZNY

im. Edmunda Biernackiego w Mielcu

ul. Żeromskiego 22 39-300 Mielec

KRS: 0000002538 NIP 817-17-50-893



centrala 17 78 00 100

tel. 17 78 00 146

<http://www.szpital.mielec.pl>

email: przetargi@szpital.mielec.pl

SzP.ZP.271.65-1.24

Mielec, dnia 26.07.2024r.

Wszyscy uczestnicy postępowania

Dotyczy: zapytanie ofertowe dotyczące zamówienia publicznego o wartości poniżej kwoty 130.000,00 zł na sprzedaż i dostawę sprzedaż i dostawę pojemników na zużyty sprzęt medyczny do Szpitala Specjalistycznego im. Edmunda Biernackiego w Mielcu, znak SzP.ZP.271.65.24

Szpital Specjalistyczny im. Edmunda Biernackiego w Mielcu w odpowiedzi na zadane pytania udziela następujących wyjaśnień:

Pytanie 1 dot. pozycja 5:

Czy Zamawiający dopuści pojemnik wykonany z polietylenu?

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający podtrzymuje zapisy Zapytania ofertowego

Pytanie 2, dot. pozycja 5:

Prosimy o odstąpienie od wymogu posiadania dodatkowego otworu wrzutowego w pojemniku o pojemności 60 L. Pojemniki o tak dużych pojemnościach nie posiadają dodatkowego otworu z wypustkami do usuwania małych materiałów a ewentualne wyposażenie pojemnika w dodatkowy otwór, w praktyce okazuje się bezużyteczne. Do usuwania małych materiałów medycznych są przeznaczone pojemniki o mniejszych pojemnościach np. 1 l; 2l,5l,10l.

W razie odmowy, żądamy wyjaśnienia przesłanek medycznych i użytkowych, przemawiających za potrzebą pozyskania pojemników 30l z dodatkowym otworem wrzutowym.

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający dopuszcza pojemnik 60 L bez dodatkowego otworu wrzutowego