

Znak sprawy: SzP.ZP.271.70.24

Zapytanie ofertowe dotyczące zamówienia publicznego
o wartości poniżej kwoty 130.000,00 zł na

**ZAKUP SPRZĘTU DO POZYSKIWANIA MLEKA KOBIECEGO I
JEGO PRZECHOWYWANIA DO SZPITALA SPECJALISTYCZNEGO
IM. EDMUNDA BIERNACKIEGO W MIELCU**

Zamówienie jest realizowane:

w ramach Umowy Nr 12/17/Za życiem/2024/663/112 na realizację programu polityki zdrowotnej pn. *Program polityki zdrowotnej służący wykonaniu programu kompleksowego wsparcia dla rodzin „Za życiem” na lata 2022-2026* w zakresie zadania: **Odżywianie mlekiem kobiecym noworodków i niemowląt – zakup sprzętu do pozyskiwania mleka kobiecego i jego przechowywania dla podmiotów leczniczych współpracujących z bankiem mleka kobiecego.**

Podstawa prawna: Zarządzenie nr 118/2022 Dyrektora Szpitala Specjalistycznego im. Edmunda Biernackiego w Mielcu z dnia 22 lipca 2022 r. w sprawie przyjęcia regulaminu udzielania zamówień publicznych o wartości poniżej kwoty 130.000,00 zł oraz z uwzględnieniem zapisów Umowy Nr 12/17/Za życiem/2024/663/112 na realizację programu polityki zdrowotnej pn. *Program polityki zdrowotnej służący wykonaniu programu kompleksowego wsparcia dla rodzin „Za życiem” na lata 2022-2026* w zakresie zadania: **Odżywianie mlekiem kobiecym noworodków i niemowląt – zakup sprzętu do pozyskiwania mleka kobiecego i jego przechowywania dla podmiotów leczniczych współpracujących z bankiem mleka kobiecego.**

ZAMAWIAJĄCY:

Nazwa i adres:

Szpital Specjalistyczny im. Edmunda Biernackiego
ul. Żeromskiego 22
39-300 Mielec

tel/fax (17)780-01-46

e-mail: przetargi@szpital.mielec.pl

NIP: 817-175-08-93, REGON: 000308637

Szpital Specjalistyczny im. Edmunda Biernackiego w Mielcu zaprasza do złożenia oferty cenowej na poniżej opisany przedmiot zamówienia:

Zakup sprzętu do pozyskiwania mleka kobiecego i jego przechowywania do Szpitala Specjalistycznego im. Edmunda Biernackiego w Mielcu

Kod CPV zamówienia:

Główny Kod CPV: 33196000-0 (Pomoce medyczne)

Dodatkowe kody CPV: 39711100-0 chłodziarki i zamrażarki

18938000-3 Pojemniki tymczasowe

18939000-0 Torby podręczne

1. SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA:

- Przedmiot zamówienia obejmuje zakup sprzętu do pozyskiwania mleka kobiecego i jego przechowywania do Szpitala Specjalistycznego im. Edmunda Biernackiego w Mielcu, w tym:

GRUPA 1 – LAKTATORY, TERMOTORBY

LAKTATOR ELEKTRYCZNY PRZEZNACZONY DO UŻYTKU SZPITALNEGO – SZT. 6		
Lp.	Parametry techniczne	Parametr wymagany
Laktator elektryczny przeznaczony do użytku szpitalnego – szt. 6		
1	Sprzęt fabrycznie nowy, wyprodukowany nie wcześniej niż w 2023 roku	Tak, podać
2	Typ/model, producent, kraj	Tak, podać
3	Praca laktatora sterowana przez zewnętrzną kartę z czipem	Tak
4	Separacja mediów zabezpieczająca przed przedostaniem się mleka do środka modułu laktatora.	Tak
5	Wyświetlacz LCD z komunikatami trybu pracy w języku polskim oraz graficznymi symbolami siły podciśnienia.	Tak
6	Dwufazowy program odciągania pokarmu, zapisany na karcie z czipem.	Tak
7	Możliwość wyboru dwóch programów działania jednym przyciskiem.	Tak
8	Program „Inicjacji laktacji” pracujący automatycznie przez 15 minut, wykorzystujący fazę stymulacji, odciągania i przerwy. Zakończenie programu sygnalizowane dźwiękiem.	Tak
9	Program „Utrzymanie” do utrzymania laktacji na odpowiednim poziomie.	Tak
10	Rytm pracy naśladujący rytm ssania niemowlęcia 3 różne fazy pracy laktatora w trybie inicjacji i 2 różne fazy pracy laktatora w trybie utrzymania.	Tak
11	Płynna regulacja podciśnienia w zakresie od -50 do -250 mmHg.	Tak
12	Szybkość pracy w zakresie od 34 do 120 zassań na minutę.	Tak, podać
13	Przystosowany do pracy ciągłej 24 h/dobę.	Tak
14	Głośność laktatora max. 55 dB.	Tak, podać
15	Obudowa laktatora z górnym uchwytem do łatwego transportu i pokrywą zabezpieczającą membrany (dla zapewnienia higieny i bezpieczeństwa odciągania).	Tak
16	Waga urządzenia 2,9 kg (bez wózka jezdnego)	Tak
17	Uchwyt na butelki.	Tak

18	Wózek jezdny z możliwością zamontowania dwóch uchwytów na butelki	Tak,
19	Zasilanie 100-240V, 50/60 Hz.	Tak
20	Wymiary 215x155x245 (bez wózka).	Tak
21	Możliwość zastosowania zestawów typu ODS na jedną dobę dla jednej pacjentki w rozmiarach 24,27 i 30 mm lub zestawów wielorazowych do sterylizacji z lejkiem w technologii PersonalFit Plus, stosowanymi obecnie przez zamawiającego.	Tak
22	Kod QR, który po zeskanowaniu telefonem daje użytkownikowi możliwość zapoznania się z specyfikacją urządzenia, instrukcją użytkowania, myciem/dezynfekcją oraz podstawowymi informacjami jak prawidłowo odciągać pokarm.	Tak
23	Skrócona instrukcja obsługi w formie naklejki na obudowie laktatora.	Tak
24	Automatyczne wyłączenie laktatora po 30 minutach w przypadku nieużywania.	Tak
25	Żywotność laktatora minimum 7 lat.	Tak, podać
26	Instrukcja obsługi w języku polskim (dostarczyć wraz z urządzeniem).	Tak

TERMOTORBY – SZT. 2

1	Sprzęt fabrycznie nowy, wyprodukowany nie wcześniej niż w 2023 roku	Tak, podać
2	Typ/model, producent, kraj	Tak, podać
3	Pozwala przechowywać mleko matki w niskiej temperaturze niezależnie od okoliczności.	Tak
4	Wysokiej jakości, trójwarstwowa izolacja.	Tak
5	Wytrzymały, wodoodporny poliester z zewnątrz, łatwy w utrzymaniu czystości.	Tak
6	Warstwa pianki PE w środku ścianek.	Tak
7	Folia aluminiowa od wewnątrz izoluje i odbija ciepło/zimno łatwa w utrzymaniu czystości.	Tak
8	Kłapa z magnesem szczelnie zamyka pokrywę.	Tak
9	Na wierzchu torby kieszeń zamykana patką z rzepem.	Tak
10	Z przodu torby przezroczysta kieszeń na dokumenty.	Tak
11	2 uchwyty z gumowymi rączkami dla wygodnego przenoszenia.	Tak
12	2 płytki ze sklejki usztywniają ścianki boczne, stabilizując torbę wraz z ładunkiem w trakcie transportu.	Tak
13	Wymiary: 480x300x270mm.	Tak
14	Wymiary wewnętrzne: 440x280x260 mm.	Tak
15	Zamykana na zamek błyskawiczny.	Tak
16	Instrukcja obsługi w języku polskim (dostarczyć wraz z urządzeniem).	Tak

GRUPA 2 – LODÓWKA DO PRZECHOWYWANIA MLEKA, PRZENOŚNA LODÓWKA, BOKSY TERMICZNE

LODÓWKA DO PRZECHOWYWANIA ODCIĄGNIĘTEGO MLEKA W WARUNKACH CHŁODNICZYCH, ZAPEWNIAJĄCYCH CAŁODZIENNĄ KONTROLĘ TEMPERATURY – SZT. 1

Lp.	Parametry techniczne	Parametr wymagany
Lodówka do przechowywania odcigniętego mleka w warunkach chłodniczych, zapewniających całodzienną kontrolę temperatury – szt. 1		
1	Sprzęt fabrycznie nowy, wyprodukowany nie wcześniej niż w 2023 roku	Tak, podać
2	Typ/model, producent, kraj	Tak, podać
3	Obudowa ze stali malowanej na biało.	Tak
4	Wnętrze z aluminium malowanego.	Tak
5	Zakres temp.: +2°C/+8°C przy max. temperaturze otoczenia: +32°C	Tak
6	Odczyt i regulacja temp.: co 0,1°C	Tak
7	Drzwi przeszkłone (szyba zespolona).	Tak
8	Ergonomiczny uchwyt ukryty w ramie drzwi.	Tak
9	System samodomykania.	Tak

10	Zewnętrzny wyświetlacz LED.	Tak
11	Sterownik zapisuje temperaturę minimalną i maksymalną (od ostatniego resetu).	Tak
12	Wymiary wewnętrzne: 500 x 450 x 570 (h) mm (SxGxW).	Tak
13	Wymiary zewnętrzne: 608 x 610 x 805 mm (SxGxW)	Tak
14	1 sprężarka.	Tak
15	3 regulowane półki druciane, plastyfikowane.	Tak
16	Obieg powietrza wymuszony wentylatorem.	Tak
17	Oświetlenie LED z dedykowanym włącznikiem.	Tak
18	Alarm wizualny/akustyczny.	Tak
19	Ustawianie alarmu wysokiej/niskiej temperatury.	Tak,
20	Alarm otwartych drzwi.	Tak
21	Alarm awarii sondy.	Tak
22	Alarm rozładowanej baterii.	Tak
23	Styk bezpotencjałowy dla alarmu GSM.	Tak
24	Elektroniczny data logger.	Tak
25	Port USB do zgrywania danych.	Tak
26	Automatyczne odszranianie.	Tak
27	Dodatkowy termostat antyzamrożeniowy.	Tak
28	Port dostępowy Ø 20 mm (np. dla zwn. czujnika temperatury)	Tak
29	Zamek drzwi na klucz (2 komplety kluczy).	Tak
30	4 nóżki.	Tak
31	Możliwość przełożenia drzwi.	Tak
32	Maksymalne obciążenie półek: 19 kg.	Tak
33	Czynnik chłodniczy: R600a.	Tak
34	Zasilanie: 230V/50-60 Hz.	Tak
35	Zużycie dobowe energii: 2,0 kWh/24h.	Tak
36	Izolacja: 50 mm.	Tak
37	Waga: 42 kg.	Tak
38	Pojemność: 109 l netto, 121 l brutto.	Tak
39	Instrukcja obsługi w języku polskim (dostarczyć wraz z urządzeniem).	Tak

BOXY TERMICZNE – SZT. 4

1	Sprzęt fabrycznie nowy, wyprodukowany nie wcześniej niż w 2023 roku	Tak, podać
2	Typ/model, producent, kraj	Tak, podać
3	Pojemnik termoizolacyjny z uchwytem 20 l.	Tak
4	Wysokość – H: 365 mm, Głębokość – D: 285 mm, Szerokość – W: 360 mm.	Tak
5	Pojemność – V: 20 l.	Tak
6	Wewnętrzna wysokość – HW: 310 mm, wewnętrzna szerokość – Ww: 300 mm, wewnętrzna głębokość – Dw: 220 mm.	Tak
7	Wygodny i praktyczny plastikowy pasek do przenoszenia.	Tak
8	Instrukcja obsługi w języku polskim (dostarczyć wraz z urządzeniem).	Tak

PRZENOŚNA LODÓWKA – SZT. 1

1	Sprzęt fabrycznie nowy, wyprodukowany nie wcześniej niż w 2023 roku	Tak, podać
2	Typ/model, producent, kraj	Tak, podać
3	Lodówka może być zasilana bateryjnie (baterią modułową lub baterią zewnętrzną), prądem stałym (12/24 V, prądem zmiennym (100-240V) lub za pomocą panelu fotowoltaicznego (wyłącznie wraz z baterią modułową, brak w zestawie).	Tak

4	Slot baterii modułowej umożliwia montaż baterii wewnątrz urządzenia.	Tak
5	Bateria o pojemności 15600mAh pozwala na utrzymanie temperatury wewnątrz urządzenia do 8 godzin (5°C/41°F przy temperaturze otoczenia 25°C/77°F).	Tak
6	Urządzenie posiada wielopoziomowe zabezpieczenie akumulatora pojazdu przed rozładowaniem oraz zabezpieczenie przeciwprzepięciowe chroniące je przed nagłymi skokami napięcia w sieci elektrycznej.	Tak
7	Panel sterowania z czytelnym ekranem ciekłokrystalicznym umożliwia intuicyjne sterowanie urządzeniem.	Tak
8	Lodówka wyposażona jest w nadajnik Bluetooth 5.0. Pozwala to na sterowanie nią za pomocą aplikacji przeznaczonych na urządzenia mobilne (Android/i OS).	Tak
9	Wbudowane gniazdo USB pozwala na ładowanie urządzeń zewnętrznych takich jak smartfon czy tablet.	Tak
10	Ergonomiczny uchwyt umożliwia wygodne przenoszenie urządzenia.	Tak
11	Przegrody ażurowe ułatwiają zarządzanie zawartością urządzenia.	Tak
12	Napięcie zasilania: 12/24V DC, 100-240V AC (50/60Hz) 12-50V – panel fotowoltaiczny.	Tak
13	Prąd znamionowy: 12V/4A, 24V/2A, 100-240V/0,3-0,8A, 50V/10A – panel fotowoltaiczny.	Tak
14	Ilość komór chłodzących: 1.	Tak
15	Zakres temperatury chłodzenia: od +20°C do -20°C (od 68°F do -4°F).	Tak
16	Pobór energii: 45W.	Tak
17	Pojemność użytkowa: 17 litrów/4,5 gal.	Tak
18	Klasa klimatyczna: N, T, SN, ST.	Tak
19	Temperatura otoczenia: od +16°C do +43°C (od 61°F do 109°F)	Tak
20	Poziom emitowanego hałasu: 45dB.	Tak
21	Czynnik chłodniczy: R1234YF (26g).	Tak
22	GWP: 4.	Tak
23	Typ łączności: Bluetooth 5,0 (zasięg działania- do 10m/32,8 ft).	Tak
24	Zakres częstotliwości: 2402MHz – 2480 MHz.	Tak
25	Maksymalna moc częstotliwości radiowej: 2dBm.	Tak
26	Wymiary (szer. x wys. x gł.) w mm: 478 x 410 x 324 (cale: 18,8” x 16,1” x 12,8”)	Tak
27	Waga netto: 9,5 kg (21lb).	Tak
28	Lodówka przenośna z kompresorem.	Tak
29	Przegrody ażurowe.	Tak
30	Przewód zasilający 12/24V (długość – 3,5m).	Tak
31	Adapter AC/DC z przewodem zasilającym 100-240V (EU/UK).	Tak
32	Instrukcja obsługi w języku polskim (dostarczyć wraz z urządzeniem).	Tak

2. Tam, gdzie Zamawiający opisał przedmiot zamówienia przez odniesienie do norm, ocen technicznych, specyfikacji technicznych i systemów referencji technicznych, Zamawiający wskazuje, że dopuszcza rozwiązania równoważne opisywanym, a odniesieniu takiemu towarzyszą wyrazy „lub równoważny”. Wykonawca, który powołuje się na rozwiązania równoważne opisywanym przez Zamawiającego, jest obowiązany wykazać, że oferowane przez niego dostawy, usługi lub roboty budowlane spełniają wymagania określone przez Zamawiającego.
3. Wykonując obowiązki określone w trybie art. 28 ogólnego Rozporządzenia Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) zwanego „RODO”, w przypadku umów których wykonanie związane jest z koniecznością powierzenia i przetwarzania danych osobowych gromadzonych przez Zamawiającego, strony zawrą porozumienie powierzenia przetwarzania danych osobowych. Obowiązkiem Wykonawcy jest wykazanie zdolności do przetwarzania danych zgodnie z art. 28. Wzór umowy powierzenia przetwarzania danych oraz arkusz weryfikacyjny i inne wymagania w zakresie ochronnych danych osobowych są opublikowane na stronie internetowej Zamawiającego www.szpital.mielec.pl.

4. Przedstawiona oferta nie może stanowić zbiorczych cenników, lecz winna zostać sporządzona wyłącznie z ukierunkowaniem na prowadzone postępowanie i odpowiadać wymaganiom Zamawiającego określonym w niniejszym Zapytaniu.

2. TERMIN I MIEJSCE REALIZACJI ZAMÓWIENIA:

1. Termin realizacji zamówienia obejmuje okres: **do 7 dni**
2. Miejsce realizacji zamówienia: Szpital Specjalistyczny im. Edmunda Biernackiego w Mielcu, ul. Żeromskiego 22, 39-300 Mielec.

3. OPIS WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ DOKUMENTY WYMAGANE W OFERCIE:

1. Warunki udziału w postępowaniu:
Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie żadnych wymagań, których spełnienie Wykonawca zobowiązany jest wykazać w sposób szczególny.
2. Wykonawca powinien przedstawić następujące oświadczenia i dokumenty:
 - a) Wypełniony formularz oferty zgodnie z załączonym do Zapytania wzorem (zaleca się złożyć ofertę na załączonym wzorze - Załącznik nr 1A, 1B do Zapytania Ofertowego),
 - b) Oświadczenie dotyczące spełnienia wymaganych przez Zamawiającego parametrów (Załączniki nr 3A, 3B do Zapytania Ofertowego).
 - c) W celu potwierdzenia, że osoba działająca w imieniu Wykonawcy jest umocowana do jego reprezentowania:
 - odpis lub informację z Krajowego Rejestru Sądowego, Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej lub innego właściwego rejestru, chyba że Zamawiający może je uzyskać za pomocą bezpłatnych i ogólnodostępnych baz danych a Wykonawca np. w Formularzu ofertowym wskazał dane umożliwiające dostęp do tych dokumentów w odniesieniu do Wykonawcy jak również w odniesieniu do podmiotów udostępniających zasoby.

4. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY:

1. Ofertę należy sporządzić w postaci elektronicznej zgodnie z Formularzem ofertowym stanowiącym Załącznik nr 1 do Zapytania ofertowego.
2. Oferta oraz wszystkie załączniki muszą być sporządzone w języku polskim, podpisane przez osobę upoważnioną do reprezentowania Wykonawcy, zgodnie z wpisem w stosownym dokumencie uprawniającym do występowania w obrocie prawnym. **Dokumenty składa się pod rygorem nieważności w formie elektronicznej (tj. opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym) lub w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem osobistym.**

UWAGA! Podpis osobisty nie jest podpisem własnoręcznym, a podpisem elektronicznym.

„Podpis osobisty”, w oparciu o art. 2 pkt 9 ustawy o dowodach osobistych, to zaawansowany podpis elektroniczny w rozumieniu rozporządzenia eIDAS, weryfikowany za pomocą certyfikatu podpisu osobistego, którym jest poświadczenie elektroniczne przyporządkowujące dane, służące do walidacji podpisu osobistego do posiadacza dowodu osobistego, potwierdzające dane tego posiadacza.

3. Jeżeli uprawnienie do podpisania oferty nie wynika z właściwego rejestru lub centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej do oferty winno być dołączone stosowne pełnomocnictwo. Pełnomocnictwo winno być dołączone w oryginale lub kopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem notarialnie.
4. Do oferty Wykonawca winien załączyć wszystkie wymagane dokumenty i oświadczenia.
5. W przypadku gdy Wykonawca jako załącznik do oferty, dołącza kopię jakiegoś dokumentu, kopia ta powinna być potwierdzona „za zgodność z oryginałem”.
6. Każdy Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę.
7. Zamawiający dopuszcza możliwość składania ofert częściowych na poszczególne Grupy Asortymentowe. Każda Grupa Asortymentowa będzie rozpatrywana indywidualnie.

8. Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.
9. Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane.

5. KOMUNIKACJA W POSTĘPOWANIU:

1. Komunikacja w postępowaniu o udzielenie zamówienia, w tym składanie ofert, wymiana informacji oraz przekazywanie dokumentów lub oświadczeń między Zamawiającym a Wykonawcą, odbywa się przy użyciu środków komunikacji elektronicznej – poczta elektroniczna.
2. Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego z wnioskiem o wyjaśnienie treści Zapytania Ofertowego na adres: przetargi@szpital.mielec.pl.
3. Zamawiający udzieli wyjaśnień niezwłocznie, jednak nie później niż na 2 dni przed upływem terminu składania ofert, pod warunkiem że wnioski o wyjaśnienie treści Zapytania Ofertowego wpłynęły do Zamawiającego nie później niż na 4 dni przed upływem wyznaczonego terminu składania ofert. Przedłużenie terminu składania ofert nie wpływa na bieg terminu składania wniosku o wyjaśnienie treści Zapytania Ofertowego.
4. Zawiadomienia, oświadczenia, dokumenty, wnioski lub informacje Wykonawcy przekazują drogą elektroniczną na adres: przetargi@szpital.mielec.pl.
5. Maksymalny rozmiar plików przesyłanych za pośrednictwem poczty elektronicznej wynosi 50 MB.

6. CENA OFERTY:

1. Wykonawca w przedstawionej ofercie winien zaoferować cenę kompletną, jednoznaczną i ostateczną.
Cena oferty – jest to wartość wyrażona w jednostkach pieniężnych, którą Zamawiający jest obowiązany zapłacić Wykonawcy za towar.
2. Cena oferty to **iloczyn ceny jednostkowej towaru i ilości** asortymentu wskazanego w Zapytaniu powiększona o wartość VAT.
Cena jednostkowa towaru – jest to cena ustalona za jednostkę określonego towaru, którego ilość jest określona w jednostkach miar.
3. Cena oferty winna być wyrażona w walucie polskiej, z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku. Zamawiający nie wyraża zgody na rozliczenia w walutach obcych.
4. Jeżeli zostanie złożona oferta, której wybór będzie prowadził do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług, Zamawiający w celu oceny takiej oferty doliczy do przedstawionej w niej ceny podatek od towarów i usług, który miałby obowiązek rozliczyć zgodnie z tymi przepisami.
5. Wykonawca, składając ofertę, poinformuje Zamawiającego, czy wybór oferty będzie prowadził do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego, wskazuje nazwę (rodzaj) towaru lub usługi, których dostawa lub świadczenie będą prowadziły do powstania obowiązku podatkowego, wskazuje wartość towaru lub usługi objętego obowiązkiem podatkowym Zamawiającego, bez kwoty podatku, wskazuje stawkę podatku od towarów i usług, która z zgodnie z wiedzą Wykonawcy, będzie miała zastosowanie.

7. KRYTERIA OCENY OFERT:

1. Zamawiający dokona oceny ważnych ofert na podstawie następujących kryteriów:

- **najniższa cena sprzętu - 95 %**
- **najniższa cena dostawy – 5%**

2. Sposób oceny ofert:

Kryterium „najniższa cena sprzętu” (Wpc) jako kryterium wymierne obliczane zostanie wg wzoru:

$$Wpc = \frac{Cn}{Cof} \times Rc$$

gdzie:

Wpc – Wartość punktowa badanej oferty w kryterium „najniższa cena sprzętu”

Cn – najniższa oferowana cena brutto sprzętu spośród ofert, które zostały złożone

Cof – cena brutto sprzętu oferty badanej

Rc – ranga kryterium „najniższa cena sprzętu” (95)

Kryterium „najniższa cena dostawy” (Wpd) jako kryterium wymierne obliczane zostanie wg wzoru:

$$Wpd = \frac{Cn}{Cof} \times R$$

gdzie:

Wpd – Wartość punktowa badanej oferty w kryterium „najniższa cena dostawy”

Cn – najniższa oferowana cena brutto dostawy spośród ofert, które zostały złożone

Cof – cena brutto dostawy oferty badanej

Rc – ranga kryterium „najniższa cena dostawy” (5)

Łączna liczba punktów uzyskanych przez ofertę będzie liczona wg wzoru:

$$Po = Wpc + Wpd$$

gdzie:

Po - liczba punktów uzyskanych przez daną ofertę

Wpc - liczba punktów uzyskanych w kryterium najniższa cena sprzętu

Wpd - liczba punktów uzyskanych w kryterium najniższa cena dostawy

W prowadzonym postępowaniu zostanie wybrana oferta, która według formuły oceny ofert uzyska największą liczbę punktów oraz spełni wszystkie wymagania Zapytania Ofertowego. Ocena zostanie dokonana na podstawie wypełnionego Formularza Ofertowego i złożonej w nim deklaracji Wykonawcy, co do ceny sprzętu i ceny dostawy.

W przypadku gdy Wykonawca w Formularzu Oferty zaproponuje cenę dostawy w wysokości 0 złotych otrzyma 5 punktów.

8. MIEJSCE I TERMIN SKŁADANIA OFERT:

1. Ofertę sporządza się w postaci elektronicznej, w ogólnie dostępnych formatach danych w szczególności w formatach .pdf, .doc, .docx, .odt, .txt, .rtf. **Przesyłany plik należy spakować do formatu zip z ustawionym hasłem.**

Spakowany plik oraz hasło do niego składa się na adres:

oferty@szpital.mielec.pl

wiadomość należy oznakować napisem:

„Postępowanie, znak SzP.ZP.271.70.24”

2. W przypadku przesłania pliku bez hasła Wykonawca ponosi odpowiedzialność za ujawnienie treści oferty przed terminem otwarcia ofert i nie będzie z tego tytułu wnosił roszczeń względem Zamawiającego.
3. Nieprzekraczalny termin złożenia oferty **21.08.2024r. godz. 9⁰⁰**.
4. O terminie wpływu decyduje termin ostatecznego wpływu oferty na adres: oferty@szpital.mielec.pl.
5. Złożone oferty zostaną otwarte w dniu **21.08.2024r. o godz. 10⁰⁰** w siedzibie Zamawiającego.
6. Wykonawca może wprowadzić zmiany lub wycofać złożoną przez siebie ofertę pod warunkiem, że Zamawiający otrzyma powiadomienie przed upływem terminu składania ofert. Powiadomienie musi być złożone według takich samych zasad jak składana oferta z dopiskiem: „ZMIANA / WYCOFANIE”.
7. Wykonawca składający ofertę pozostaje nią związany przez okres **30 dni**. Bieg terminu rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.
8. W toku badania i oceny ofert Zamawiający może wezwać Wykonawcę do złożenia wyjaśnień lub uzupełnień złożonej oferty.

9. ISTOTNE DLA STRON POSTANOWIENIA, KTÓRE ZOSTANĄ WPROWADZONE DO TREŚCI UMOWY:

1. Z wyłonionym Wykonawcą zostanie zawarta pisemna umowa.
2. Wzór umowy zawierający wszystkie wymagane przez Zamawiającego warunki załączony jest do Zapytania ofertowego (Załącznik nr 2 do Zapytania ofertowego).

10. OGŁOSZENIE WYNIKÓW POSTĘPOWANIA:

1. Zamawiający jednocześnie poinformuje wszystkich Wykonawców o:
 - a) wyborze najkorzystniejszej oferty, podając nazwę albo imię i nazwisko, siedzibę albo miejsce zamieszkania i adres, jeżeli jest miejscem wykonywania działalności Wykonawcy, którego ofertę wybrano oraz nazwy albo imiona i nazwiska, siedziby albo miejsca zamieszkania i adresy, jeżeli są miejscami wykonywania działalności Wykonawców, którzy złożyli oferty, a także punktację przyznaną oferentom w każdym kryterium oceny ofert i łączną punktację,
 - b) Wykonawcach, których oferty zostały odrzucone,
 - c) unieważnieniu postępowania.oraz zamieści informację na stronie internetowej Zamawiającego.

11. INFORMACJE DODATKOWE:

1. Zamawiający unieważni postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w przypadku, gdy:
 - a) nie złożono żadnej oferty spełniającej wymagania Zamawiającego,
 - b) nie złożono minimum dwóch ofert przez Wykonawców,
 - c) cena najkorzystniejszej oferty przewyższa kwotę, którą Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, chyba że Zamawiający może zwiększyć kwotę do ceny najkorzystniejszej oferty,
 - d) wystąpiła zmiana okoliczności powodująca, że prowadzenie postępowania lub wykonanie zamówienia nie leży w interesie Zamawiającego, czego nie można było wcześniej przewidzieć,
2. W przypadku, gdy Wykonawca odstąpi od podpisania umowy, Zamawiający może podpisać umowę z kolejnym Wykonawcą, który w toku prowadzonego badania ofert otrzymał najwyższą liczbę punktów.

12. OSOBY UPOWAŻNIONE DO KONTAKTU Z WYKONAWCAMI:

- Beata Bieniek, Maciej Kowalczyk - w sprawach merytorycznych
- Magdalena Darłak-Golec, Arkadiusz Brach - w sprawach formalno-prawnych

13. KLAUZULA INFORMACYJNA Z ART. 13 RODO:

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), zwane dalej „RODO”, Zamawiający informuje, iż:

- a) Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Szpital Specjalistyczny im. Edmunda Biernackiego z siedzibą przy ul. Żeromskiego 22, 39-300 Mielec. Dane kontaktowe:
 - poczta elektroniczna: sekretariat@szpital.mielec.pl
 - telefon: 17 780-01-39
- b) Administrator wyznaczył Inspektora Danych Osobowych, z którym można się kontaktować pod adresem e-mail iod@szpital.mielec.pl
- c) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego na zakup sprzętu do pozyskiwania mleka kobiecego i jego przechowywania do Szpitala Specjalistycznego im. Edmunda Biernackiego w Mielcu, znak SzP.ZP.271.70.24 prowadzonym w trybie postępowania o wartości poniżej kwoty 130.000,00 zł (Zarządzenie nr 118/2022 Dyrektora Szpitala Specjalistycznego im. E. Biernackiego w Mielcu z dnia 22.07.2022r. w sprawie przyjęcia regulaminu udzielania zamówień publicznych o wartości poniżej kwoty 130.000,00 zł).
- d) odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania na podstawie Ustawy z dnia 6 września 2001r. o dostępie do informacji publicznej (t.j. Dz.U. z 2020r. poz. 2176),

- e) Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy;
- f) obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego;
- g) w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;
- h) posiada Pani/Pan:
 - na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących;
 - na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych (*skorzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy oraz nie może naruszać integralności protokołu oraz jego załączników*);
 - na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem okresu trwania postępowania o udzielenie zamówienia publicznego oraz przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO (*prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego*);
 - prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;
- i) nie przysługuje Pani/Panu:
 - w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;
 - prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;
 - na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.
- j) przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego na niezgodne z RODO przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych przez Administratora. Organem właściwym dla przedmiotowej skargi jest Urząd Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.

14. ZAŁĄCZNIKI DO ZAPYTANIA OFERTOWEGO:

Załącznik nr 1A - Formularz ofertowy – Grupa 1

Załącznik nr 1B – Formularz ofertowy – Grupa 2

Załącznik nr 2 - Projekt umowy

Załącznik nr 3A – Oświadczenie dotyczące spełnienia wymaganych przez Zamawiającego parametrów– Grupa 1

Załącznik nr 3B – Oświadczenie dotyczące spełnienia wymaganych przez Zamawiającego parametrów– Grupa 2

Załącznik nr 1A –do Zapytania ofertowego – dotyczy Grupa 1

....., dnia
(miejscowość)

Wykonawca:

.....
.....

(pełna nazwa/firma, adres, w zależności od podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CEiDG)

reprezentowany przez:

.....
.....

(imię, nazwisko, stanowisko/podstawa do reprezentacji)

FORMULARZ OFERTY

Dane Wykonawcy:

Adres (siedziba) Wykonawcy:

Tel. E-mail.....

NIP: REGON:

Nawiązując do zapytania ofertowego na:

zakup sprzętu do pozyskiwania mleka kobiecego i jego przechowywania do Szpitala Specjalistycznego im. Edmunda Biernackiego w Mielcu, znak SzP.ZP.271.70.24

oferujemy realizację w/w Przedmiotu Zamówienia:

I. Cena oferty:

GRUPA 1 – LAKTATORY, TERMOTORBY

Asortyment	Nazwa handlowa	Numer katalogowy, producent	J.m.	Ilość	Cena jednostkowa			Wartość		
					netto	VAT%	brutto	netto (kol. 5x6)	VAT	brutto (kol. 9+10)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Laktator elektryczny przeznaczony do użytku szpitalnego			szt.	6						
Termotorby			szt.	2						
Wartość sprzętu								suma kolumna 9	suma kolumna 10	suma kolumna 11
Dostawa			szt.	1						
Calkowita wartość zamówienia								suma kolumna 9	suma kolumna 10	suma kolumna 11

II. Oświadczamy, że:

- * że zapoznaliśmy się z Zapytaniem Ofertowym oraz wyjaśnieniami i zmianami Zapytania Ofertowego przekazanymi przez Zamawiającego i uznajemy się za związanych określonymi w nich postanowieniami i zasadami postępowania,
- * zapoznaliśmy się z postanowieniami wzoru umowy, określonym w Zapytaniu Ofertowym i zobowiązujemy się, w przypadku wyboru naszej oferty, do zawarcia umowy zgodnej z ofertą, na warunkach określonych w Zapytaniu Ofertowym, w miejscu i terminie wyznaczonym przez Zamawiającego,
- * termin płatności za wykonanie przedmiotu zamówienia wynosił będzie do 30 dni od dnia doręczenia Zamawiającemu prawidłowo i zgodnie z umową wystawionej faktury, na rachunek bankowy Wykonawcy, prowadzony przez o numerze,
- * uważamy się za związanych niniejszą ofertą przez okres **30 dni** od terminu składania ofert,
- * zamówienie **zrealizujemy sami/zamierzamy powierzyć** wykonanie następujących części zamówienia (*niepotrzebne skreślić*) **podwykonawcom** (*o ile jest to wiadome, podać firmy podwykonawców*),
- * wybór naszej oferty nie będzie prowadził do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego na podstawie ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (t.j. Dz. U. z 2018, poz. 2174, z późn. zm.).

Uwaga: jeżeli wybór oferty będzie prowadził na podstawie ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego Wykonawca zobowiązany jest dołączyć do oferty wykaz zawierający nazwę (rodzaj) towaru lub usługi, których dostawa lub świadczenie będzie prowadzić do jego powstania, ich wartość bez kwoty podatku oraz stawki podatku od towarów i usług, która zgodnie z wiedzą Wykonawcy będzie miała zastosowanie.

- * wypełniłem obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 RODO (rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1)) wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskałem w celu ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego w niniejszym postępowaniu.
Uwaga: W przypadku gdy wykonawca nie przekazuje danych osobowych innych niż bezpośrednio jego dotyczących lub zachodzi wyłączenie stosowania obowiązku informacyjnego, stosownie do art. 13 ust. 4 lub art. 14 ust. 5 RODO treści oświadczenia wykonawcy nie składa (treść oświadczenia należy usunąć np. poprzez jego wykreślenie).
- * Oświadczam, że nie zachodzą w stosunku do mnie przesłanki wykluczenia z postępowania na podstawie art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (Dz. U. 2022 poz. 835)

.....
(podpis Wykonawcy
lub jego uprawnionego przedstawiciela)

Załącznik nr 1 do Formularza Oferty – dotyczy Grupa 1

Zamawiający:

**Szpital Specjalistyczny
im. Edmunda Biernackiego
ul. Żeromskiego 22
39-300 Mielec**

(pełna nazwa/firma, adres)

Wykonawca:

.....

.....

*(pełna nazwa/firma, adres, w zależności od
podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CEiDG)*

reprezentowany przez:

.....

.....

*(imię, nazwisko, stanowisko/podstawa do
reprezentacji)*

OŚWIADCZENIE

Oświadczam, że do ceny sprzedaży sprzętu będącego przedmiotem oferty (laktator elektryczny przeznaczony do użytku szpitalnego, termotorby) nie wliczono dostawy sprzętu, zainstalowania sprzętu, serwisowania sprzętu, przeszkolenia personelu w zakresie obsługi sprzętu

.....

Podpis i pieczęć Wykonawcy

Załącznik nr 1B –do Zapytania ofertowego – dotyczy Grupa 2

....., dnia
(miejscowość)

Wykonawca:

.....
.....

(pełna nazwa/firma, adres, w zależności od podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CeiDG)

reprezentowany przez:

.....
.....

(imię, nazwisko, stanowisko/podstawa do reprezentacji)

FORMULARZ OFERTY

Dane Wykonawcy:

Adres (siedziba) Wykonawcy:

Tel. E-mail.....

NIP: REGON:

Nawiązując do zapytania ofertowego na:

zakup sprzętu do pozyskiwania mleka kobiecego i jego przechowywania do Szpitala Specjalistycznego im. Edmunda Biernackiego w Mielcu, znak SzP.ZP.271.70.24

oferujemy realizację w/w Przedmiotu Zamówienia:

**I. Cena oferty:
GRUPA 2 – LODÓWKA DO PRZECHOWYWANIA MLEKA, PRZENOŚNA LODÓWKA, BOKSY TERMICZNE**

Asortyment	Nazwa handlowa	Numer katalogowy, producent	J.m.	Ilość	Cena jednostkowa			Wartość		
					netto	VAT%	brutto	netto (kol. 5x6)	VAT	brutto (kol. 9+10)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Lodówka do przechowywania ociągniętego mleka w warunkach chłodniczych, zapewniających całodzienną kontrolę temperatury			szt.	1						
Boksy termiczne			szt.	4						
Przenośna lodówka			szt.	1						

Wartość sprzętu							suma kolumna 9	suma kolumna 10	suma kolumna 11
Dostawa			szt.	1					
Całkowita wartość zamówienia							suma kolumna 9	suma kolumna 10	suma kolumna 11

II. Oświadczamy, że:

- * że zapoznaliśmy się z Zapytaniem Ofertowym oraz wyjaśnieniami i zmianami Zapytania Ofertowego przekazanymi przez Zamawiającego i uznajemy się za związanych określonymi w nich postanowieniami i zasadami postępowania,
- * zapoznaliśmy się z postanowieniami wzoru umowy, określonym w Zapytaniu Ofertowym i zobowiązujemy się, w przypadku wyboru naszej oferty, do zawarcia umowy zgodnej z ofertą, na warunkach określonych w Zapytaniu Ofertowym, w miejscu i terminie wyznaczonym przez Zamawiającego,
- * termin płatności za wykonanie przedmiotu zamówienia wynosić będzie do 30 dni od dnia doręczenia Zamawiającemu prawidłowo i zgodnie z umową wystawionej faktury, na rachunek bankowy Wykonawcy, prowadzony przez o numerze,
- * uważamy się za związanych niniejszą ofertą przez okres **30 dni** od terminu składania ofert,
- * zamówienie **zrealizujemy sami/zamierzamy powierzyć** wykonanie następujących części zamówienia (*niepotrzebne skreślić*) **podwykonawcom** (*o ile jest to wiadome, podać firmy podwykonawców*),
- * wybór naszej oferty nie będzie prowadził do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego na podstawie ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (t.j. Dz. U. z 2018, poz. 2174, z późn. zm.).
Uwaga: jeżeli wybór oferty będzie prowadził na podstawie ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego Wykonawca zobowiązany jest dołączyć do oferty wykaz zawierający nazwę (rodzaj) towaru lub usługi, których dostawa lub świadczenie będzie prowadzić do jego powstania, ich wartość bez kwoty podatku oraz stawki podatku od towarów i usług, która zgodnie z wiedzą Wykonawcy będzie miała zastosowanie.
- * wypełniłem obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 RODO (rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1)) wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskałem w celu ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego w niniejszym postępowaniu.
Uwaga: W przypadku gdy wykonawca nie przekazuje danych osobowych innych niż bezpośrednio jego dotyczących lub zachodzi wyłączenie stosowania obowiązku informacyjnego, stosownie do art. 13 ust. 4 lub art. 14 ust. 5 RODO treści oświadczenia wykonawcy nie składa (treść oświadczenia należy usunąć np. poprzez jego wykreślenie).
- * Oświadczam, że nie zachodzą w stosunku do mnie przesłanki wykluczenia z postępowania na podstawie art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (Dz. U. 2022 poz. 835)

.....
 (podpis Wykonawcy
 lub jego uprawnionego przedstawiciela)

Załącznik nr 1 do Formularza Oferty – dotyczy Grupa 2

Zamawiający:

**Szpital Specjalistyczny
im. Edmunda Biernackiego
ul. Żeromskiego 22
39-300 Mielec**

(pełna nazwa/firma, adres)

Wykonawca:

.....

.....

*(pełna nazwa/firma, adres, w zależności od
podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CEiDG)*

reprezentowany przez:

.....

.....

*(imię, nazwisko, stanowisko/podstawa do
reprezentacji)*

OŚWIADCZENIE

Oświadczam, że do ceny sprzedaży sprzętu będącego przedmiotem oferty (lodówka do przechowywania ociągniętego mleka w warunkach chłodniczych, zapewniających całodzienną kontrolę temperatury, boksy termiczne, przenośna lodówka) nie wliczono dostawy sprzętu, zainstalowania sprzętu, serwisowania sprzętu, przeszkolenia personelu w zakresie obsługi sprzętu.

.....

Podpis i pieczęć Wykonawcy

W Z Ó R U M O W Y

W dniu pomiędzy **Szpitałem Specjalistycznym im. Edmunda Biernackiego w Mielcu, ul. Żeromskiego 22, 39-300 Mielec**, wpisanym do rejestru stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i zawodowych, fundacji oraz samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Rzeszowie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000002538, REGON: 000308637, NIP: 8171750893, zwanym w dalszej części Umowy „Zamawiającym” reprezentowanym przez:

.....
a KRS NIP REGON
zwanym w dalszej części Umowy „Wykonawcą” reprezentowanym przez:

.....
.....
stosownie do dokonanego przez Zamawiającego wyboru oferty Wykonawcy przeprowadzonego na podstawie: Zarządzenia nr 118/2022 Dyrektora Szpitala Specjalistycznego im. Edmunda Biernackiego w Mielcu z dnia 22 lipca 2022 r. w sprawie przyjęcia regulaminu udzielania zamówień publicznych o wartości poniżej kwoty 130.000,00 zł oraz z uwzględnieniem zapisów Umowy Nr 12/17/Za życiem/2024/663/112 na realizację programu polityki zdrowotnej pn. Program polityki zdrowotnej służący wykonaniu programu kompleksowego wsparcia dla rodzin „Za życiem” na lata 2022-2026 w zakresie zadania: Odżywianie mlekiem kobiecym noworodków i niemowląt – zakup sprzętu do pozyskiwania mleka kobiecego i jego przechowywania dla podmiotów leczniczych współpracujących z bankiem mleka kobiecego udzielonego w trybie zapytania ofertowego dotyczące zamówienia publicznego o wartości poniżej 130.000,00 zł zostaje zawarta umowa następującej treści:

§ 1

1. Przedmiotem niniejszej umowy jest:
sprzedaż i dostawa - spełniającego wymagania określone w Zapytaniu Ofertowym – na koszt i ryzyko Wykonawcy, o wymaganiach i parametrach określonych w Zapytaniu Ofertowym, znak SzP.ZP.271..... (dalej: „Zapytanie”) oraz zgodnie z ofertą złożoną przez Wykonawcę z dnia
2. Zapytanie Ofertowe i oferta złożona przez Wykonawcę stanowią integralną część niniejszej umowy.
3. Wykonawca gwarantuje, że objęte przedmiotem umowy jest fabrycznie nowe nieużywane, w pełni sprawne i nadające się do użytku, oraz posiada właściwości, o których Wykonawca zapewnił Zamawiającego w swojej ofercie.
4. Na Wykonawcy spoczywa obowiązek dostarczenia dokumentacji technicznej i instrukcji obsługi w języku polskim.
5. Zamówienie jest realizowane: w ramach Umowy Nr 12/17/Za życiem/2024/663/112 na realizację programu polityki zdrowotnej pn. Program polityki zdrowotnej służący wykonaniu programu kompleksowego wsparcia dla rodzin „Za życiem” na lata 2022-2026 w zakresie zadania: Odżywianie mlekiem kobiecym noworodków i niemowląt – zakup sprzętu do pozyskiwania mleka kobiecego i jego przechowywania dla podmiotów leczniczych współpracujących z bankiem mleka kobiecego.

§ 2

1. Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć przedmiot umowy, o którym mowa w § 1 ust.1 niniejszej umowy, transportem własnym, na swój koszt i ryzyko do miejsca wskazanego przez Zamawiającego w terminie do od daty podpisania umowy. W terminie 3 dni od dnia zawarcia umowy Zamawiający może ograniczyć zakres umowy o dostawę i wykonać dostawę przedmiotu umowy na swój koszt (zlecić przewóz) lub odebrać osobiście przedmiot umowy w miejscu jego przechowywania wskazanym przez Wykonawcę. W przypadku zlecenia przewozu przez Zamawiającego Wykonawca jest obowiązany przygotować przedmiot umowy do transportu i wydać przewoźnikowi. Odbiór i zbadanie przedmiotu umowy i podpisanie protokołu także w przypadku ograniczenia zakresu umowy o dostawę nastąpi w siedzibie Zamawiającego zgodnie z postanowieniami umowy poniżej.
2. Wykonawca dostarczy przedmiot zamówienia od poniedziałku do piątku w godzinach od 7:00 do 14:15, po uprzednim uzgodnieniu konkretnego terminu z Zamawiającym.

3. Dowodem dokonania czynności wymienionych w ust.1 jest protokół zdawczo-odbiorczy - formularz stanowiący Załącznik nr 2 do niniejszej umowy, podpisany przez strony umowy.
4. Podpisany bezusterkowy protokół zdawczo-odbiorczy będzie stanowił podstawę do wypłaty należnego Wykonawcy wynagrodzenia.
5. W przypadku wykonania zamówienia w części dotyczącej transportu przy użyciu Podwykonawcy, Wykonawca odpowiada za działania, uchybienia i zaniedbania Podwykonawcy tak jak za własne działania, uchybienia i zaniedbania.
6. Zamawiający zastrzega sobie prawo zwrotu towaru niezgodnego z zamówieniem, niekompletnego lub posiadającego ślady zewnętrznego uszkodzenia z jednoczesnym wyznaczeniem nowego terminu ponownej dostawy.
7. Wykonawca zobowiązany jest do zachowania przy wykonywaniu niniejszej umowy należytej staranności, z uwzględnieniem profesjonalnego charakteru swojej działalności.

§ 3

1. Strony uzgodniły wartość przedmiotu umowy (netto) określoną w ofercie Wykonawcy na kwotę (słownie:), w tym koszt dostawy..... (słownie:.....)
2. Wartość brutto zamówienia wynosi (słownie:).

§ 4

1. Wykonawca, po dostarczeniu i bezusterkowym przekazaniu protokołem zdawczo-odbiorczym przedmiotu umowy - wystawi fakturę VAT w języku polskim.
2. Zapłata za przedmiot umowy o którym mowa w § 1 płatna jest przelewem na rachunek bankowy Wykonawcy prowadzony przez o numerze w terminie do 30 dni od dnia doręczenia Zamawiającemu prawidłowo i zgodnie z umową wystawionej faktury. W razie zmiany numeru rachunku bankowego, Wykonawca jest zobowiązany wskazać nowy rachunek bankowy. Wskazany numer rachunku/rachunków musi być zgłoszony do ewidencji tzw. „białej listy” tj. numerów rachunków rozliczeniowych, o których mowa w art. 49 ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. - Prawo bankowe, lub imiennych rachunków w spółdzielczej kasie oszczędnościowo-kredytowej, której podmiot jest członkiem, otwartych w związku z prowadzoną przez członka działalnością gospodarczą – wskazanych w zgłoszeniu identyfikacyjnym lub zgłoszeniu aktualizacyjnym i potwierdzonych przy wykorzystaniu STIR w rozumieniu art. 119z pkt 6 Ordynacji podatkowej.
3. Zamawiający oświadcza, że jest płatnikiem VAT uprawnionym do otrzymywania faktur VAT oraz, że posiada numer identyfikacyjny NIP 817-17-50-893.
4. Za termin dokonania zapłaty przyjmuje się datę obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego.

§ 5

1. Wykonawca odpowiada za wady fizyczne dostarczonego asortymentu.
2. Przez wady fizyczne rozumie się w szczególności jakąkolwiek niezgodność dostarczonego asortymentu z opisem przedmiotu zamówienia zawartym w Zapytaniu Ofertowym, oraz ze złożoną ofertą.
3. W razie stwierdzenia wad w dostarczonym towarze Zamawiający zobowiązuje się przesłać Wykonawcy pisemne zawiadomienie wraz z protokołem stwierdzającym wady.
4. Wykonawca jest odpowiedzialny względem Zamawiającego za wszelkie wady prawne przedmiotu umowy (a także oprogramowania jeżeli dotyczy), w tym również za ewentualne roszczenia osób trzecich wynikające z naruszenia praw własności intelektualnej lub przemysłowej, w tym patentów, praw ochronnych na znaki towarowe oraz praw z rejestracji na wzory użytkowe i przemysłowe, pozostające w związku z wprowadzeniem do obrotu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
5. Zamawiający może wykonywać uprawnienia z tytułu rękojmi za wady przedmiotu umowy, niezależnie od uprawnień wynikających z gwarancji.

§ 6

1. Przedmiot umowy objęty jest gwarancją producenta jeżeli producent takiej gwarancji udzielił. Wykonawca dostarczy dokument gwarancji udzielonej przez producenta.
2. W ramach rękojmi Wykonawca podejmie działania w celu usunięcia wady/usterki w czasie max. 48 godzin od chwili zgłoszenia (pisemnie, faksem lub mailem) awarii (od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy).
3. W przypadku wystąpienia awarii w okresie rękojmi Wykonawca zobowiązuje się do jej usunięcia w terminie 5 dni roboczych, a w przypadku konieczności sprowadzenia części do 7 dni roboczych od dnia zgłoszenia awarii.

4. Całość kosztów naprawy (w tym robocizna, części zamienne, podzespoły, dojazd serwisu, itp.) w okresie rękojmi ponosi Wykonawca.
5. Wykonawca w okresie rękojmi, w przypadku trzykrotnej dokonanej naprawy tej samej części lub podzespołu urządzenia wymieni tę część lub podzespół na nowy w terminie 10 dni od daty dokonania trzeciej naprawy.
6. W przypadku wymiany części/podzespołów na nowe, dla wymienionych części/podzespołów okres rękojmi biegnie na nowo.
7. W przypadku nie usunięcia przez Wykonawcę awarii, usterki lub wady w terminie określonym w ust. 3 niniejszego paragrafu, Zamawiający może zlecić usunięcie awarii, usterki lub wady autoryzowanemu serwisowi na koszt Wykonawcy.
8. Zamawiający może dochodzić roszczeń z tytułu rękojmi także po upływie terminu rękojmi, o ile ujawnienie się wady nastąpiło przed upływem tego terminu.
9. Niezależnie od uprawnień z rękojmi Zamawiający może korzystać z gwarancji producenta jeżeli została udzielona.

§ 7

1. Strony ustalają kary umowne mające zastosowanie w następujących przypadkach:
 - a) za zwłokę w realizacji przedmiotu umowy Wykonawca zapłaci karę umowną w wysokości 0,1 % wartości brutto zamówienia za każdy dzień zwłoki ,
 - b) z tytułu niedostarczenia przedmiotu umowy, odstąpienia od umowy lub jej wypowiedzenia z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 10 % wartości brutto zamówienia,
 - c) Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 0,2 % wartości brutto zamówienia za każdy dzień zwłoki liczony od upływu terminu określonego w § 6 ust. 3 umowy na usunięcie zgłoszonej wady w ramach rękojmi.
2. Na Wykonawcy ciąży odpowiedzialność z tytułu uszkodzenia lub utraty przedmiotu umowy, aż do chwili potwierdzenia odbioru przez Zamawiającego. Z chwilą potwierdzenia odbioru przedmiotu umowy przechodzi na Zamawiającego ryzyko uszkodzenia lub utraty przedmiotu umowy.
3. Zamawiający zastrzega sobie możliwość potrącania kar umownych z wynagrodzenia przysługującego Wykonawcy po uprzednim wystawieniu noty obciążeniowej, na co Wykonawca wyraża zgodę.
4. Zamawiający zastrzega sobie możliwość dochodzenia odszkodowania przenoszącego wartość kar umownych ustalonych w niniejszej umowie ma zasadach ogólnych.
5. Wysokość kar umownych naliczonej z jednego lub kilku tytułów nie może przekroczyć 30% wartości brutto umowy określonej w § 3 ust. 1 umowy.
6. Zamawiający może odstąpić od umowy/wypowiedzieć umowę w przypadku nie zawarcia przez Wykonawcę umowy o przetwarzaniu danych osobowych zgodnie z art. 28 RODO z winy Wykonawcy, w tym w szczególności wskutek braku zdolności do zawarcia takiej umowy (niespełniania przesłanek z art. 28 RODO w terminie 30 dni od dnia zawarcia umowy nie później niż przed pierwszą czynnością Wykonawcy wymagającą przekazania danych osobowych, których administratorem jest Zamawiający (dotyczy umów których wykonanie związane jest z koniecznością powierzenia i przetwarzania danych osobowych gromadzonych przez Zamawiającego).

§ 8

1. Czynność prawna mająca na celu zmianę wierzyciela Zamawiającego z tytułu wierzytelności wynikających z niniejszej umowy może zostać dokonana tylko w trybie określonym w art. 54 ust. 5 – 7 ustawy z 15 kwietnia 2011 roku o działalności leczniczej.
2. Zastrzeżenie o którym mowa w ust. 1 dotyczy w szczególności umów cesji wierzytelności, umów poręczenia, umów gwarancji, umów przekazu, umów zastrzegających świadczenie na rzecz osoby trzeciej umów skutkujących przystąpieniem osoby trzeciej do zobowiązań wynikających z niniejszej umowy, w tym umów skutkujących subrogacją generalną (art. 518 k.c.).
3. Zastrzeżenie o którym mowa w ust.1 dotyczy także umów na podstawie których wierzytelność względem Zamawiającego będzie stanowiła zabezpieczenie zobowiązań Wykonawcy (np. z tytułu umowy kredytu, pożyczki)
4. Wykonawca zobowiązuje się do nieudzielania pełnomocnictw szczególnych upoważniających pełnomocników do przyjmowania świadczeń pieniężnych wynikających z niniejszej umowy na swoje rachunki lub podmiotów innych niż Wykonawca.
5. Wykonawca zobowiązuje się do nie udzielania pełnomocnictw nieodwoalnych przez mocodawcę w zakresie dochodzenia roszczeń majątkowych wynikających z niniejszej umowy.
6. W razie wątpliwości przez czynność prawną mającą na celu zmianę wierzyciela w rozumieniu niniejszej umowy lub ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej Strony rozumieją każdą sytuację, w

której Zamawiający byłby zobowiązany do zapłaty podmiotom innym niż Wykonawca lub na rachunek bankowy innego podmiotu niż Wykonawca.

§ 9

1. Każda ze Stron niniejszej umowy zobowiązuje się do zachowania w poufności wszelkich, powziętych w ramach realizacji zamówienia, informacji dotyczących Zamawiającego i jego spraw, a w szczególności na temat prowadzonej przez nią działalności oraz metod działania, jej pracowników i współpracowników, klientów, oraz wszelkich innych informacji pozyskanych w związku z realizacją tej umowy, których ujawnienie mogłoby narazić tę stronę na szkodę, a także do nie przekazywania i nie udostępniania osobom trzecim dokumentów powierzonych przez Zamawiającego.
2. Obowiązek zachowania tajemnicy poufności, o którym mowa w ust. 1, nie dotyczy informacji, które:
 - a) w czasie ich ujawnienia były publicznie znane,
 - b) których obowiązek ujawnienia wynika z bezwzględnie obowiązującego przepisu prawa, orzeczenia sądu lub decyzji innego uprawnionego organu władzy, z zastrzeżeniem niezwłocznego powiadomienia strony, której informacje mają zostać ujawnione o takim obowiązku i zabezpieczeniu poufności tych informacji.

§ 10

1. Wszelkie zmiany treści niniejszej umowy, wymagają formy pisemnej (aneks) pod rygorem nieważności.
2. W sprawach nie uregulowanych umową stosuje się przepisy Kodeksu Cywilnego oraz ustawy z dnia 19 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych
3. Wszelkie spory wynikające z realizacji niniejszej umowy lub w związku z nią, będą rozstrzygane przez właściwy sąd powszechny, według siedziby Zamawiającego.
4. Niniejsza umowa została sporządzona w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach – 1 egzemplarz dla Zamawiającego, 1 egzemplarz dla Wykonawcy.

Wykonawca

Zamawiający

PROTOKÓŁ ZDAWCZO – ODBIORCZY

Zamawiający :

Szpital Specjalistyczny im. Edmunda Biernackiego w Mielcu, ul. Żeromskiego 22

w imieniu którego odbioru, na podstawie oględzin zewnętrznych, dokonuje pracownik Specjalista ds. Aparatury Medycznej:

.....
(Imię i Nazwisko, stanowisko)

niniejszym potwierdza przyjęcie od Wykonawcy :

.....
.....

w imieniu którego przekazuje:

.....
(Imię i Nazwisko, stanowisko)

następującą aparaturę medyczną/sprzęt/urządzenie:

Nazwa:

Typ:

Nr seryjny:

Producent:.....

Rok produkcji:

Ilość:

Stan dostawy :

.....
.....
.....

Ewentualne zastrzeżenia :

.....
.....
.....

Zamawiający:

Wykonawca:

Załącznik nr 3A do Zapytania Ofertowego – Grupa 1

Zamawiający:

**Szpital Specjalistyczny
im. Edmunda Biernackiego
ul. Żeromskiego 22
39-300 Mielec**

(pełna nazwa/firma, adres)

Wykonawca:

.....

.....

*(pełna nazwa/firma, adres, w zależności od
podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CEiDG)*

reprezentowany przez:

.....

.....

*(imię, nazwisko, stanowisko/podstawa do
reprezentacji)*

OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE SPEŁNIENIA WYMAGANYCH PRZEZ ZAMAWIAJĄCEGO PARAMETRÓW

Nawiązując do zapytania ofertowego na:

**zakup sprzętu do pozyskiwania mleka kobiecego i jego przechowywania do Szpitalu
Specjalistycznym im. Edmunda Biernackiego w Mielcu, znak SzP.ZP.271.70.24**

oferujemy realizację w/w Przedmiotu Zamówienia o poniższych parametrach:

GRUPA 1 – LAKTATORY, TERMOTORBY

LAKTATOR ELEKTRYCZNY PRZEZNACZONY DO UŻYTKU SZPITALNEGO – SZT. 6			
Lp.	Parametry techniczne	Parametr wymagany	Parametr oferowany
Laktator elektryczny przeznaczony do użytku szpitalnego – szt. 6			
1	Sprzęt fabrycznie nowy, wyprodukowany nie wcześniej niż w 2023 roku	Tak, podać	
2	Typ/model, producent, kraj	Tak, podać	
3	Praca laktatora sterowana przez zewnętrzną kartę z czipem	Tak	
4	Separacja mediów zabezpieczająca przed przedostaniem się mleka do środka modułu laktatora.	Tak	
5	Wyświetlacz LCD z komunikatami trybu pracy w języku polskim oraz graficznymi symbolami siły podciśnienia.	Tak	
6	Dwufazowy program odciągania pokarmu, zapisany na karcie z czipem.	Tak	
7	Możliwość wyboru dwóch programów działania jednym przyciskiem.	Tak	
8	Program „Inicjacji laktacji” pracujący automatycznie przez 15 minut, wykorzystujący fazę stymulacji, odciągania i przerwy. Zakończenie programu sygnalizowane dźwiękiem.	Tak	
9	Program „Utrzymanie” do utrzymania laktacji na odpowiednim poziomie.	Tak	
10	Rytm pracy naśladujący rytm ssania niemowlęcia 3 różne fazy pracy laktatora w trybie inicjacji i 2 różne fazy pracy laktatora w trybie utrzymania.	Tak	
11	Płynna regulacja podciśnienia w zakresie od -50 do -250 mmHg.	Tak	

12	Szybkość pracy w zakresie od 34 do 120 zassań na minutę.	Tak, podać	
13	Przystosowany do pracy ciągłej 24 h/dobę.	Tak	
14	Głośność laktatora max. 55 dB.	Tak, podać	
15	Obudowa laktatora z górnym uchwytem do łatwego transportu i pokrywą zabezpieczającą membrany (dla zapewnienia higieny i bezpieczeństwa odciągania).	Tak	
16	Waga urządzenia 2,9 kg (bez wózka jezdny)	Tak	
17	Uchwyt na butelki.	Tak	
18	Wózek jezdny z możliwością zamontowania dwóch uchwytów na butelki	Tak,	
19	Zasilanie 100-240V, 50/60 Hz.	Tak	
20	Wymiary 215x155x245 (bez wózka).	Tak	
21	Możliwość zastosowania zestawów typu ODS na jedną dobę dla jednej pacjentki w rozmiarach 24,27 i 30 mm lub zestawów wielorazowych do sterylizacji z lejkiem w technologii PersonalFit Plus, stosowanymi obecnie przez zamawiającego.	Tak	
22	Kod QR, który po zeskanowaniu telefonem daje użytkownikowi możliwość zapoznania się z specyfikacją urządzenia, instrukcją użytkowania, myciem/dezynfekcją oraz podstawowymi informacjami jak prawidłowo odciągać pokarm.	Tak	
23	Skrócona instrukcja obsługi w formie naklejki na obudowie laktatora.	Tak	
24	Automatyczne wyłączenie laktatora po 30 minutach w przypadku nieużywania.	Tak	
25	Żywotność laktatora minimum 7 lat.	Tak, podać	
26	Instrukcja obsługi w języku polskim (dostarczyć wraz z urządzeniem).	Tak	

TERMOTORBY – SZT. 2

1	Sprzęt fabrycznie nowy, wyprodukowany nie wcześniej niż w 2023 roku	Tak, podać	
2	Typ/model, producent, kraj	Tak, podać	
3	Pozwala przechowywać mleko matki w niskiej temperaturze niezależnie od okoliczności.	Tak	
4	Wysokiej jakości, trójwarstwowa izolacja.	Tak	
5	Wytrzymały, wodoodporny poliester z zewnątrz, łatwy w utrzymaniu czystości.	Tak	
6	Warstwa pianki PE w środku ścianek.	Tak	
7	Folia aluminiowa od wewnątrz izoluje i odbija ciepło/zimno łatwa w utrzymaniu czystości.	Tak	
8	Kłapa z magnesem szczelnie zamyka pokrywę.	Tak	
9	Na wierzchu torby kieszeń zamykana patką z rzepem.	Tak	
10	Z przodu torby przezroczysta kieszeń na dokumenty.	Tak	
11	2 uchwyty z gumowymi rączkami dla wygodnego przenoszenia.	Tak	
12	2 płytki ze sklejkę usztywniają ścianki boczne, stabilizując torbę wraz z ładunkiem w trakcie transportu.	Tak	
13	Wymiary: 480x300x270mm.	Tak	
14	Wymiary wewnętrzne: 440x280x260 mm.	Tak	
15	Zamykana na zamek błyskawiczny.	Tak	
16	Instrukcja obsługi w języku polskim (dostarczyć wraz z urządzeniem).	Tak	

.....
 (podpis Wykonawcy
 lub jego uprawnionego przedstawiciela)

Załącznik nr 3B do Zapytania Ofertowego – Grupa 2

Zamawiający:

**Szpital Specjalistyczny
im. Edmunda Biernackiego
ul. Żeromskiego 22
39-300 Mielec**

(pełna nazwa/firma, adres)

Wykonawca:

.....

.....

*(pełna nazwa/firma, adres, w zależności od
podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CEiDG)*

reprezentowany przez:

.....

.....

*(imię, nazwisko, stanowisko/podstawa do
reprezentacji)*

OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE SPEŁNIENIA WYMAGANYCH PRZEZ ZAMAWIAJĄCEGO PARAMETRÓW

Nawiązując do zapytania ofertowego na:

**zakup sprzętu do pozyskiwania mleka kobycego i jego przechowywania do Szpitalu
Specjalistycznym im. Edmunda Biernackiego w Mielcu, znak SzP.ZP.271.70.24**

oferujemy realizację w/w Przedmiotu Zamówienia o poniższych parametrach:

**GRUPA 2 – LODÓWKA DO PRZECHOWYWANIA MLEKA, PRZENOŚNA LODÓWKA, BOKSY
TERMICZNE**

LODÓWKA DO PRZECHOWYWANIA ODCIĄGNIĘTEGO MLEKA W WARUNKACH CHŁODNICZYCH, ZAPEWNIAJĄCYCH CAŁODZIENNĄ KONTROLĘ TEMPERATURY – SZT. 1			
Lp.	Parametry techniczne	Parametr wymagany	Parametr oferowany
Lodówka do przechowywania ociągniętego mleka w warunkach chłodniczych, zapewniających całodzienną kontrolę temperatury – szt. 1			
1	Sprzęt fabrycznie nowy, wyprodukowany nie wcześniej niż w 2023 roku	Tak, podać	
2	Typ/model, producent, kraj	Tak, podać	
3	Obudowa ze stali malowanej na biało.	Tak	
4	Wnętrze z aluminium malowanego.	Tak	
5	Zakres temp.: +2°C/+8°C przy max. temperaturze otoczenia: +32°C	Tak	
6	Odczyt i regulacja temp.: co 0,1°C	Tak	
7	Drzwi przeszklone (szyba zespolona).	Tak	
8	Ergonomiczny uchwyt ukryty w ramie drzwi.	Tak	
9	System samodomykania.	Tak	
10	Zewnętrzny wyświetlacz LED.	Tak	

11	Sterownik zapisuje temperaturę minimalną i maksymalną (od ostatniego resetu).	Tak	
12	Wymiary wewnętrzne: 500 x 450 x 570 (h) mm (SxGxW).	Tak	
13	Wymiary zewnętrzne: 608 x 610 x 805 mm (SxGxW)	Tak	
14	1 sprężarka.	Tak	
15	3 regulowane półki druciane, plastyfikowane.	Tak	
16	Obieg powietrza wymuszony wentylatorem.	Tak	
17	Oświetlenie LED z dedykowanym włącznikiem.	Tak	
18	Alarm wizualny/akustyczny.	Tak	
19	Ustawianie alarmu wysokiej/niskiej temperatury.	Tak,	
20	Alarm otwartych drzwi.	Tak	
21	Alarm awarii sondy.	Tak	
22	Alarm rozładowanej baterii.	Tak	
23	Styk bezpotencjałowy dla alarmu GSM.	Tak	
24	Elektroniczny data logger.	Tak	
25	Port USB do zgrywania danych.	Tak	
26	Automatyczne odszranianie.	Tak	
27	Dodatkowy termostat antyzamrozeniowy.	Tak	
28	Port dostępowy Ø 20 mm (np. dla zwn. czujnika temperatury)	Tak	
29	Zamek drzwi na klucz (2 komplety kluczy).	Tak	
30	4 nóżki.	Tak	
31	Możliwość przełożenia drzwi.	Tak	
32	Maksymalne obciążenie półek: 19 kg.	Tak	
33	Czynnik chłodniczy: R600a.	Tak	
34	Zasilanie: 230V/50-60 Hz.	Tak	
35	Zużycie dobowe energii: 2,0 kWh/24h.	Tak	
36	Izolacja: 50 mm.	Tak	
37	Waga: 42 kg.	Tak	
38	Pojemność: 109 l netto, 121 l brutto.	Tak	
39	Instrukcja obsługi w języku polskim (dostarczyć wraz z urządzeniem).	Tak	
BOKSY TERMICZNE – SZT. 4			
1	Sprzęt fabrycznie nowy, wyprodukowany nie wcześniej niż w 2023 roku	Tak, podać	
2	Typ/model, producent, kraj	Tak, podać	
3	Pojemnik termoizolacyjny z uchwytem 20 l.	Tak	
4	Wysokość – H: 365 mm, Głębokość – D: 285 mm, Szerokość – W: 360 mm.	Tak	
5	Pojemność – V: 20 l.	Tak	
6	Wewnętrzna wysokość – HW: 310 mm, wewnętrzna szerokość – Ww: 300 mm, wewnętrzna głębokość – Dw: 220 mm.	Tak	
7	Wygodny i praktyczny plastikowy pasek do przenoszenia.	Tak	
8	Instrukcja obsługi w języku polskim (dostarczyć wraz z urządzeniem).	Tak	
PRZENOŚNA LODÓWKA – SZT. 1			
1	Sprzęt fabrycznie nowy, wyprodukowany nie wcześniej niż w 2023 roku	Tak, podać	
2	Typ/model, producent, kraj	Tak, podać	
3	Lodówka może być zasilana bateryjnie (baterią modułową lub baterią zewnętrzną), prądem stałym (12/24 V, prądem zmiennym (100-240V) lub za pomocą panelu fotowoltaicznego (wyłącznie wraz z baterią modułową,	Tak	

	brak w zestawie).		
4	Slot baterii modułowej umożliwia montaż baterii wewnątrz urządzenia.	Tak	
5	Bateria o pojemności 15600mAh pozwala na utrzymanie temperatury wewnątrz urządzenia do 8 godzin (5°C/41°F przy temperaturze otoczenia 25°C/77°F).	Tak	
6	Urządzenie posiada wielopoziomowe zabezpieczenie akumulatora pojazdu przed rozładowaniem oraz zabezpieczenie przeciwprzepięciowe chroniące je przed nagłymi skokami napięcia w sieci elektrycznej.	Tak	
7	Panel sterowania z czytelnym ekranem ciekłokrystalicznym umożliwia intuicyjne sterowanie urządzeniem.	Tak	
8	Lodówka wyposażona jest w nadajnik Bluetooth 5.0. Pozwala to na sterowanie nią za pomocą aplikacji przeznaczonej na urządzenia mobilne (Android/i OS).	Tak	
9	Wbudowane gniazdo USB pozwala na ładowanie urządzeń zewnętrznych takich jak smartfon czy tablet.	Tak	
10	Ergonomiczny uchwyt umożliwia wygodne przenoszenie urządzenia.	Tak	
11	Przegrody ażurowe ułatwiają zarządzanie zawartością urządzenia.	Tak	
12	Napięcie zasilania: 12/24V DC, 100-240V AC (50/60Hz) 12-50V – panel fotowoltaiczny.	Tak	
13	Prąd znamionowy: 12V/4A, 24V/2A, 100-240V/0,3-0,8A, 50V/10A – panel fotowoltaiczny.	Tak	
14	Ilość komór chłodzących: 1.	Tak	
15	Zakres temperatury chłodzenia: od +20°C do -20°C (od 68°F do -4°F).	Tak	
16	Pobór energii: 45W.	Tak	
17	Pojemność użytkowa: 17 litrów/4,5 gal.	Tak	
18	Klasa klimatyczna: N, T, SN, ST.	Tak	
19	Temperatura otoczenia: od +16°C do +43°C (od 61°F do 109°F)	Tak	
20	Poziom emitowanego hałasu: 45dB.	Tak	
21	Czynnik chłodniczy: R1234YF (26g).	Tak	
22	GWP: 4.	Tak	
23	Typ łączności: Bluetooth 5,0 (zasięg działania- do 10m/32,8 ft).	Tak	
24	Zakres częstotliwości: 2402MHz – 2480 MHz.	Tak	
25	Maksymalna moc częstotliwości radiowej: 2dBm.	Tak	
26	Wymiary (szer. x wys. x gł.) w mm: 478 x 410 x 324 (cale: 18,8” x 16,1” x 12,8”)	Tak	
27	Waga netto: 9,5 kg (21lb).	Tak	
28	Lodówka przenośna z kompresorem.	Tak	
29	Przegrody ażurowe.	Tak	
30	Przewód zasilający 12/24V (długość – 3,5m).	Tak	
31	Adapter AC/DC z przewodem zasilającym 100-240V (EU/UK).	Tak	
32	Instrukcja obsługi w języku polskim (dostarczyć wraz z urządzeniem).	Tak	

.....
 (podpis Wykonawcy
 lub jego uprawnionego przedstawiciela)