



**SZPITAL SPECJALISTYCZNY**  
**im. Edmunda Biernackiego w Mielcu**  
ul. Żeromskiego 22 39-300 Mielec  
KRS: 0000002538 NIP 817-17-50-893



centrala 17 78 00 100

tel./fax. 17 78 00 273

<http://www.szpital.mielec.pl>

email: [przetargi@szpital.mielec.pl](mailto:przetargi@szpital.mielec.pl)

Mielec, dnia 03.09.2024r.

SzP.ZP.271.72-1.24

### **Wszyscy uczestnicy postępowania**

*Dotyczy: zapytanie ofertowe dotyczące zamówienia publicznego o wartości poniżej kwoty 130.000,00 zł na sprzedaż i dostawę sprzętu do transportu sanitarnego dla potrzeb Szpitala Specjalistycznego im. Edmunda Biernackiego w Mielcu, znak SzP.ZP.271.72.24*

Szpital Specjalistyczny im. Edmunda Biernackiego w Mielcu przekazuje treść zapytań wraz z wyjaśnieniami:

**Pytanie nr 1, dotyczy krzesło płożowe elektryczne z możliwością jazdy po schodach w górę:**

W związku z ogłoszonym postępowaniem pytamy Zamawiającego czy dopuści krzeselko płożowe elektryczne wyposażone w uchwyty przednie blokowane w 2 pozycjach spełniające pozostałe wymagania OPZ?

**Odpowiedź Zamawiającego:**

Zamawiający dopuszcza krzeselko płożowe elektryczne wyposażone w uchwyty przednie blokowane w 2 pozycjach spełniające pozostałe wymagania OPZ.

**Pytanie nr 2, dotyczy wzoru umowy:**

W nawiązaniu do wzoru umowy załącznik nr 2 do zapytania ofertowego - § 6 pkt. 4 pytamy czy Zamawiający wydłuży czas podjęcia przez Wykonawcę działań w celu usunięcia wady/usterki z czasu max. 48 godzin do 72 godzin od chwili zgłoszenia (pisemnie, faksem lub mailem) awarii (od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy) ?

**Odpowiedź Zamawiającego:**

Zgodnie z Zapytaniem Ofertowym.

**Pytanie nr 3, dotyczy wzoru umowy:**

W nawiązaniu do wzoru umowy załącznik nr 2 do zapytania ofertowego - § 6 pkt. 5 pytamy Zamawiającego czy wyrazi zgodę na wydłużenie terminu z 7 dni roboczych do 9 dni roboczych w przypadku wystąpienia awarii w okresie gwarancji wraz z koniecznością sprowadzenia części ?

**Odpowiedź Zamawiającego:**

Zgodnie z Zapytaniem Ofertowym.

**Pytanie nr 4, dotyczy Grupa 1:**

Prosimy o potwierdzenie, że nosze mają być zamontowane na podłodze ambulansu.

**Odpowiedź Zamawiającego:**

Montaż w podłodze ambulansu w przedziale transportowym.

**Pytanie nr 5, dotyczy Grupa 1:**

Prosimy o podanie szerokości przedziału medycznego pomiędzy zabudową nadkoli.

**Odpowiedź Zamawiającego:**

121 cm.

**Pytanie nr 6, dotyczy Grupa 1:**

Prosimy o podanie na jakiej wysokości znajduje się podłoga ambulansu mierząc od powierzchni ziemi.

**Odpowiedź Zamawiającego:**

56 cm.

**Pytanie nr 7, dotyczy Grupa 1:**

Prosimy o informację czy pojazd wyposażony jest w tylny zderzak ze zintegrowanym stopniem.

**Odpowiedź Zamawiającego:**

Nie posiada zintegrowanego stopnia.

**Pytanie nr 8, dotyczy Grupa 2:**

W punkcie 14 zamawiający wymaga czteropunktowych pasów zabezpieczających pacjenta a w punkcie 15 minimum 3 pasy bezpieczeństwa. Zapisy te wzajemnie wykluczają się. Informujemy, że fotele kardiologiczne wyposażone są tylko w czteropunktowe pasy zabezpieczające pacjenta. Prosimy o wykreślenie punktu 15.

**Odpowiedź Zamawiającego:**

Zgodnie z modyfikacją Zapytania Ofertowego.

**Pytanie nr 9, dotyczy Grupa 2:**

Prosimy o potwierdzenie, że wykonawca wraz z fotelem kardiologicznym ma zainstalować rampę najazdową o odpowiednim udźwigu.

**Odpowiedź Zamawiającego:**

Tak.