



SzP.ZP.271.24-1.21

Mielec, dnia 28.04.2021r.

Wszyscy uczestnicy postępowania

Dotyczy: zapytanie ofertowe dotyczące zamówienia publicznego o wartości nieprzekraczającej kwoty 130.000,00 zł na sprzedaż i dostawę drobnego sprzętu laboratoryjnego dla potrzeb Szpitala Specjalistycznego im. Edmunda Biernackiego w Mielcu, znak SzP.ZP.271.24.21

Szpital Specjalistyczny im. Edmunda Biernackiego w Mielcu w odpowiedzi na zadane pytania udziela następujących wyjaśnień:

Pytanie nr 1, dotyczy treści Zapytania Ofertowego:

Czy zamawiający dopuści do podawania cen jednostkowych za 1 szt. wyrobów z dokładnością do trzech lub czterech miejsc po przecinku?

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający dopuszcza do podawania cen jednostkowych za 1 szt. wyrobów z dokładnością do trzech lub czterech miejsc po przecinku.

Pytanie nr 2, dotyczy Grupy 1 poz.8:

Czy Zamawiający dopuści kubki do moczu z nakrętką i podziałką do 125 ml?

Jeśli Zamawiający nie zgodzi się na powyższe, czy dopuści kubki do moczu o pojemności 100 ml i całkowitej 120 ml?

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający w grupie 1 poz. 8 dopuszcza zaoferowanie kubka do moczu z nakrętką i podziałką do 125 ml.

Pytanie nr 3, dotyczy Grupy 1 poz.10:

Czy Zamawiający dopuści pojemnik 60 ml z innym kolorem nakrętki niż żółty?

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający w grupie 1 poz. 10 dopuszcza zaoferowanie pojemnika 60 ml z innym kolorem nakrętki niż żółty.

Pytanie nr 4, dotyczy Grupy 1 poz.22:

Czy Zamawiający dopuści próbówki o rozmiarze 16 x 150 mm poj. 20 ml?

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający w grupie 1 poz. 22 dopuszcza zaoferowanie próbówki o rozmiarze 16 x 150 mm poj. 20 ml

Pytanie nr 5, dotyczy Grupy 1 poz.27 i 28:

Podany opis to opis wyrobu produkowanego przez firmę Medlab-Products z siedzibą w Raszynie. Opis zamówienia uniemożliwia złożenie innych ofert na ten moment. Czy Zamawiający da szansę udziału w postępowaniu innym oferentom i dopuści wyroby bez takiego zamknięcia, aby nie ograniczać udziału innych wykonawców? Zamknięcia strunowe są pozornie lepszym rozwiązaniem, gdyż wyrób sterylny otworzony traci swą sterylność raz na zawsze w momencie pierwszego otwarcia, niezależnie od tego czy jest potem zamykany strunowym zamknięciem czy też nie.

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający w grupie 1 poz. 27 i 28 dopuszcza zaoferowanie wyrobów bez zamknięcia strunowego.

Pytanie nr 6, dotyczy Grupy 1 poz.27 i 28:

Jeśli Zamawiający nie zgadza się na powyższe, to czy zgodzi się wyłączyć pozycję do osobnego pakietu?

Odpowiedź Zamawiającego:

Zgodnie z Zapytaniem Ofertowym.

Pytanie nr 7, dotyczy Grupy 3 poz.6:

Z uwagi na fakt, iż zakres kalibracji nie może być niższy niż zakres pomiarowy, czy Zamawiający dopuści certyfikat kalibracji w zakresie od 500ul do 5000ul?

Odpowiedź Zamawiającego:

Zgodnie z Zapytaniem Ofertowym.

Pytanie nr 8, dotyczy Grupy 3 poz.7:

Z uwagi na fakt, iż zakres kalibracji nie może być niższy niż zakres pomiarowy, czy Zamawiający dopuści certyfikat kalibracji w zakresie od 1000ul do 5000ul?

Odpowiedź Zamawiającego:

Zgodnie z Zapytaniem Ofertowym.

Pytanie nr 9, dotyczy grupy 4, poz.1-4:

Czy Zamawiający wymaga, aby przedmiot zamówienia należał do Medycznej Klasy IIa czy dopuszcza niższą klasę I? SIWZ nie zawiera w/w informacji.

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający w grupie 4 poz. 1-4 dopuszcza, aby przedmiot zamówienia należał do klasy I.

Pytanie nr 10, dotyczy grupy 4, poz.1-4:

Jakiej klasy czystości oczekuje Zamawiający? Czy wymaga wyrobów sterylnych radiacyjnie (sterile - R) czy dopuszcza wyroby aseptyczne lub sterylizowane gazowo?

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający w grupie 4 poz. 1-4 dopuszcza wyroby aseptyczne lub sterylizowane gazowo.

Pytanie nr 11, dotyczy grupy 4, poz.3:

Czy Zamawiający dopuszcza wymazówka sterylna, dł. 150 mm (+/- 5 mm) z aplikatorem plastikowym, z wacikiem wiskozowym, pakowana indywidualnie?

Odpowiedź Zamawiającego:

Zgodnie z Zapytaniem Ofertowym.

Pytanie nr 12, dotyczy grupy 4, poz.4:

Czy Zamawiający dopuszcza Wymazówka sterylna z drutu dł. 150mm (+/- 5mm) z podłożem AMIES w próbówce transportowej pakowana indywidualnie z wacikiem wiskozowym o śr. <3mm?

Odpowiedź Zamawiającego:

Zgodnie z Zapytaniem Ofertowym.

Pytanie nr 13, dotyczy grupy 1, poz.4:

Z uwagi na olbrzymie trudności z dostępnością na rynku końcówek czystych molekularnie, sterylnych, prosimy o wyłączenie tej pozycji do osobnego pakietu, w celu umożliwienia złożenia oferty na pozostały asortyment.

Odpowiedź Zamawiającego:

Zgodnie z Zapytaniem Ofertowym.

Pytanie nr 14, dotyczy grupy 1, poz.13:

Prosimy o dopuszczenie pojemników niesterylnych.

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający w grupie 1 poz.13 dopuszcza zaoferowanie pojemników niesterylnych.

Pytanie nr 15, dotyczy grupy 1, poz. 22:

Prosimy o dopuszczenie próbek w rozmiarze 16-17x150mm.

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający w grupie 1 poz. 22 dopuszcza zaoferowanie próbek w rozmiarze 16-17x150mm.

Pytanie nr 16, dotyczy grupy 1, poz. 23:

Prosimy o sprostowanie pojemności ezy kalibrowanej do moczu- prawdopodobnie nastąpiła omyłka pisarska – powinno być poj. 10 µl.

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający informuje, że w grupie 1 poz. 23 popełniono omyłkę pisarską – pojemność ezy kalibrowanej do moczu powinna wynosić 10 µl.

Pytanie nr 17, dotyczy grupy 1, poz. 26:

Prosimy o wyjaśnienie czy Zamawiający wyrazi zgodę na ezy z oczkiem o średnicy 4mm?

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający w grupie 1 poz. 26 dopuszcza zaoferowanie ezy z oczkiem o średnicy 4mm.

Pytanie nr 18, dotyczy grupy 4, poz.1:

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie wymazówek o dł. 165mm?

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający w grupie 4 poz. 1 dopuszcza zaoferowanie wymazówek o dł 165mm.

Pytanie nr 19, dotyczy grupy 4, poz.2:

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie wymazówek o dł. 165mm?

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający w grupie 4 poz. 2 dopuszcza zaoferowanie wymazówek o dł 165mm.

Pytanie nr 20, dotyczy treści Zapytania Ofertowego:

Czy Zamawiający dopuści do podawania cen jednostkowych za 1szt. wyrobów z dokładnością do trzech lub czterech miejsc po przecinku?

Zgodnie, bowiem z najnowszą linią orzecznictwa dopuszcza się podawanie cen z dokładnością do trzech, a nawet 4 m-c po przecinku, dla wyrobów masowych, wówczas, cena jednostkowa jest elementem kalkulacyjnym ceny wynikowej, a nie ceną transakcyjną (nie ma, bowiem możliwości zakupienia jednej sztuki ezy, końcówki czy szkiełka).

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający dopuszcza do podawania cen jednostkowych za 1szt. wyrobów z dokładnością do trzech lub czterech miejsc po przecinku.

Pytanie nr 21, dotyczy §2 ust 2. Wzoru Umowy:

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dodanie do paragrafu sformułowania, iż „Zamawiający będzie składał zamówienia według bieżących potrzeb, przy czym wartość zamówienia jednostkowego nie powinna być mniejsza niż 200 zł netto“?

Prośbę motywujemy to tym, że dla zamówień poniżej 200 zł koszty transportu na które składają się m.in.: koszty opakowania transportowego, robocizny, koszty wydrukowania listów przewozowych i faktury, koszty dostarczenia towaru przez przewoźnika, są wyższe niż wartość marży uzyskanej ze sprzedaży towaru o takiej wartości.

Odpowiedź Zamawiającego:

Zgodnie z Zapytaniem Ofertowym.

Pytanie nr 22, dotyczy §3 ust 1. Wzoru Umowy:

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dodanie do paragrafu sformułowania – jeżeli dotyczy „Produkty objęte stawką podatku 23%VAT nie należą do grupy produktów nie zakwalifikowanych jako produkty medyczne, dlatego nie posiadają dokumentów dopuszczających do obrotu i używania zgodnie z Ustawą z dnia 20 maja 2010r. o wyrobach medycznych (Dz.U. nr 107 poz. 679 z 17 czerwca 2010r.)“

Odpowiedź Zamawiającego:

Zgodnie z Zapytaniem Ofertowym.

Pytanie nr 23, dotyczy §3 ust 5 i 6. Wzoru Umowy:

Czy Zamawiający dopuści zmianę zapisu powyższego paragrafu na:

„-dla reklamacji ilościowych – realny termin rozpatrzenia i załatwienia reklamacji to 5 dni roboczych od chwili jej otrzymania,

-dla reklamacji jakościowych – realny termin rozpatrzenia i załatwienia reklamacji to 7 dni roboczych od chwili otrzymania próbek reklamowanego towaru“.

Wykonawca, aby rozpatrzyć reklamację jakościową musi najpierw zbadać zwrócony towar i następnie podjąć decyzję o uznaniu reklamacji. Załatwienie reklamacji wymaga spełnienia określonych procedur, co jest czasochłonne, dlatego też właściwe rozpatrzenie reklamacji i wymiana towaru w ciągu 3 dni jest trudne do wykonania.

Odpowiedź Zamawiającego:

Zgodnie z Zapytaniem Ofertowym.

Pytanie nr 24, dotyczy §9 ust 1. a) Wzoru Umowy:

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na obniżenie wysokości kary umownej do wysokości 0,5% wartości brutto niezrealizowanej dostawy za każdy dzień zwłoki?

Odpowiedź Zamawiającego:

Zgodnie z Zapytaniem Ofertowym.

Pytanie nr 25, dotyczy §9 ust 1. b) Wzoru Umowy:

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na obniżenie wysokości kary umownej z 2% do wysokości 1% wartości brutto reklamowanego towaru za każdy dzień opóźnienia, z uwagi na nieadekwatność ich wysokości do danego niespełnienia świadczenia umowy?

Wprawdzie nie istnieją przepisy regulujące wysokości kar umownych, jednak przy ustaleniu wysokości kar Zamawiający powinien opierać się na zasadzie równości i ekwiwalentności stron, a tym samym wymagać od Wykonawcy płacenia kar w takiej samej lub nieznacznie wyższej wysokości, w jakiej sam Zamawiający może ewentualnie płacić za zwłokę w płaceniu za towar.

Zamawiający nie powinien wykorzystywać swojej dominującej pozycji ustalając wysokość kar umownych. Kary umowne powinny mieć charakter dyscyplinujący w stosunku do Wykonawcy, a nie prowadzić do wzbogacenia się Zamawiającego, a taką funkcję zaczynają pełnić w momencie, gdy okazuje się, iż wartość kary umownej może przekroczyć wartość zapłaty należną Wykonawcy za dostarczony towar. Nadto liczenie kary umownej w wysokości 2% jest wysoce niesprawiedliwe i na gruncie prawa cywilnego obecna wysokość odsetek, którą Zamawiający narzuca, może zostać uznana za świadczenie nienależne, dające w skali roku odpowiednio 730%, wartości zamówionej dostawy. W tym miejscu należy przywołać treść art. 484 § 2 Kodeksu cywilnego, który stanowi, iż w przypadku, gdy zobowiązanie zostało wykonane w znacznej części dłużnik może żądać zmniejszenia kary umownej, to samo dotyczy przypadku, gdy kara jest rażąco wygórowana.

Odpowiedź Zamawiającego:

Zgodnie z Zapytaniem Ofertowym.

Pytanie nr 26, dotyczy §9 ust 1. b) Wzoru Umowy:

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wykreślenie z umowy zapisu: „W razie zwłoki w usunięciu wad w terminie wyznaczonym dodatkowo kara ulega powiększeniu o dalsze 10% wartości brutto reklamowanego towaru i przysługuje Zamawiającemu za każdy dzień zwłoki licząc od dnia upływu terminu dodatkowego“?

Odpowiedź Zamawiającego:

Zgodnie z Zapytaniem Ofertowym.

Pytanie nr 27, dotyczy §9 ust 1. c) oraz ust. 3 i 4 Wzoru Umowy:

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę wysokości kary z „10%“ na „5%“?

Odpowiedź Zamawiającego:

Zgodnie z Zapytaniem Ofertowym.

Pytanie nr 28, dotyczy §2 ust 4 Wzoru Umowy:

Zwracamy się z prośbą do Zamawiającego o modyfikację Wzoru Umowy oraz punktu w rozdz. II Formularza ofertowego poprzez dopisanie: „przy jednorazowym zamówieniu powyżej 150,00 zł netto”

Prośbę motywujemy tym, że dla zamówień poniżej 150,00 zł, koszty transportu, na które składają się m.in. koszty opakowania transportowego, robocizny, koszty wydrukowania listów przewozowych, koszty dostarczenia towaru do przewoźnika, są wyższe niż wartość marży uzyskanej ze sprzedaży towaru o takiej wartości.

Odpowiedź Zamawiającego:

Zgodnie z Zapytaniem Ofertowym.

Pytanie nr 29, dotyczy §9 Wzoru Umowy:

Zwracamy się z prośbą o modyfikację zapisów we Wzorze Umowy § 9 w taki sposób, aby wysokość kary umownej naliczana była od wartości netto a nie brutto. VAT jest należnością publicznoprawną, którą wykonawca jest zobowiązany odprowadzić do urzędu skarbowego. Ponadto sama kwota podatku VAT wliczona do ceny oferty nie ma wpływu na korzyści ekonomiczne osiągnięte przez wykonawcę z tytułu wykonania zamówienia.

Odpowiedź Zamawiającego:

Zgodnie z Zapytaniem Ofertowym.